# ՆԿԱՐԱԳԻՐ

**առաջարկվող ապրանքի ամբողջական**

«ԱՅ ԷՍ ԱՅ» ՍՊԸ-ն ՀԲԿ - ԷԱՃԱՊՁԲ - 26/0108 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի համար | Առաջարկվող ապրանքի | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | ֆիրմային անվանումը | ապրանքային նշանը | մակնիշը | արտադրողի անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը |
| 17 | բժշկական նպատակներով կիրառվող պոմպեր | բժշկական նպատակներով կիրառվող պոմպեր | բժշկական նպատակներով կիրառվող պոմպեր | բժշկական նպատակներով կիրառվող պոմպեր | ՍՐՍԿԻՉԱՅԻՆ ՊՈՄՊ 1. Ընդհանուր և ֆունկցիոնալ պահանջներ • Սարքը պետք է նախատեսված լինի դեղորայքի և ինֆուզիոն լուծույթների ճշգրիտ ու վերահսկվող ներարկման համար՝ ստանդարտ սրսկիչների կիրառմամբ։ • Պետք է ունենա առնվազն 3.5 դյույմանոց LCD սենսորային էկրան և հստակ, դյուրին օգտագործվող ինտերֆեյս՝ ինֆուզիայի ընթացիկ կարգավիճակի իրական ժամանակում դիտարկման հնարավորությամբ։ • Պետք է ապահովի 8 ինֆուզիոն ռեժիմ՝ Rate, |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Time, Weight, Sequence, Trapezia, Loading Dose, Micro և TIVA։ • Հոսքի արագությունը պետք է հնարավոր լինի փոփոխել առանց ընթացիկ ինֆուզիան դադարեցնելու (continuous titration)։ • Պետք է ունենա սրսկիչի շարժական հենակի/մղիչի պաշտպանություն՝ պատահական տեղաշարժից պաշտպանելու համար։ • Պետք է համապատասխանի EN 1789 ստանդարտի պահանջներին՝ շտապօգնության և բժշկական տրանսպորտային միջոցներում կիրառման համար։ • Պետք է ապահովի ներքին մարտկոցից շարունակական աշխատանք՝ մեկ մարտկոցի դեպքում առնվազն 10 ժամ, իսկ երկու մարտկոցի դեպքում՝ առնվազն 20 ժամ։ • Ընտրովի ներկառուցված Wi-Fi մոդուլի առկայության դեպքում պետք է հնարավոր լինի միանալ HIS/CIS համակարգերին WLAN կամ LAN ցանցով, ինչպես նաև MP-900 կենտրոնացված ինֆուզիոն մոնիտորինգի համակարգին։ Կարող է կիրառվել համարժեք կենտրոնացված ինֆուզիոն |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | մոնիթորինգի համակարգերի հետ ինտեգրման հնարավորություն 2. Հիմնական տեխնիկական պարամետրեր Պարամետր Պահանջվող տեխնիկական բնութագիր Չափերը 362 (Ե) × 151 (Բ) × 130 (L) մմ տեխնիկական բնութագրով նախատեսված մյուս բոլոր գործառնական և տեխնիկական պահանջներին համապատասխանող, սակայն 362 × 151 × 130 մմ չափերից տարբերվող ՍՐՍԿԻՉԱՅԻՆ ՊՈՄՊ ը կհամարվի ընդունելի Քաշը Մոտ 1.8 կգ՝ ներառյալ մարտկոցը Էկրանը Առնվազն 3.5 դյույմանոց LCD սենսորային էկրան Էլեկտրական/պաշտպանության դասակարգում Type CF, Class I, IP24 Համատեղելի սրսկիչներ 5 մլ, 10 մլ, 20 մլ, 30 մլ, 50 մլ և 60 մլ ստանդարտ սրսկիչներ Ինֆուզիոն ռեժիմներ Rate, Time, Weight, Sequence, Trapezia, Loading Dose, Micro, TIVA Հոսքի արագության միջակայք 0.10-2000.0 մլ/ժ Հոսքի արագության նվազագույն քայլ 0.01 մլ/ժ Նախապես սահմանվող ինֆուզիոն ծավալ (VTBI) 0.1-9999 մլ |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Կուտակային ներարկված ծավալ 0.0-99999.99 մլ Դոզավորման ճշտություն ±2% Երակի բաց պահման արագություն (KVO) 0.1-5 մլ/ժ Բոլյուսի արագություն 0.10-2000.0 մլ/ժ Օկլյուզիայի ճնշման մակարդակներ Առնվազն 11 ընտրելի մակարդակ Օկլյուզիայի ճնշման միջակայք 225-975 mmHg 3. Հատուկ գործառույթներ Գործառույթ Պահանջ Վերջին թերապիաների հիշողություն Պետք է գրանցի առնվազն վերջին 20 թերապիաները և թույլ տա դրանք անմիջապես կիրառել պարզ ընտրությամբ: Արագության փոփոխում ինֆուզիայի ընթացքում Հոսքի արագությունը պետք է հնարավոր լինի փոխել առանց ինֆուզիան դադարեցնելու: Էկրանի ավտոմատ կողպում Պետք է հասանելի լինի: Կրկնվող տագնապ Տագնապի ձայնը լռեցնելուց հետո, չվերացված սխալի դեպքում, պետք է կրկնվի մոտ 2 րոպե անց: Տվյալների պահպանում Առնվազն 2000 գրառման պահպանում և դիտարկում: Ձայնի մակարդակ Առնվազն 10 ընտրելի մակարդակ: Սնուցման ավտոմատ փոխարկում |

# ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

**предлагаемого товара**

ООО АЙ ЭС АЙ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀԲԿ - ԷԱՃԱՊՁԲ - 26/0108 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | фирменное наименование | товарный знак | марка | наименование производителя | технические характеристики |
| 17 | | | | | AC/DC արտաքին սնուցման անջատման դեպքում սարքը պետք է ավտոմատ անցնի ներքին մարտկոցային սնուցման՝ առանց ինֆուզիան ընդհատելու: 4. Սնուցում և մարտկոց Պարամետր Պահանջվող տեխնիկական բնութագիր Փոփոխական հոսանքի սնուցում (AC) 100-240 V, 50/60 Hz, մուտքային հզորություն՝ 40 VA Արտաքին հաստատուն հոսանքի սնուցում (DC) DC 12 V, 1.5 A Ներքին մարտկոց Լիթիումային, 10.8 V, 2600 mAh Մեկ մարտկոցի արագ լիցքավորում Մինչև 5 ժամ՝ սարքն անջատված վիճակում Մեկ մարտկոցի սովորական լիցքավորում Մինչև 10 ժամ՝ սարքն աշխատող վիճակում Մեկ մարտկոցով աշխատանքի ժամանակ Առնվազն 10 ժամ Երկու մարտկոցի արագ լիցքավորում Մինչև 10 ժամ՝ սարքն անջատված վիճակում Երկու մարտկոցի սովորական լիցքավորում Մինչև 20 ժամ՝ սարքն աշխատող վիճակում Երկու մարտկոցով աշխատանքի ժամանակ Առնվազն 20 ժամ Ծանոթագրություն. մարտկոցի աշխատանքի |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | տևողությունը նշված է նոր մարտկոցի, սենյակային ջերմաստիճանի և 5 մլ/ժ ինֆուզիոն արագության պայմաններում։ Երկրորդ մարտկոցը համարվում ընտրովի լրակազմ 5. Տագնապային ազդանշաններ Սարքը պետք է ապահովի առնվազն հետևյալ տեսողական և/կամ ձայնային տագնապները՝ • ներարկման մոտալուտ ավարտ (Near Finished) • ներարկման ավարտ (Finished) • սրսկիչը դատարկ է (Syringe Empty) • սրսկիչը գրեթե դատարկ է (Syringe Near Empty) • օկլյուզիա/խցանում (OCCL) • ճնշման տագնապ (Pressure Alarm) • մարտկոցի ցածր լիցք (Low Battery) • մարտկոցը լիցքաթափված է (Battery Empty) • մարտկոց չկա (No Battery) • արտաքին սնուցում չկա (No Power Supply) • անհայտ սրսկիչ (Syringe Unknown) • սրսկիչի տեղադրման սխալ (Syringe Install Error) • սպասման ռեժիմի ավարտ (Standby End) • սրսկիչի աշխատանքի մեկնարկի ձախողում (Syringe Start Fail) • հիշեցման տագնապ (Reminder Alarm) 6. Կապակցում և տվյալների |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | փոխանցում Պարամետր Պահանջվող տեխնիկական բնութագիր Ցանցային կապ Wi-Fi և/կամ լարային կապի հնարավորություն Տվյալների ինտերֆեյս USB Հիվանդանոցային համակարգերի ինտեգրում Ընտրովի Wi-Fi մոդուլի դեպքում՝ HIS/CIS համակարգերին WLAN կամ LAN ցանցով միացման հնարավորություն Կենտրոնացված մոնիտորինգ MP-900 ինֆուզիոն կենտրոնացված մոնիտորինգի համակարգին միացման հնարավորություն 7. Շահագործման և պահպանման պայմաններ Պարամետր Պահանջվող տեխնիկական բնութագիր Շահագործման ջերմաստիճան +5°C-ից +40°C Շահագործման հարաբերական խոնավություն 15%-95% RH, առանց խտացման Շահագործման մթնոլորտային ճնշում 54.0-106.0 kPa Պահպանման և տեղափոխման ջերմաստիճան -20°C-ից +55°C Պահպանման և տեղափոխման հարաբերական խոնավություն 10%-95% RH, առանց խտացման Պահպանման և տեղափոխման |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | մթնոլորտային ճնշում 22.0-107.4 kPa |