ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

«ԱՅ ԷՍ ԱՅ» ՍՊԸ-ն ՀԲԿ - ԷԱՃԱՊՁԲ - 26/0108 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
18	Edan	Պացիենտի մոնիտոր	iX12	Edan Չինաստան	Նկարագրություն Ընդհանուր կիրառություն 1 Սարքը նախատեսված է մարդու ֆիզիոլոգիական պարամետրերի շարունակական կամ ընդհատվող մոնիտորինգի համար: 2 Սարքը պետք է ապահովի հիվանդի տեղեկատվության և ֆիզիոլոգիական տվյալների ցուցադրում, պահպանում և վերլուծություն, ինչպես նաև ձայնային և տեսողական ահազանգերի միջոցով նախազգուշացնի, երբ որոշակի պարամետր դուրս է գալիս

						նախապես սահմանված միջակայքից։ 3 Սարքը պետք է ունենա կենտրոնական մոնիտորինգի համակարգին միանալու հնարավորություն՝ տվյալների կենտրոնացված ցուցադրման, պահպանման և վերլուծության համար։ 4 Սարքը պետք է ունենա առանց հովհարիչի կառուցվածք։ 5 Սարքը պետք է ունենա IP22 ներթափանցման պաշտպանության աստիճան։ 6 Սարքը պետք է ապահովի առնվազն 31 տեսակի ախտահանիչ նյութերի կիրառման հնարավորություն։ 7 Սարքը պետք է ունենա ներքին հիշողություն, որը կանխում է տվյալների կորուստը հոսանքի հանկարծակի անջատման դեպքում։ 8 Սարքը պետք է ունենա ներկառուցված ջերմային տպիչով համալրման հնարավորություն։ 9 Սարքը պետք է ապահովի HL7-ի միջոցով HIS համակարգին միացումը՝ առանց լրացուցիչ ծրագրային ապահովման կամ սարքի։ Արտաքին տեսք 1 334 mm (L) × 264 mm (Բ) × 162 mm (Խ) 2 <3.8 kg (ստանդարտ

					կոնֆիգուրացիա՝ առանց մարտկոցի, պարագաների և գրանցիչի) 3 Սարքի համար պետք է առկա լինեն ինչպես պատին ամրացնելու, այնպես էլ սայլակի վրա տեղադրելու լուծումներ՝ ներառյալ արագ արձակման գործառույթը: Ցուցադրում 1 13.3" TFT LCD էկրան 2 Բանաձևություն՝ 1920×1080 3 Առավելագույն ալիքագծերի քանակ՝ 12 4 Հակաշողային էկրան 5 > 170° դիտման անկյուն 6 Ավտոմատ պայծառություն 7 Էկրանի ռեժիմներ՝ ստանդարտ էկրան, թրենդների էկրան, OxyCRG էկրան, խոշոր տառաչափի էկրան և ECG էկրան (անցում՝ ժեստային կառավարմամբ): 8 Ինտերֆեյսի դասավորության անհատականացման հնարավորություն Պարամետրեր 1 ECG (3/5 արտածում՝ ընտրելի, 6/12 արտածում՝ որպես օպցիա) 2 NIBP (iFAST՝ որպես օպցիա) 3 Շարունակական ոչ ինվազիվ արյան ճնշում 4 Շնչառության հաճախականություն (իմպեդանսային) 5 SpO_2 (Nellcor՝

					որպես օպցիա, կրկնակի SpO_2՝ որպես օպցիա) 6 Ջերմաչափ 7 Ձարկերակային հաճախականություն 10 $EtCO_2$ (հիմնական հոսքի կամ կողմնային հոսքի մոդուլ՝ որպես օպցիա) ECG 1 Սրտի հաճախականության տիրույթ՝ մեծահասակ՝ 15 bpm ~ 300 bpm, մանկական/նորածնային՝ 15 bpm ~ 350 bpm 2 6 արտածումով տեղադրում՝ 12 արտածումով ECG ստանալու համար 3 ST վերլուծություն և ST դիտում 4 HRV վերլուծություն 5 QT վերլուծություն 6 Բազմաարտածումային վերլուծություն 7 Առիթմիայի վերլուծություն (33 տեսակ) 8 24-ժամյա ECG ամփոփում 9 Սրտի խթանիչի հայտնաբերում 10 Էլեկտրավիրաբուժական միջամտությունների խանգարումների ճնշում՝ EC13 Շնչառության հաճախականություն 1 Դիմադրության չափում RA-LL և RA-LA էլեկտրոդների միջև 2 "RR՝ ECG-ով՝ 0-ից 200 շնչառություն/րոպե RR՝ SpO_2-ով՝ 4-ից 70 շնչառություն/րոպե" 3 "Ճշգրտություն՝ RR՝ ECG-ով՝ 0-ից 120

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО АЙ ЭС АЙ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀԲԿ - ԷԱՃԱՊՁԲ - 26/0108 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
18					շնչառություն/րոպե՝ ±1 շնչառություն/րոպե, 121-ից 200 շնչառություն/րոպե՝ ±2 շնչառություն/րոպե RR՝ SpO_2-ով՝ ARMS ≤ 3 շնչառություն/րոպե, միջին սխալ՝ [-1, 1] շնչառություն/րոպե" NIBP 1 Ռեժիմ՝ ձեռքով / ավտոմատ / շարունակական / հաջորդական 2 Մեծահասակների տիրույթ (mmHg)՝ SYS՝ 25 ~ 290, DIA՝ 10 ~ 250, MAP՝ 15 ~ 260 3 Մանկական տիրույթ (mmHg)՝ SYS՝ 25 ~ 240, DIA՝ 10 ~ 200, MAP՝ 15 ~ 215 4 Նորածնային տիրույթ (mmHg)՝ SYS՝ 25 ~ 140, DIA՝ 10 ~ 115, MAP՝ 15 ~ 125 5 Առավելագույն միջին սխալ՝ ±5 mmHg 6 Առավելագույն ստանդարտ շեղում՝ 8 mmHg 7 24-ժամյա NIBP ամփոփում 8 "Տիպիկ չափման տևողություն՝ iCUFS չափում՝ 20 վ-ից 35 վ Արագ չափման ռեժիմ՝ 15 վ" 9 PR տիրույթ՝ 40 bpm ~ 240 bpm 10 PR ճշգրտություն՝ ±3 bpm կամ 3.5% (որը մեծ է) 11 Վենեպունկցիայի գործառույթ Շարունակական ոչ ինվազիվ արյան ճնշում 1 Մեծահասակների տիրույթ (mmHg)՝ SYS՝ 25 ~ 290, DIA՝ 10 ~ 250 2 Մանկական տիրույթ (mmHg)՝ SYS՝

					25 ~ 240, DIA՝ 10 ~ 200 3 Առավելագույն միջին սխալ՝ ±5 mmHg 4 Առավելագույն ստանդարտ շեղում՝ 8 mmHg 5 BPVI չափման տիրույթ՝ 0 ~ 100% SpO_2 1 Տիրույթ՝ 0 ~ 100 % 2 Ճշգրտություն՝ մեծահասակ/մանկական՝ ±2% (70%~100% SpO_2), նորածնային՝ ±3% (70%~100% SpO_2) 3 Պուլսի տոնայնություն 4 PR տիրույթ՝ 20 bpm ~ 300 bpm 5 PR ճշգրտություն՝ ±2 bpm 6 PI՝ 0.00-20%, անվավեր PI արժեքը՝ -?- Ջերմաստիճան (ջերմային դիմադրություն) 1 Դիրք՝ մաշկ, բերանի խոռոչ, ուղիղ աղիք 2 Ալիքների քանակ՝ 2 3 Չափման տիրույթ՝ 0ºC-ից 50ºC (32 ºF-ից 122 ºF) 4 Ճշգրտություն՝ ±0.3ºC 5 Անցումային արձագանքի ժամանակ՝ ≤30 վ CO_2 1 Հիվանդի տեսակ՝ մեծահասակ, մանկական, նորածնային 2 "Չափման տիրույթ՝ $etCO_2$՝ 0 mmHg-ից 152 mmHg (0%-ից 20%); $FiCO_2$՝ 0 mmHg-ից 50 mmHg; AwRR՝ 0-ից 150 շնչառություն/րոպե" 3 Նմուշառվող գազի հոսքի արագություն՝ 50 ml/min, 70 ml/min կամ 100 ml/min, ճշգրտություն՝ ±15 ml/min 4 "Տաքացման ժամանակ՝

					ցուցումը ցուցադրվում է 20 վ-ի ընթացքում, նախագծված ճշգրտությանը հասնում է 2 րոպեի ընթացքում։" 5 Արձագանքման ժամանակ՝ <4 վ (ջրաթակարդ՝ 2 մ գազի նմուշառման խողովակով) Ձգուշացման սքորինգ և հաշվարկներ 1 Հաշվարկային գործառույթներ՝ դեղորայքային հաշվարկ, հեմոդինամիկ հաշվարկ, օքսիգենացիայի հաշվարկ, վենտիլյացիայի հաշվարկ, երիկամային ֆունկցիայի հաշվարկ 2 Ձգուշացման սքորինգի համակարգը պետք է ներառի՝ MEWS, NEWS, NEWS2 և PEWS 3 GCS (Գլազգոյի կոմայի սանդղակ) 4 CCHD (կրիտիկական բնածին սրտային հիվանդություն) 5 qSOFA/SOFA սքրինինգ (օրգանների հաջորդական անբավարարության գնահատում) Պահեստավորում (մեկ հիվանդի համար) 1 "Թրենդներ՝ 48 ժամ, լուծաչափ՝ 1 վայրկյան 240 ժամ, լուծաչափ՝ 1 րոպե" 2 NIBP չափումների պահեստավորում՝ 1200 գրանցում 3 Ահազանգի իրադարձություններ՝ 1000 գրանցում 4 Ալիքագծերի ամբողջական

					գրանցում՝ 48 ժամ, լուծաչափ՝ 1 վ Ինտերֆեյս 1 Անալոգային ելք 2 Դեֆիբրիլյատորի սինխրոնացման ելք 3 USB միացքներ 4 RS 232 Ցանցային հնարավորություններ 1 Լարային/Wi-Fi կապ 2 Բուժքրոջ կանչ 3 Wi-Fi մոդուլը պետք է լինի ներկառուցված և հասանելի լինի ինչպես 2.4G Hz, այնպես էլ 5G Hz անլար միացման համար։ Էլեկտրասնուցում 1 100-240V, 50/60Hz 2 Li-ion վերալիցքավորվող մարտկոց 3 "≥12 ժամ աշխատանքային ժամանակ (2*5000 mAh), ≥6 ժամ աշխատանքային ժամանակ (2*2500 mAh)" Սերտիֆիկացում 1 CE, FDA Աշխատանքային միջավայր 1 Փոխադրման և պահեստավորման ջերմաստիճան՝ -20ºC ~ 60 ºC (-4 ºF ~ 140 ºF) 2 Աշխատանքային ջերմաստիճան՝ +0ºC-ից +40ºC (32 ºF ~104 ºF) 3 Հարաբերական խոնավություն՝ 15% ~ 95% (առանց կոնդենսացման)