ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Մարգ Ֆարմացիա ՍՊԸ-ն ԷԱՃԱՊՁԲ-2026/16-26-ԵՊԲՀ ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի			
	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
78	TOSOH	TOSOH	TOSOH Europe International NV	Խողովակը նախատեսված է բացառապես Tosoh Automated Glycohemoglobin Analyzer HLC-723GX ավտոմատ վերլուծիչի հետ կիրառելու համար և չի կարող օգտագործվել այլ տիպի համակարգերի հետ: Այն հանդիսանում է in vitro ախտորոշիչ միջոց՝ արյան փորձանմուշներում գլիկոհեմոգլոբինի (HbA1c) քանակական որոշման համար, որն օգտագործվում է շաքարային դիաբետի կլինիկական հսկողության և բուժման երկարաժամկետ արդյունավետության գնահատման նպատակով: Փաթեթավորում՝ Փաթեթը պարունակում է 1 հատ քրոմատոգրաֆիկ սյունակ՝ կատիոնափոխանակիչ խեժով (cation exchange resin) լցված, երկու ծայրերում փակված վերջնախցաններով (end plugs), որոնք հանվում են միայն տեղադրման ժամանակ: Ֆորմատ՝ 1 հատ բարձր

					արդյունավետության հեղուկային քրոմատոգրաֆիայի խողովակ: Մեթոդաբանությունը՝ Մեթոդը հիմնված է բարձր արդյունավետության հեղուկ քրոմատոգրաֆիայի (HPLC) սկզբունքի վրա՝ կիրառելով կատիոնափոխանակիչ խեժով լցված սյունակ, որտեղ հեմոգլոբինի բաղադրիչների բաժանումն իրականացվում է իոնային փոխազդեցությունների տարբերությունների հիման վրա 2,2 րոպեի ընթացքում: Կառուցվածքը՝ Խեժի տեսակ՝ կատիոնափոխանակիչ խեժ (cation exchange resin):Պահպանման պայմանները՝ Չբացված խողովակ կայուն է մինչև փաթեթի և խողովակի պիտակի վրա նշված պիտանելիության ժամկետի ավարտը՝ 4 °C-ից մինչև 15 °C ջերմաստիճանում, լուսապաշտպանված վայրում պահպանելու դեպքում: Եթե սյունակը 1 շաբաթից ավելի ընթացքում չի օգտագործվում, այն պետք է հանվի անալիզատորից, փակվի վերջնախցաններով՝ չորացումից պաշտպանելու համար, և պահվի սառը վայրում՝ 4 °C-ից մինչև 15 °C ջերմաստիճանում: Խողովակը չի թույլատրվում գցել կամ թափ տալ: Համատեղելիություն՝ Սյունակը կիրառելի է բացառապես համապատասխան կուտակի (lot) համարով GX Elution Buffer լուծույթների կամ GX Assay Kit հավաքածուի հետ համատեղ: Նմուշի պահանջներ՝ Անհրաժեշտ է ամբողջական երակային արյան նմուշ՝ հավաքված EDTA հակամակարդիչ պարունակող փորձանոթներում: Նոր է, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Պետք է ունենա նշում արտադրման օրվա, գործարանի և արտադրողի

				մասին, մատակարարման պահին ունենա պիտանելիության ժամկետի առնվազն 70%-ը: Ունենա շտրիխ կոդ՝ համատեղելի ճապոնական Tosoh արտադրողի սարքերի կոդային ցանկի հետ: Որակի և համապատասխանության վկայականների պարտադիր առկայություն ՝ FDA, CE, IVDMD:

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Марг-Фармация ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԷԱՃԱՊՁԲ-2026/16-26-ԵՊԲՀ ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар			
	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
78	TOSOH	TOSOH	TOSOH Europe International NV	Խողովակը նախատեսված է բացառապես Tosoh Automated Glycohemoglobin Analyzer HLC-723GX ավտոմատ վերլուծիչի հետ կիրառելու համար և չի կարող օգտագործվել այլ տիպի համակարգերի հետ: Այն հանդիսանում է in vitro ախտորոշիչ միջոց՝ արյան փորձանմուշներում գլիկոհեմոգլոբինի (HbA1c) քանակական որոշման համար, որն օգտագործվում է շաքարային դիաբետի կլինիկական հսկողության և բուժման երկարաժամկետ արդյունավետության գնահատման նպատակով: Փաթեթավորում՝ Փաթեթը պարունակում է 1 հատ քրոմատոգրաֆիկ սյունակ՝ կատիոնափոխանակիչ խեժով (cation exchange resin) լցված, երկու ծայրերում փակված վերջնախցաններով (end plugs), որոնք հանվում են միայն տեղադրման ժամանակ: Ֆորմատ՝ 1 հատ բարձր

					արդյունավետության հեղուկային քրոմատոգրաֆիայի խողովակ: Մեթոդաբանությունը՝ Մեթոդը հիմնված է բարձր արդյունավետության հեղուկ քրոմատոգրաֆիայի (HPLC) սկզբունքի վրա՝ կիրառելով կատիոնափոխանակիչ խեժով լցված սյունակ, որտեղ հեմոգլոբինի բաղադրիչների բաժանումն իրականացվում է իոնային փոխազդեցությունների տարբերությունների հիման վրա 2,2 րոպեի ընթացքում: Կառուցվածքը՝ Խեժի տեսակ՝ կատիոնափոխանակիչ խեժ (cation exchange resin):Պահպանման պայմանները՝ Չբացված խողովակ կայուն է մինչև փաթեթի և խողովակի պիտակի վրա նշված պիտանելիության ժամկետի ավարտը՝ 4 °C-ից մինչև 15 °C ջերմաստիճանում, լուսապաշտպանված վայրում պահպանելու դեպքում: Եթե սյունակը 1 շաբաթից ավելի ընթացքում չի օգտագործվում, այն պետք է հանվի անալիզատորից, փակվի վերջնախցաններով՝ չորացումից պաշտպանելու համար, և պահվի սառը վայրում՝ 4 °C-ից մինչև 15 °C ջերմաստիճանում: Խողովակը չի թույլատրվում գցել կամ թափ տալ: Համատեղելիություն՝ Սյունակը կիրառելի է բացառապես համապատասխան կուտակի (lot) համարով GX Elution Buffer լուծույթների կամ GX Assay Kit հավաքածուի հետ համատեղ: Նմուշի պահանջներ՝ Անհրաժեշտ է ամբողջական երակային արյան նմուշ՝ հավաքված EDTA հակամակարդիչ պարունակող փորձանոթներում: Նոր է, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Պետք է ունենա նշում արտադրման օրվա, գործարանի և արտադրողի

				մասին, մատակարարման պահին ունենա պիտանելիության ժամկետի առնվազն 70%-ը: Ունենա շտրիխ կոդ՝ համատեղելի ճապոնական Tosoh արտադրողի սարքերի կոդային ցանկի հետ: Որակի և համապատասխանության վկայականների պարտադիր առկայություն ՝ FDA, CE, IVDMD: