ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԱՐ-Մեդիկա ՍՊԸ-ն ԷԱՃԱՊՁԲ-2026/16-27-ԵՊԲՀ ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի			
	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
89	NFINITI®,SUPERTORQUE™, DC	INFINITI/SUPERTORQUE/DC	Cardinal Health / Cordis	Ախտորոշիչ կաթետր, նյութը նեյլոն կամ պոլիուրետան: ՈՒնի չվնասող ռենտգենկոնտրաստ դիստալ ծայր: Մաքսիմալ ճնշումը 1200 psi: Կախված վիրահատվող անոթի անատոմիական առանձնահատկություններից և վիրահատության տեսակից կաթետերի պահանջվող չափերն են՝ 5 Fr կամ 5.2 Fr: Կախված վիրահատվող անոթի անատոմիական առանձնահատկություններից կաթետերի պահանջող երկարություններն են 65 սմ-ից մինչև 125 սմ ներառյալ (թույլատրելի տատանումը՝ ± 2%)՝ ըստ համապատասխան ձևերի: Կախված վիրահատվող անոթի անատոմիական առանձնահատկություններից կաթետերի ծայրի ձևերն են՝ Ber 2, JL 3.5, JL 4; JL 4.5, JL 5, JL 6, JR 3.5, JR 4, JR 5, JR 6, AL .75, AL 1, AL 2, AL 3, AR 1, AR 2, MPA 2, BIL 4, IM, PIG: Ֆորմատ՝ հատ: Ցանկացած մատակարարված

				խմբաքանակի համար CE MARK կամ FDA որակի վկայականի առկայությունը պարտադիր է: Նոր է, չօգտագործված, գործարանային ստերիլ փաթեթավորմամբ: Ներառում է տեխնիկական ցուցանիշները, առանձնահատկությունները և օգտագործման կանոնները՝ գործարանային ձեռնարկի ձևով: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազն 50%-ի առկայություն:

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО Ар-Медика в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԷԱՃԱՊՁԲ-2026/16-27-ԵՊԲՀ ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар			
	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
89	-	-	-	-