

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՎԻՈԼԱ ՍՊԸ-ն ՇՄՄԿ-ԷԱՃԱՊԶԲ-26/16 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
18	ДС-ИФА-Тироид- Т4свободный	ДС-ИФА-Тироид- Т4свободный	ДС-ИФА-Тироид- Т4свободный	ООО «НПО ‘Диагностич еские системы’	Մարդու արյան շիճուկում կամ պլազմայում ազատ թիրոքսինի (FT4) քանակական որոշում:Մեթոդ. Իմունոֆերմենտային անալիզ (ԻՖԱ / ELISA) կամ Քեմիլյումինեսցենտային իմունոանալիզ (CLIA):Ռեակտիվների ձևաչափ. Պատրաստի օգտագործման (Ready-to-use) հեղուկ ռեագենտներ և 96-բնիկանի միկրոպլանշետ՝ պատված սպեցիֆիկ հակամարմիններով:Համ ատելելիություն. Նախատեսված ավտոմատ կամ կիսաավտոմատ լաբորատոր անալիզատորների և պլանշետային ընթերցող սարքերի

				(Microplate Reader) համար:Լրակազմ. Միկրոպլանշետ, կոնյուգատ, ստանդարտներ/կալիբրատորներ, կոնտրոլներ, լվացող բուլֆեր, սուբստրատ և ստոպ- լուծույթ:Փաթեթավորում (Քանակը տոկոսով). Նախատեսված ստույգ 96 թեստավորման համար:Պահպանում. +2°C-ից +8°C ջերմաստիճանում (չսառեցնել):Պիտանելիության ժամկետ. Մատակարարման պահին ընդհանուր ժամկետի առնվազն 75%-ի առկայություն:Որակի չափանիշ. Միջազգային համապատասխանության սերտիֆիկատների առկայություն (CE և/կամ ISO):
--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО «ВИОЛА» в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЗУУЦЧ-ЕЦДЦПЗР-26/16 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
18					