

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Իվաֆարմ ՍՊԸ-ն ԷԱՃԱՊԶԲ-2026/16-26-ԵՊԲՀ ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի			
	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
120	Էլեկտրասրտագրու թյան սարք (ԷՍԳ)/2	Էլեկտրասրտագրու թյան սարք (ԷՍԳ)/2	Էլեկտրասրտագրու թյան սարք (ԷՍԳ)/2	"1. Սարքը պետք է լինի 12-ալիք Էլեկտրասրտագրիչ, Նախատեսված մեծահասակների և երեխաների համար 2. Պետք է ապահովի 12-ալիք հանգստյան ԷՍԳ-ի գրանցում, ցուցադրում և տպում 3. Սարքը պետք է համապատասխանի IEC 60601-2-25 ստանդարտի պահանջներին 3. Չափման և ազդանշանի մշակման պարամետրեր 1. Հաճախականության միջակայք՝ ոչ պակաս քան 0.01 – 350 Հց 2. ԷՍԳ նմուշառման հաճախականություն՝ ոչ պակաս քան 64 000 նմուշ/վրկ (A/D) 3. Սրտախթանիչի (Pacemaker) նմուշառման հաճախականություն՝ ոչ պակաս քան 96 000 նմուշ/վրկ (A/D) 4. Ընդհանուր ռեժիմի խոչընդոտման գործակից (CMRR)՝ ոչ պակաս քան 135 դԲ (AC ֆիլտր միացված) ոչ պակաս քան 120 դԲ (AC ֆիլտր անջատված) 5. Ժամանակի հաստատուն՝ ոչ ավելի քան 3.2 վրկ 6. A/D

				փոխարկիչ՝ առնվազն 24-բիթանոց 7. Լուծաչափություն (A/D resolution)՝ մոտ 0.1192 $\mu\text{V}/\text{LSB}$ 8. Մուտքային դիմադրություն՝ ոչ պակաս քան 100 ՄՕ (10 Հգ) 4. Ցուցադրման և զգայունության կարգավորումներ 1. Ցուցադրման զգայունության ռեժիմներ՝ Auto, 1.25, 2.5, 5, 10, 20 մմ/մվ ($\pm 5\%$) 2. Էլեկտրոդների օֆսեթ լարման հանդուրժողականություն՝ ± 900 մվ ($\pm 5\%$) 3. Նվազագույն չափելի ազդանշան՝ ոչ ավելի քան 20 μV p-p (10 Հգ) 4. Կալիբրացիոն ազդանշան՝ 1 մվ $\pm 1\%$: Խանգարման մակարդակ՝ ոչ ավելի քան 12.5 μV (p-p) 5. Ֆիլտրեր՝ 1. Բազային գծի ֆիլտր՝ առնվազն 0.01 Հգ, 0.05 Հգ, 0.56 Հգ 2. Մկանային աղմուկի (EMG) ֆիլտր՝ առնվազն՝ 20 Հգ, 35 Հգ, անջատված 3. Ցածր անցման ֆիլտր՝ 150 Հգ, 270 Հգ, 350 Հգ 4. Ցանցային խոչընդոտման ֆիլտր (Notch)՝ 50 Հգ, 60 Հգ, անջատված 5. Ցանցային խանգարումների ճնշում՝ ոչ պակաս քան 20 դԲ 6. Անվտանգություն և պաշտպանություն՝ 1. Դեֆիբրիլյացիայից պաշտպանություն՝ մինչև 5000 Վ (360 Ջ) առանց տվյալների կորստի 2. Բազային գծի վերականգնում դեֆիբրիլյացիայից հետո՝ ոչ ավելի քան 2.5 վրկ 3. Էլեկտրոդների պոլարիզացիայի վերականգնում՝ ոչ ավելի քան 10 վրկ 4. Դեֆիբրիլյացիայի էներգիայի կլանում՝ ոչ ավելի քան 10 % (100 Օ բեռ) 5. AC գերբեռնվածության պաշտպանություն՝ ոչ պակաս քան 10 վրկ 7. Սրտախթանիչի (Pacemaker) ճանաչում՝ 1. Ամպլիտուդ՝ առնվազն $\pm 500 \mu\text{V}$ – ± 700 մվ 2. Իմպուլսի լայնություն՝ առնվազն 30 $\mu\text{վ}$ – 2 մվ 8. Սրտի հաճախության չափում՝ 1. Չափման միջակայք՝ ոչ պակաս, քան՝ 30 – 300
--	--	--	--	---

				գարկ/րոպե 2. Ճշգրտություն՝ ± 1 % կամ ± 1 գարկ/րոպե (մեծ արժեքը) 3. Լուծաչափություն՝ ոչ ավել, քան՝ 1 գարկ/րոպե 9. Էկրան 1. Տեսակ՝ Capacitive, multi-point color touchscreen 2. Չափը՝ ոչ պակաս քան 12 դյույմ 3. Լուծաչափություն՝ ոչ պակաս քան 1280 × 800 պիքսել 4. Ցուցադրվող տվյալներ՝ Հիվանդի ID, անուն, սեռ, տարիք Սրտի հաճախություն Սրտախթանիչի ինդիկացիա Չգուշացումներ և հաղորդագրություններ ժամանակ, մարտկոցի լիցք Ալիքաձևեր, արագություն, ուժեղացում 10. Սնուցում 1. Սնուցում՝ AC ցանցից կամ մարտկոցից 2. Մուտքային լարում՝ 100-240 Վ AC ± 10 % 3. Հաճախականություն՝ 50/60 Հց 11. Մարտկոց 1. Տեսակ՝ վերալիցքավորվող լիթիում-իոնային 2. Տարողություն՝ ոչ պակաս քան 5600 mAh 3. Լիցքավորման ժամանակ՝ մինչև 90 %՝ ≤ 3.5 ժամ մինչև 100 %՝ ≤ 4 ժամ (անջատված սարքով) 4. Ինքնավար աշխատանք՝ ոչ պակաս քան 500 ավտոմատ EՍԳ հաշվետվություն, կամ ≥ 1 ժամ շարունակական տպումով, կամ ≥ 8 ժամ առանց թղթի գրանցում 12. Տպիչ՝ 1. Տեսակ՝ բարձր լուծաչափի ջերմային տպիչ, 2. Թղթի արագություն՝ 5, 12.5, 25, 50 մմ/վրկ (± 5 %) 3. Տպման լուծաչափություն՝ Հորիզոնական՝ ոչ պակաս, քան՝ 40 կետ/մմ Ուղղահայաց՝ ոչ պակաս, քան՝ 8 կետ/մմ 4. Թուղթ՝ Thermal Z-fold A4 paper (210 մմ x 295 մմ) և US Letter 8.5x11 in (215 մմ x 280 մմ)՝ համապատասխան սարքի տպիչին: 13. Ծրագրային ապահովում և հիշողություն՝ 1. 12-ալիք EՍԳ ավտոմատ վերլուծություն և ինտերպրետացիա, 2. Հանգստյան EՍԳ ռեժիմ՝ առնվազն 10 վրկ գրանցմամբ և տպումով, 3. Ներքին հիշողություն՝
--	--	--	--	---

				ոչ պակաս քան 1200 ԷՍԳ Լրակազմը պետք է ներառի Թերմալ թուղթ - առնվազն 1000 հիվանդի հաշվարկով Բուժառուի՜ն միացման լար - առնվազն 2 հատ Առնվազն 2 USB պորտ: Ներկառուցված Wi-Fi (IEEE 802.11 b/g/n կամ ավելի բարձր) մոդուլ: Ethernet (LAN, RJ-45) պորտ՝ լարային ցանցին միանալու համար: Աջակցություն FTP/SFTP պրոտոկոլներին տվյալների արտահանման համար: Սարքը պետք է ապահովի Wi-Fi և Ethernet (LAN) կապ, DHCP և Static IP աջակցությամբ, ինչպես նաև ԷԿԳ տվյալների արտահանում PDF և/կամ DICOM: Մատակարարելիս որակի սերտիֆիկատ(ներ)ի առկայությունը պարտադիր է: Ապրանքը նոր է, չօգտագործված: Առաջարկի արժեքի մեջ ներառված են՝ կարգավորումները, տեխնիկական և բժշկական անձնակազմին սարքի օգտագործման եղանակներին ծանոթացնելը: Երաշխիքային ժամկետը տեղադրման պահից 12 ամսից ոչ պակաս:"
--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Ивафарм ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЕЦДЦПДР-2026/16-26-ЕПР< ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар			
	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
120				