ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԷՅԷՅ ԻՆԺԵՆԻՐԻՆԳ ՍՊԸ-ն ՀԲԿ - ԷԱՃԱՊՁԲ - 26/0108 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
17	բժշկական նպատակներով կիրառվող պոմպեր	բժշկական նպատակներով կիրառվող պոմպեր	բժշկական նպատակներով կիրառվող պոմպեր	բժշկական նպատակներով կիրառվող պոմպեր	• Սարքը պետք է նախատեսված լինի դեղորայքի և ինֆուզիոն լուծույթների ճշգրիտ ու վերահսկվող ներարկման համար՝ ստանդարտ սրսկիչների կիրառմամբ: • Պետք է ունենա առնվազն 3.5 դյույմանոց LCD սենսորային էկրան և հստակ, դյուրին օգտագործվող ինտերֆեյս՝ ինֆուզիայի ընթացիկ կարգավիճակի իրական ժամանակում դիտարկման հնարավորությամբ: • Պետք է ապահովի 8 ինֆուզիոն ռեժիմ՝ Rate, Time, Weight, Sequence, Trapezia, Loading Dose, Micro և TIVA: • Հոսքի

					արագությունը պետք է հնարավոր լինի փոփոխել առանց ընթացիկ ինֆուզիան դադարեցնելու (continuous titration)։ • Պետք է ունենա սրսկիչի շարժական հենակի/մղիչի պաշտպանություն՝ պատահական տեղաշարժից պաշտպանելու համար։ • Պետք է համապատասխանի EN 1789 ստանդարտի պահանջներին՝ շտապօգնության և բժշկական տրանսպորտային միջոցներում կիրառման համար։ • Պետք է ապահովի ներքին մարտկոցից շարունակական աշխատանք՝ մեկ մարտկոցի դեպքում առնվազն 10 ժամ, իսկ երկու մարտկոցի դեպքում՝ առնվազն 20 ժամ։ • Ընտրովի ներկառուցված Wi-Fi մոդուլի առկայության դեպքում պետք է հնարավոր լինի միանալ HIS/CIS համակարգերին WLAN կամ LAN ցանցով, ինչպես նաև MP-900 կենտրոնացված ինֆուզիոն մոնիտորինգի համակարգին։ Չափերը 362 (Ե) × 151 (Բ) × 130 (L) մմ /տեխնիկական բնութագրով նախատեսված մյուս բոլոր գործառնական և տեխնիկական

					պահանջներին համապատասխանող, սակայն 362 × 151 × 130 մմ չափերից տարբերվող ՍՐՍԿԻՉԱՅԻՆ ՊՈՄՊ ը կհամարվի ընդունելի/ Քաշը Մոտ 1.8 կգ՝ ներառյալ մարտկոցը Էկրանը Առնվազն 3.5 դյույմանոց LCD սենսորային էկրան Էլեկտրական/պաշտպանության դասակարգում Type CF, Class I, IP24 Համատեղելի սրսկիչներ 5 մլ, 10 մլ, 20 մլ, 30 մլ, 50 մլ և 60 մլ ստանդարտ սրսկիչներ Ինֆուզիոն ռեժիմներ Rate, Time, Weight, Sequence, Trapezia, Loading Dose, Micro, TIVA Հոսքի արագության միջակայք 0.10-2000.0 մլ/ժ Հոսքի արագության նվազագույն քայլ 0.01 մլ/ժ Նախապես սահմանվող ինֆուզիոն ծավալ (VTBI) 0.1-9999 մլ Կուտակային ներարկված ծավալ 0.0-99999.99 մլ Դոզավորման ճշտություն ±2% Երակի բաց պահման արագություն (KVO) 0.1-5 մլ/ժ Բոլյուսի արագություն 0.10-2000.0 մլ/ժ Օկլյուզիայի ճնշման մակարդակներ Առնվազն 11 ընտրելի մակարդակ Օկլյուզիայի ճնշման միջակայք 225-975 mmHg 3.

					Հատուկ գործառույթներ Գործառույթ Պահանջ Վերջին թերապիաների հիշողություն Պետք է գրանցի առնվազն վերջին 20 թերապիաները և թույլ տա դրանք անմիջապես կիրառել պարզ ընտրությամբ։ Արագության փոփոխում ինֆուզիայի ընթացքում Հոսքի արագությունը պետք է հնարավոր լինի փոխել առանց ինֆուզիան դադարեցնելու։ Էկրանի ավտոմատ կողպում Պետք է հասանելի լինի։ Կրկնվող տագնապ Տագնապի ձայնը լռեցնելուց հետո, չվերացված սխալի դեպքում, պետք է կրկնվի մոտ 2 րոպե անց։ Տվյալների պահպանում Առնվազն 2000 գրառման պահպանում և դիտարկում։ Ձայնի մակարդակ Առնվազն 10 ընտրելի մակարդակ։ Սնուցման ավտոմատ փոխարկում AC/DC արտաքին սնուցման անջատման դեպքում սարքը պետք է ավտոմատ անցնի ներքին մարտկոցային սնուցման՝ առանց ինֆուզիան ընդհատելու։ 4. Սնուցում և մարտկոց Պարամետր Պահանջվող տեխնիկական բնութագիր Փոփոխական հոսանքի սնուցում (AC) 100-240 V, 50/60 Hz,

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ЭЙЭЙ ИНЖИНИРИНГ ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀԲԿ - ԷԱՃԱՊՁԲ - 26/0108 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
17					մուտքային հզորություն՝ 40 VA Արտաքին հաստատուն հոսանքի սնուցում (DC) DC 12 V, 1.5 A Ներքին մարտկոց Լիթիումային, 10.8 V, 2600 mAh Մեկ մարտկոցի արագ լիցքավորում Մինչև 5 ժամ՝ սարքն անջատված վիճակում Մեկ մարտկոցի սովորական լիցքավորում Մինչև 10 ժամ՝ սարքն աշխատող վիճակում Մեկ մարտկոցով աշխատանքի ժամանակ Առնվազն 10 ժամ Երկու մարտկոցի արագ լիցքավորում Մինչև 10 ժամ՝ սարքն անջատված վիճակում Երկու մարտկոցի սովորական լիցքավորում Մինչև 20 ժամ՝ սարքն աշխատող վիճակում Երկու մարտկոցով աշխատանքի ժամանակ Առնվազն 20 ժամ