ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԷՅԷՅ ԻՆԺԵՆԻՐԻՆԳ ՍՊԸ-ն ՀԲԿ - ԷԱՃԱՊՁԲ - 26/0108 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
18	բժշկական համակարգչային սարքեր	բժշկական համակարգչային սարքեր	բժշկական համակարգչային սարքեր	բժշկական համակարգչային սարքեր	1 Սարքը նախատեսված է մարդու ֆիզիոլոգիական պարամետրերի շարունակական կամ ընդհատվող մոնիտորինգի համար։ 2 Սարքը պետք է ապահովի հիվանդի տեղեկատվության և ֆիզիոլոգիական տվյալների ցուցադրում, պահպանում և վերլուծություն, ինչպես նաև ձայնային և տեսողական ահազանգերի միջոցով նախազգուշացնի, երբ որոշակի պարամետր դուրս է գալիս նախապես սահմանված միջակայքից։ 3 Սարքը պետք է

						ունենա կենտրոնական մոնիտորինգի համակարգին միանալու հնարավորություն՝ տվյալների կենտրոնացված ցուցադրման, պահպանման և վերլուծության համար։ 4 Սարքը պետք է ունենա առանց հովհարիչի կառուցվածք։ 5 Սարքը պետք է ունենա IP22 ներթափանցման պաշտպանության աստիճան։ 6 Սարքը պետք է ապահովի առնվազն 31 տեսակի ախտահանիչ նյութերի կիրառման հնարավորություն։ 7 Սարքը պետք է ունենա ներքին հիշողություն, որը կանխում է տվյալների կորուստը հոսանքի հանկարծակի անջատման դեպքում։ 8 Սարքը պետք է ունենա ներկառուցված ջերմային տպիչով համալրման հնարավորություն։ 9 Սարքը պետք է ապահովի HL7-ի միջոցով HIS համակարգին միացումը՝ առանց լրացուցիչ ծրագրային ապահովման կամ սարքի։ Արտաքին տեսք 1 334 mm (L) × 264 mm (Բ) × 162 mm (Խ) 2 <3.8 kg (ստանդարտ կոնֆիգուրացիա՝ առանց մարտկոցի, պարագաների և

					գրանցիչի) 3 Սարքի համար պետք է առկա լինեն ինչպես պատին ամրացնելու, այնպես էլ սայլակի վրա տեղադրելու լուծումներ՝ ներառյալ արագ արձակման գործառույթը: Ցուցադրում 1 13.3" TFT LCD էկրան 2 Բանաձևություն՝ 1920×1080 3 Առավելագույն ալիքագծերի քանակ՝ 12 4 Հակաշողային էկրան 5 > 170° դիտման անկյուն 6 Ավտոմատ պայծառություն 7 Էկրանի ռեժիմներ՝ ստանդարտ էկրան, թրենդների էկրան, OxyCRG էկրան, խոշոր տառաչափի էկրան և ECG էկրան (անցում՝ ժեստային կառավարմամբ): 8 Ինտերֆեյսի դասավորության անհատականացման հնարավորություն Պարամետրեր 1 ECG (3/5 արտածում՝ ընտրելի, 6/12 արտածում՝ որպես օպցիա) 2 NIBP (iFAST՝ որպես օպցիա) 3 Շարունակական ոչ ինվազիվ արյան ճնշում 4 Շնչառության հաճախականություն (իմպեդանսային) 5 SpO_2 (Nellcor՝ որպես օպցիա, կրկնակի SpO_2՝ որպես օպցիա) 6 Ջերմաչափ 7

					Զարկերակային հաճախականություն 10 $EtCO_2$ (հիմնական հոսքի կամ կողմնային հոսքի մոդուլ՝ որպես օպցիա) ECG 1 Սրտի հաճախականության տիրույթ՝ մեծահասակ՝ 15 bpm ~ 300 bpm, մանկական/նորածնային՝ 15 bpm ~ 350 bpm 2 6 արտածումով տեղադրում՝ 12 արտածումով ECG ստանալու համար 3 ST վերլուծություն և ST դիտում 4 HRV վերլուծություն 5 QT վերլուծություն 6 Բազմաարտածումային վերլուծություն 7 Առիթմիայի վերլուծություն (33 տեսակ) 8 24-ժամյա ECG ամփոփում 9 Սրտի խթանիչի հայտնաբերում 10 Էլեկտրավիրաբուժական միջամտությունների խանգարումների ճնշում՝ EC13 Շնչառության հաճախականություն 1 Դիմադրության չափում RA-LL և RA-LA էլեկտրոդների միջև 2 "RR՝ ECG-ով՝ 0-ից 200 շնչառություն/րոպե RR՝ SpO_2-ով՝ 4-ից 70 շնչառություն/րոպե" 3 "Ճշգրտություն՝ RR՝ ECG-ով՝ 0-ից 120 շնչառություն/րոպե՝ ±1 շնչառություն/րոպե, 121-ից 200

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ЭЙЭЙ ИНЖИНИРИНГ ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀԲԿ - ԷԱՃԱՊՁԲ - 26/0108 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
18					շնչառություն/րոպե՝ ±2 շնչառություն/րոպե RR՝ SpO_2-ով՝ ARMS ≤ 3 շնչառություն/րոպե, միջին սխալ՝ [-1, 1] շնչառություն/րոպե" NIBP 1 Ռեժիմ՝ ձեռքով / ավտոմատ / շարունակական / հաջորդական 2 Մեծահասակների տիրույթ (mmHg)՝ SYS՝ 25 ~ 290, DIA՝ 10 ~ 250, MAP՝ 15 ~ 260 3 Մանկական տիրույթ (mmHg)՝ SYS՝ 25 ~ 240, DIA՝ 10 ~ 200, MAP՝ 15 ~ 215 4 Նորածնային տիրույթ (mmHg)՝ SYS՝ 25 ~ 140, DIA՝ 10 ~ 115, MAP՝ 15 ~ 125 5 Առավելագույն միջին սխալ՝ ±5 mmHg 6 Առավելագույն ստանդարտ շեղում՝ 8 mmHg 7 24-ժամյա NIBP ամփոփում 8 "Տիպիկ չափման տևողություն՝ iCUFS չափում՝ 20 վ-ից 35 վ Արագ չափման ռեժիմ՝ 15 վ" 9 PR տիրույթ՝ 40 bpm ~ 240 bpm 10 PR ճշգրտություն՝ ±3 bpm կամ 3.5% (որը մեծ է) 11 Վենեպունկցիայի գործառույթ Շարունակական ոչ ինվազիվ արյան ճնշում 1 Մեծահասակների տիրույթ (mmHg)՝ SYS՝ 25 ~ 290, DIA՝ 10 ~ 250 2 Մանկական տիրույթ (mmHg)՝ SYS՝ 25 ~ 240, DIA՝ 10 ~ 200 3 Առավելագույն միջին սխալ՝ ±5

					mmHg 4 Առավելագույն ստանդարտ շեղում՝ 8 mmHg 5 BPVI չափման տիրույթ՝ 0 ~ 100% SpO_2 1 Տիրույթ՝ 0 ~ 100 % 2 Ճշգրտություն՝ մեծահասակ/մանկական՝ ±2% (70%~100% SpO_2), նորածնային՝ ±3% (70%~100% SpO_2) 3 Պուլսի տոնայնություն 4 PR տիրույթ՝ 20 bpm ~ 300 bpm 5 PR ճշգրտություն՝ ±2 bpm 6 PI՝ 0.00-20%, անվավեր PI արժեքը՝ -?- Ջերմաստիճան (ջերմային դիմադրություն) 1 Դիրք՝ մաշկ, բերանի խոռոչ, ուղիղ աղիք 2 Ալիքների քանակ՝ 2 3 Չափման տիրույթ՝ 0ºC-ից 50ºC (32 ºF-ից 122 ºF) 4 Ճշգրտություն՝ ±0.3ºC 5 Անցումային արձագանքի ժամանակ՝ ≤30 վ CO_2 1 Հիվանդի տեսակ՝ մեծահասակ, մանկական, նորածնային 2 "Չափման տիրույթ՝ $etCO_2$՝ 0 mmHg-ից 152 mmHg (0%-ից 20%); $FiCO_2$՝ 0 mmHg-ից 50 mmHg; AwRR՝ 0-ից 150 շնչառություն/րոպե" 3 Նմուշառվող գազի հոսքի արագություն՝ 50 ml/min, 70 ml/min կամ 100 ml/min, ճշգրտություն՝ ±15 ml/min 4 "Տաքացման ժամանակ՝ ցուցումը ցուցադրվում է 20 վ-ի ընթացքում, նախագծված

					ճշգրտությանը հասնում է 2 րոպեի ընթացքում։" 5 Արձագանքման ժամանակ՝ <4 վ (ջրաթակարդ՝ 2 մ գազի նմուշառման խողովակով) Զգուշացման սքորինգ և հաշվարկներ 1 Հաշվարկային գործառույթներ՝ դեղորայքային հաշվարկ, հեմոդինամիկ հաշվարկ, օքսիգենացիայի հաշվարկ, վենտիլյացիայի հաշվարկ, երիկամային ֆունկցիայի հաշվարկ 2 Զգուշացման սքորինգի համակարգը պետք է ներառի՝ MEWS, NEWS, NEWS2 և PEWS 3 GCS (Գլազգոյի կոմայի սանդղակ) 4 CCHD (կրիտիկական բնածին սրտային հիվանդություն) 5 qSOFA/SOFA սքրինինգ (օրգանների հաջորդական անբավարարության գնահատում) Պահեստավորում (մեկ հիվանդի համար) 1 "Թրենդներ՝ 48 ժամ, լուծաչափ՝ 1 վայրկյան 240 ժամ, լուծաչափ՝ 1 րոպե" 2 NIBP չափումների պահեստավորում՝ 1200 գրանցում 3 Ահազանգի իրադարձություններ՝ 1000 գրանցում 4 Ալիքագծերի ամբողջական գրանցում՝ 48 ժամ, լուծաչափ՝ 1 վ Ինտերֆեյս 1 Անալոգային ելք 2

					Դեֆիբրիլյատորի սինխրոնացման ելք 3 USB միացքներ 4 RS 232 Ցանցային հնարավորություններ 1 Լարային/Wi-Fi կապ 2 Բուժքրոջ կանչ 3 Wi-Fi մոդուլը պետք է լինի ներկառուցված և հասանելի լինի ինչպես 2.4G Hz, այնպես էլ 5G Hz անլար միացման համար։ Էլեկտրասնուցում 1 100-240V, 50/60Hz 2 Li-ion վերալիցքավորվող մարտկոց 3 "≥12 ժամ աշխատանքային ժամանակ (2*5000 mAh), ≥6 ժամ աշխատանքային ժամանակ (2*2500 mAh)" Սերտիֆիկացում 1 CE, FDA Աշխատանքային միջավայր 1 Փոխադրման և պահեստավորման ջերմաստիճան՝ -20ºC ~ 60 ºC (-4 ºF ~ 140 ºF) 2 Աշխատանքային ջերմաստիճան՝ +0ºC-ից +40ºC (32 ºF ~104 ºF) 3 Հարաբերական խոնավություն՝ 15% ~ 95% (առանց կոնդենսացման)