ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԷՅՉԷՄԷՍ ՍՊԸ-ն ՎԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/93 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	Potent	Potent	XP 40 W	Potent Medical /Չինաստան/	Վիրաբուժական լազերային համակարգ+C3:C24 Լրակազմը պետք է պարունակի. (ոչ պակաս քան) Լազերային սարքավորում - 1 հատ, միացման մալուխ 1 հատ, ոտքի սեղմակ - 1 հատ, պաշտպանիչ ակնոց ոչ պակաս քան 1 հատ, օպտիկական մանրաթելը կտրող դանակ ոչ պակաս քան 1 հատ, ստրիպեր ոչ պակաս քան 1 հատ, օպտիկական մանրաթել պատվիրատուի ընտրած չափերով, ոչ պակաս քան 4 հատ Լազերի տիպը՝ հոլմիումային Ճառագայթման առավելագույն հզորությունը ոչ

						պակաս քան 40W Ճառագայթման նվազագույն հզորությունը ոչ ավելի քան 1,5W Լազերի ալիքի երկարությունը ոչ պակաս քան 2,1մկմ Իմպուլսի նվազագույն էներգիան ոչ ավելի քան 0,5 Ջ Իմպուլսի առավելագույն էներգիան ոչ պակաս քան 4,0 Ջ Իմպուլսի նվազագույն հաճախությունը ոչ ավելի քան 5Հց Իմպուլսի առավելագույն հաճախությունը ոչ պակաս քան 20Հց Ճառագայթի ջերմային ներթափանցման խորությունը հյուսվածքներում ոչ ավելի քան 0,4մմ Պիլոտային ճառագայթի առկայություն ոչ պակաս քան 532 նմ երկարությամբ Պիլոտային ճառագայթի նվազագույն հզորությունը ոչ ավելի քան 1մՎտ Պիլոտային ճառագայթի պայծառության կարգավորման հնարավորություն Գունավոր սենսորային էկրանի առկայություն Հնարավորություն օգտագործել օպտիկական մանրաթելեր նվազագույնը՝ ոչ ավելի քան 230մկմ, առավելագույնը՝ ոչ պակաս քան 800մկմ Մանրաթելի նույնականացման խելացի

						տեխնոլոգիայի առկայություն, որը թույլ չի տալիս մանրաթելին ոչ համապատասխան հզորության ճառագայթի ընտրության հնարավորություն Մանրաթելերը չպետք է ունենան օգտագործման քանակային կամ ժամանակային սահմանափակում Սարքավորման արտակարգ անջատման կոճակի առկայություն Սարքավորման չվերահսկվող միացումը կանխարգելող բանալիի առկայություն Լազերը պետք է լինի հեշտ տեղափոխվող, անիվների վրա՝ արգելակման հնարավորությամբ Սարքավորման պետք է ունենա ջրա-օդային սառեցման հնարավորություն Համակարգը պետք է ունենա ինքնաստուգման հնարավորություն միանալուց առաջ Ավտոմատ կարգավորում ըստ միացված մանրաթելի տեսակի Նախապես սահմանված պարամետրեր տարբեր աշխատանքային ռեժիմների համար Լազերի դասը՝ ոչ պակաս քան 3R Պաշտպանության դասը ոչ պակաս քան B Էլեկտրոսնուցում. Սնուցումը 220-240Վ, 50/60 Հց Այլ պայմաններ.

					Տեղադրում և մեկնարկ Աշխատակազմի ուսուցում տեղում Օգտագործման ձեռնարկ հայերեն կամ անգլերեն կամ ռուսերեն Սարքավորումը պետք է լինի նոր, չօգտագործված Լրակազմը ներառում է բոլոր անհրաժեշտ լրացուցիչ սարքերը և պարագաները, որոնք անհրաժեշտ են լիարժեք գործունեության համար Երաշխիքը ոչ պակաս քան 24 ամիս Որակի վկայականներ (առկայություն) 1. ISO 13485 կամ համարժեք 2. Բժշկական սարքավորումների համար՝ 93/42/EEC դիրեկտիվայով պահանջվող բոլոր անհրաժեշտ փորձարկումներն անցած CE սերտիֆիկատ կամ համարժեք MDR Regulation (EU) 2017/745 սերտիֆիկատ կամ բոլոր անհրաժեշտ փորձարկումներն անցած FDA սերտիֆիկատ

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО ЭЙЧЭМЕС в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЧРЧ-ԷԱՃԱՊՁՐ-26/93 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1					