

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Դավիթ Հարությունյան Հարությունի ԱԶ-ն ՀՀԱՆԳԲԿ-ԷԱՃԱՊԶԲ-26/84 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
2	Մայանա Գևորգյան ԱԶ	չունի	(150սմx220սմ)	Մայանա Գևորգյան ԱԶ	Վիրաբուժական սավանները պետք է լինեն դիմացկուն, դիմակայեն բարձր ջերմաստիճաններին և կոպիտ քիմիական նյութերին, որոնք կապված են ավտոկլավով ստերիլիզացման հետ՝ միաժամանակ մնալով փափուկ և հարմարավետ բուժառուների համար: Սավանները պետք է լինեն հակաալերգիկ և բոլոր կողմերից մշակված, 5 թելով եզրակարված , երկտակ ծավված կարով: Գործվածքը պետք է կարողանա դիմակայել բարձր ջերմաստիճանի (մինչև 134°C/273°F) կրկնվող

					ազդեցությանը և գոլորշու ստերիլիզացմանը՝ առանց զգալի կծկվելու, գույնի գունաթափման կամ ամրության կորստի: Կտորի խտությունը՝ ոչ պակաս քան 140գր./մ2 -160 գր./մ2 : Կտորի նյութը պետք է լինի բամբակ 65% , պոլիէթեր 35% : Չափսը՝ 150սմx220սմ: Գույնը և կտորը համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ:
--	--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Давид Арутюнян Арутюнов ИП в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀԱԼԳԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/84 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
2					