

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Իվաֆարմ ՍՊԸ-ն ԱՊԲԿ-ԷԱՃԱՊԶԲ-2026/46 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	ավտոկլավներ	ավտոկլավներ	ավտոկլավներ	ավտոկլավներ	Ավտոկլավ հորզոնական Տիպը՝ հորիզոնական, պուլս-վակուումային, Բ դասի, ոչ պակաս քան 150 լիտր ստերիլիզացնող խցիկով Ախտահանվող գործընթացն ավտոմատ վերահսկվող Բարձր ջերմաստիճանի և բարձր ճնշման ավտոմատ պաշտպանության Դռան բաց լինելու ավտոմատ պաշտպանության առկայություն Սարքի ստերիլիզացման խցիկը, ստերիլիզացման խցիկը փակող կափարիչը և շոգեխցիկը պետք է պատրաստված լինեն չժանգոտվող պողպատից Պետք է ունենա թվային

					դիսփոլեյ սարքի կառավարման և աշխատանքային պարամետրերի ցուցադրման համար թվային դիսփոլեյը ոչ պակաս քան 7 դյույմ Ներդրված ախտահանման ծրագրերի առկայություն, ծրագրերի քանակը ոչ պակաս քան 13 Ներկառուցված ջերմային տպիչի առկայություն ախտահանման տվյալների տպման համար Ստերիլիզացման խցիկի տրամագիծը ոչ պակաս քան 500 մմ, երկարությունը ոչ պակաս քան 780 մմ Աղտահանման խցիկում պետք է կարելի լինի մտցնել ոչ պակաս քան 39 մմ տրամագծով բիքս Պետք է հնարավոր լինի ապահովել ոչ պակաս քան -0,096 ՄՊա ճնշում վակուումի և ոչ պակաս քան 0,3ՄՊա ճնշում ստերիլիզացման համար Ստերիլիզացման աշխատանքային ճնշումը ոչ պակաս քան 0,23ՄՊա Աշխատանքային ջերմաստիճանի կարգաբերումը ոչ պակաս քան 105°-134° C միջակայքում Քայլը ոչ ավելի քան 0,1 աստիճան Ախտահանման ժամանակի կարգաբերումը ոչ պակաս քան 1-99ր միջակայքում Չորացման
--	--	--	--	--	--

					Ժամանակի կարգաբերումը ոչ պակաս քան 1-99ր միջակայքում Սնուցումը 380-400 Կոլտ, 50/60Հց Սարքի հետ պետք է մատակարարվի նաև գոլորշու մարիչ ավտոկլավից դուրս մղվող տաք գոլորշու ջերմաստիճանը իջեցնելու նպատակով՝ հետագայում գոլորշին պլաստիկ կոյուղի մղելու համար Համապատասխանություն և ստանդարտներ. Սարքավորումը պետք է խստորեն համապատասխանի հետևյալ դիրեկտիվներին և ստանդարտներին 1. առնվազն CE 2014/68/EU 2. առնվազն EU 2011/65/EU Լրակազմ և պարագաներ. Տեղադրում և մեկնարկ Աշխատակազմի ուսուցում տեղում Օգտագործման ձեռնարկ հայերեն կամ անգլերեն կամ ռուսերեն Սարքավորումը պետք է լինի նոր, չօգտագործված Լրակազմում ներառված են բոլոր անհրաժեշտ լրացուցիչ սարքերը և պարագաները, որոնք անհրաժեշտ են լիարժեք գործունեության համար Երաշխիքը ոչ պակաս քան 24 ամիս Որակի վկայականներ
--	--	--	--	--	--

					(առկայություն) 1. ISO13485 2. ISO14001
--	--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Ивафарм ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ИФЧ-ЕЦДЧДР-2026/46 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1					