

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Ա/Զ Հասմիկ Օհանյան-ն ԱՊԲԿ-ԷԱՃԱՊԶԲ-2026/46 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	Horizontal Pulse Vacuum Autoclave	Biobase	BKQ-Z150H	Biobase Biogainer Co., Ltd.	Ավտոկլավ հորզոնական Տիպը՝ հորիզոնական, պուլս-վակուումային, Բ դասի, ոչ պակաս քան 150 լիտր ստերիլիզացնող խցիկով Ախտահանվող գործընթացն ավտոմատ վերահսկվող Բարձր ջերմաստիճանի և բարձր ճնշման ավտոմատ պաշտպանության Դռան բաց լինելու ավտոմատ պաշտպանության առկայություն Սարքի ստերիլիզացման խցիկը, ստերիլիզացման խցիկը փակող կափարիչը և շոգեխցիկը պետք է պատրաստված լինեն չժանգոտվող պողպատից Ունի թվային դիսփլեյ

					սարքի կառավարման և աշխատանքային պարամետրերի ցուցադրման համար թվային դիսփլեյը 7 դյույմ: Աշխատանքային ճնշումը՝ - 0,096 ՄՊա վակումի 0,3ՄՊա ստերիլիզացման համար: Աշխատանքային ջերմաստիճանի կարգաբերումը՝ 105°C - 134°C միջակայքում: Աղտահանման խցիկում կարելի է մտցնել 39 մմ տրամագծով բիքս: Քայլը՝ 0,1 աստիճան: Ախտահանման ժամանակի կարգաբերումը 1-99ր միջակայքում: Աշխատանքային ճնշումը՝ - 0,096ՄՊա վակումի 0,3ՄՊա ստերիլիզացման համար: Աշխատանքային ջերմաստիճանի կարգաբերումը 105°C - 134°C միջակայքում: Ներդրված ախտահանման ծրագրերի առկայություն, ծրագրերի քանակը՝ 13: Ներկառուցված ջերմային տպիչի առկայություն ախտահանման տվյալների տպման համար Ստերիլիզացման խցիկի տրամագիծը 500 մմ, երկարությունը 780 մմ: Չորացման ժամանակի կարգաբերումը 1-99ր միջակայքում Սնուցումը 380-400 Վոլտ, 50/60Հց
--	--	--	--	--	---

				Սարքի հետ պետք է մատակարարվի նաև գոլորշու մարիչ ավտոկլավից դուրս մղվող տաք գոլորշու ջերմաստիճանը իջեցնելու նպատակով՝ հետագայում գոլորշին պլաստիկ կոյուղի մղելու համար Համապատասխանություն և ստանդարտներ. Սարքավորումը պետք է խստորեն համապատասխանի հետևյալ դիրեկտիվներին և ստանդարտներին 1. CE 2014/68/EU կամ համարժեք 2. առնվազն EU 2011/65/EU 3. առնվազն EN 13445 Լրակազմ և պարագաներ. Տեղադրում և մեկնարկ Աշխատակազմի ուսուցում տեղում Օգտագործման ձեռնարկ հայերեն կամ անգլերեն կամ ռուսերեն Սարքավորումը պետք է լինի նոր, չօգտագործված Լրակազմում ներառված են բոլոր անհրաժեշտ լրացուցիչ սարքերը և պարագաները, որոնք անհրաժեշտ են լիարժեք գործունեության համար Երաշխիքը 24 ամիս: Որակի վկայականներ (առկայություն) 1. ISO13485 2. ISO14001
--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

АСМИК ОГАНЯН ИП в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЦПРЧ-ЕЦДЦПР-2026/46 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1					