ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Գեո-Նալ ՍՊԸ-ն ԲՊ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/8 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի			
	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	Tomey	Slit Lamp TSL-900Z	TOMEY GmbH	ՃԵՂՔԱՅԻՆ ԼԱՄՊ (SLIT LAMP) 1. Ընդհանուր պահանջներ Առաջարկվող սարքը պետք է լինի սեղանային տիպի ճեղքային լամպ, նախատեսված ակնաբուժական հետազոտությունների և ախտորոշման համար: Սարքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, գործարանային արտադրության և նախկինում շահագործված չլինի: 2. Օպտիկական համակարգ Օպտիկական համակարգը պետք է լինի 10° թեքությամբ Galilean Converging Binoculars տիպի: Խոշորացման փոփոխությունը պետք է իրականացվի պտտվող թմբուկային մեխանիզմով և ապահովի ճշգրիտ՝ • 6.3× • 10× • 16× • 25× • 40× խոշորացումներ: Օկուլյարների խոշորացումը պետք է լինի 12.5×: Տեսադաշտը պետք է կազմի՝ • 36.2 մմ՝ 6.3× • 22.3 մմ՝ 10× • 14.0 մմ՝ 16× • 8.9 մմ՝ 25× • 5.7 մմ՝ 40× Աչքերի միջև հեռավորության կարգավորումը պետք է

					լինի 52–80 մմ: Օբյեկտիվների կոնվերգենցիայի անկյունը պետք է լինի 13°: Դիոպտրիական կարգավորումը պետք է լինի ±8D: 3. Ճեղքային լուսավորման համակարգ Ճեղքի լայնությունը՝ 0–14 մմ: Ճեղքի երկարությունը՝ 1–14 մմ: Ապերտուրաների տրամագծերը պետք է լինեն՝ • Ø14 մմ • Ø8 մմ • Ø5 մմ • Ø3 մմ • Ø0.2 մմ Ճեղքի պտույտը պետք է իրականացվի ±90° միջակայքում: Ճեղքի թեքությունը պետք է կարգավորվի հետևյալ դիրքերով՝ • 5° • 10° • 15° • 20° Սարքը պետք է ունենա հետևյալ ֆիլտրերը՝ • Heat Absorbing Filter • Red-Free Filter • Cobalt Blue Filter • ND Filter • Diffuser Filter 4. Մեխանիկական համակարգ Հիմքի շարժման միջակայքները պետք է կազմեն՝ • Z առանցք – 30 մմ • X առանցք – 110 մմ • Y առանցք – 115 մմ Հորիզոնական նուրբ կարգավորման միջակայքը պետք է լինի 12 մմ: 5. Լուսավորման համակարգ Ֆիքսացիոն լույսը պետք է լինի LED: Հիմնական լուսավորման աղբյուրը պետք է լինի LED / 12V: Լուսավորման ինտենսիվությունը պետք է լինի առնվազն 150 klx: 6. Լրացուցիչ հնարավորություններ Սարքը պետք է ապահովի օպտիկական մարմնի մեջ ինտեգրվող Yellow Filter-ի տեղադրման հնարավորություն: Սարքը պետք է ապահովի TAT-80R ապլանացիոն տոնոմետրի միացման հնարավորություն: Սարքը պետք է ապահովի չափիչ օկուլյարի միացման հնարավորություն: 7. Չափսեր և էլեկտրական պարամետրեր Չափսերը՝ 330 × 390–460 × 460 մմ: Քաշը՝ առավելագույնը +-16 կգ: Սնուցում՝ 100–240V, 50/60Hz: Ելքային լարում՝ 12–15V DC: 8. Մասնակցի և

					մատակարարվող սարքավորման նկատմամբ պահանջներ Մասնակիցը պետք է հանդիսանա արտադրողի պաշտոնական ներկայացուցիչը կամ լիազորված գործընկերը և ներկայացնի համապատասխան հավաստող փաստաթուղթ: Մասնակիցը պետք է ներկայացնի արտադրողի կողմից տրամադրված գործող ներկայացուցչության կամ դիստրիբյուտորության հավաստագիր: Մասնակիցը պետք է ներկայացնի սարքավորման տեխնիկական բրոշուրները և համապատասխանության աղյուսակը: Սարքավորումը պետք է մատակարարվի գործարանային ամբողջական հավաքակազմով և արտադրողի օրիգինալ փաթեթավորմամբ:Չվնասված , չօգտագործված Սարքավորումը պետք է ունենա CE, ISO կամ համարժեք միջազգային որակի և համապատասխանության հավաստագրեր: Մասնակիցը պետք է ապահովի կամ ունենա լիազորված տեխնիկական և սերվիսային սպասարկման հնարավորություն Հայաստանի Հանրապետության տարածքում: Սարքավորման համար պետք է տրամադրվի առնվազն 12 ամիս երաշխիք: Երաշխիքային ժամկետի ընթացքում մատակարարը պարտավոր է անվճար իրականացնել երաշխիքային սպասարկում և արտադրական թերությունների վերացում: Մասնակիցը պետք է ապահովի հետերաշխիքային սպասարկման և պահեստամասերի մատակարարման հնարավորություն: Սարքավորումը պետք է ունենա գործարանային սերիական համար և արտադրողի որակի վերահսկողության փաստաթղթեր:

				9. Մատակարարման պայմաններ Սարքը պետք է մատակարարվի ամբողջական, աշխատունակ և արտադրողի ստանդարտ կոմպլեկտացիայով: Մատակարարման պահին ներկայացվում են բոլոր տեխնիկական փաստաթղթերը, օգտագործման հրահանգները և համապատասխանության հավաստագրերը

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Гео-Нал ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԲՊ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/8 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар			
	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1				