ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Իվաֆարմ ՍՊԸ-ն ՈՒԱԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-27/8 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի		
	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
2	Benefusion eSP	Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd/Շենժեն Մինդրեյ Բիո-Մեդիքալ Էլեկտրոնիքս Քո., Լթդ.	"Ինֆուզիոն (ներարկիչային) պոմպ • Ֆիզիկական պարամետրեր և էկրան: o Քաշը: Ոչ ավելի, քան 2.0 կգ՝ սովորական մարտկոցով, առանց ձողի ամրակի. Ձողի ամրակի քաշը՝ ոչ ավելի, քան 0.15 կգ: o Չափսերը: Կոմպակտ դիզայն (համապատասխանի բժշկական ստանդարտներին): o Էկրանը: Նվազագույնը՝ 3.5 դյույմ անկյունագծով տարողունակ (capacitive) գունավոր սենսորային TFT LCD էկրան՝ հստակ կետայնությամբ և կարգավորվող պայծառության : o Արտապատկերում: Էկրանին պետք է արտացոլվեն հոսքի և դեղաչափի արագությունները, VTBI-ն, մնացած ժամանակը, ինչպես նաև պացիենտի, ինֆուզիայի, տագնապների և համակարգի կարգավիճակի տեղեկատվությունը: Մեծ տառաչափով ցուցադրման հնարավորություն: • Ներարկիչների համատեղելիություն և ճշգրտություն: o Համատեղելիություն: Սարքը պետք է աջակցի առնվազն 10, 20, 30, 50 և 60 մլ ծավալի ներարկիչներ: o Ճանաչում: Ներարկիչի չափի ավտոմատ ճանաչման ֆունկցիայի առկայություն: o Ճշգրտություն: Ինֆուզիայի ճշգրտության շեղումը չպետք է գերազանցի ±2%-ը: •

			Աշխատանքային ռեժիմներ և ծավալներ: o Ռեժիմներ: Արագության (Rate), Դեղաչափի (Dose), Ժամանակի (Time), Դեղաչափ-ժամանակի (Dose Time), Հաջորդական (Sequential), Ընդհատվող (Intermittent), Loading Dose, Ramp, Micro-infusion և TIVA ռեժիմներ, ինչպես նաև ընտրովի TCI (Target Controlled Infusion) ռեժիմ: o Հոսքի արագություն: Կարգավորման միջակայքը՝ 0.01-ից մինչև 1200/1500 մլ/ժ: o KVO (երակի բաց պահպանում): Առկայություն (կարգավորվող արագությամբ): o Բոլյուս (Bolus) և Մաքրում (Purge): Ավտոմատ կամ ձեռքով բոլյուսի հնարավորությամբ (բարձր արագությամբ): • Անվտանգություն, տագնապներ և խցանումներ: o Խցանման հայտնաբերում: Խցանման հայտնաբերում: Ճնշման մի քանի կարգավորվող մակարդակներ խցանման հայտնաբերման համար՝ միավորների ընտրության հնարավորությամբ (mmHg, kPa, bar, psi): o Anti-bolus համակարգ: Խցանման դեպքում անսպասելի բոլյուսի նվազեցման համակարգի առկայություն: o DERS: Դեղաչափի սխալի նվազեցման համակարգի (Dose Error Reduction System) ապահովման հնարավորություն՝ դեղաչափի սահմանաչափերով և ավտոմատ տագնապներով (ընտրովի): • Էներգասնուցում և դասակարգում: o Սնուցում: 100-240 V AC, 50/60 Hz: o Մարտկոց: Ներկառուցված վերալիցքավորվող մարտկոց, որն ապահովում է առնվազն 6.5 ժամ անընդմեջ աշխատանք՝ 5 մլ/ժ արագությամբ: Որակի վկայականներ (առկայություն) 1. ISO 13485 կամ 2. ISO 14001 կամ 3. Բժշկական սարքավորումների համար՝ 93/42/EEC դիրեկտիվայով պահանջվող բոլոր անհրաժեշտ փորձարկումներն անցած CE սերտիֆիկատ կամ MDR Regulation (EU) 2017/745 սերտիֆիկատ կամ բոլոր անհրաժեշտ փորձարկումներն անցած FDA սերտիֆիկատ: Արտադրողի կողմից սահմանված երաշխիքային ժամկետը նվազագույնը 24 ամիս։"

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Ивафарм ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՈՒԱԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-27/8 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар		
	марка	наименование производителя	технические характеристики
2			