ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Իվաֆարմ ՍՊԸ-ն ԱԲՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/147 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
6	Խնամյալի մոնիտոր	Խնամյալի մոնիտոր	Խնամյալի մոնիտոր	Խնամյալի մոնիտոր	ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐ 1. Ընդհանուր բնութագիր 1.1 Սարքը նոր է և չօգտագործված: 1.2 Սարքը նախատեսված է մեծահասակների, երեխաների և նորածինների համար: 1.3 Սարքը ունի CE համապատասխանության հավաստագիր: 1.4 Սարքի բժշկական դասակարգումը Class II է: 1.5 Արտադրողը ապահովում է սարքի երաշխիքային և հետերաշխիքային սպասարկում ՀՀ տարածքում: 2. Սնուցում և կառուցվածք 2.1 Սարքը աշխատում է AC և DC սնուցմամբ: 2.2 Սարքը

						ունի ներկառուցված վերալիցքավորվող մարտկոց, որը ապահովում է անընդհատ մոնիտորինգ: 2.3 Սարքի կորպուսը պատրաստված է մետաղից և/կամ բժշկական պլաստիկից: 3. Ցուցադրիչ 3.1 Սարքը համալրված է գունավոր TFT LCD էկրանով՝ անկյունագիծը12.1 դյույմ, 800*600 թույլտվությամբ: 3.2 Էկրանը միաժամանակ ցուցադրում է պացիենտի պարամետրերը, ալիքագծերը, տագնապները և սարքի աշխատանքային վիճակը: 3.3 Ցուցադրումը բարձր լուծաչափով է և հարմար ընթեռնելի բժշկական միջավայրում: 4. Մոնիտորինգի պարամետրեր Սարքը ապահովում է հետևյալ պարամետրերի մոնիտորինգը՝ Էլեկտրասրտագրություն (ECG), Շնչառության հաճախականություն (RESP), Ոչ ինվազիվ զարկերակային ճնշում (NIBP), Արյան թթվածնային հագեցվածություն (SpO_2), Ջերմաստիճան՝ առնվազն 2 ալիք (TEMP), Զարկերակային հաճախականություն (PR), 5. ECG պահանջներ 5.1 Սարքը աշխատում

						է 7 լիդանոց ECG համակարգերով: 5.2 Սարքը ապահովում է ECG ալիքագծերի պահպանում առնվազն 72 ժամ: 6. Տվյալների պահպանում և վերլուծություն 6.1 Սարքը պահպանում է տրենդային տվյալներ առնվազն 480 ժամ: 6.2 Սարքը ապահովում է հոլոգրաֆիկ ալիքագծի պահպանում առնվազն 40 վայրկյան: 6.3 Սարքը ապահովում է ոչ պակաս, քան 4800 NIBP չափման տվյալների պահպանում: 6.4 Տվյալների վերանայումը հնարավոր է սարքի էկրանից: 7. Լեզվական միջավայր 7.1 Սարքի ծրագրային միջավայրը ներառում է առնվազն անգլերեն լեզու: 8. Կապ 8.1 Սարքը ունի ցանցային միացման հնարավորություն կենտրոնական մոնիտորինգի կայանի հետ՝ լարային և/կամ անլար եղանակով: 9. Անվտանգություն 9.1 Սարքը դեֆիբրիլյացիային դիմացկուն է: 9.2 Սարքը պաշտպանված է բարձր հաճախականության վիրաբուժական սարքերի ազդեցությունից: 10. Մատակարարում և փաթեթավորում

					10.1 Սարքը մատակարարվում է գործարանային անհատական փաթեթավորմամբ: 11. Երաշխիք 11.1 Երաշխիքը ոչ պակաս քան 24 ամիս

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Ивафарм ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԱԲՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/147 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
6					