ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Մարգ Ֆարմացիա ՍՊԸ-ն ՍՄԳԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/46 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	Անոթային և պրոկտոլոգիական լազերային վիրահատական համակարգ	Lasotronix	SMART SG3	LASOTRONIX LTD.	Անոթային EVLT և պրոկտոլոգիական լազերային վիրահատական համակարգ: Տիպը՝ դիոդային լազեր՝ լազերի տեսակը՝ դիոդ, կիսահաղորդիչ, երկակի ալիքային երկարության: Ալիքի երկարությունը՝ 1470±10 նմ և 635±10 նմ: Նվազագույն հզորությունը՝ 15 Վտ: Դիրքավորման ճառագայթի հզորությունը՝ ոչ ավել քան 1,4մՎտ: Դիրքավորման ճառագայթի ալիքի երկարությունը՝ 630-690 նմ տիրույթում: Գործառնական ռեժիմները՝ առնվազն շարունակական, մոդուլացված, մեկ

						պուլսային: Պուլսացիայի ժամանակը՝ ստորին շեմը ոչ ավել քան 50 մկվ , վերին շեմը ոչ պակաս քան 10 վրկ տիրույթում: Առաքման միջոցը՝ օպտիկամանրաթելային: Օպտիկամանրաթելի միակցիչը՝ SMA 905 տիպի, նախատեսված 400 մկմ-ից մինչև 800 մկմ միջուկների համար: Լարի երկակությունը առնվազն 150սմ: Մեկնարկը՝ առնվազն ոտքի անջատիչով: Էկրանը՝ առնվազն 7 դյույմ TFT, սենսորային կառավարմամբ: Հատուկ անոթային ծրագրային ռեժիմի առկայություն: Հատուկ ծրագրային ռեժիմի առկայություն պրոկտոլոգիական միջամտությունների համար: Սառեցման համակարգը՝ ջերմաէլեկտրական հովացում առանց ակտիվ օդափոխության կամ հեղուկ մետաղական հովացում: Տագնապի ազդանշաններ բոլոր ռեժիմներում առնազն՝ ոտքի անջատիչի կորուստ, օպտիկամանրաթելի կորուստ, անվտանգության անջատարը միացված է, լազերը սառն է, լազերը գերտաք է: Բժշկական սարքի դաս՝

						IIb: Լազերային անվտանգության դաս՝ 4: Էլեկտրական անվտանգության դաս՝ առնվազն դաս I տիպ B, EN60601-1 I դաս: Պաշտպանության աստիճանը՝ առնվազն IPX6: Էլեկտրամատակարարումը՝ 100-240 VAC; 50/60 Հց: Սարքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, արտադրությունը ոչ վաղ քան 2026թ.: Լրակազմում ներառի լիարժեք աշխատանքի համար նախատեսված բոլոր պարագաները, այդ թվում առնվազն բազմակի օգտագործման օպտիկամանրաթելի 2 կոմպլեկտ, անվտանգության ակնոցներ բժշկի և հիվանդի համար, մանրաթելի ներմուծման կաթեթր 14G, պրոկտոլոգիական թերապևտիկ ծայրակալ, ոտքի անջատիչ, օպտիկական մանրաթելի սպասարկման հավաքածու: Երաշխիքը առնվազն 12 ամիս: Որակի վկայագրեր առնվազն, ISO 13485:2016, ISO 14971, MDR 2017/745: Պայմանագրով նախատեսվում է, որ Վաճառողը Գնորդին ներկայացնի նաև ապրանքն արտադրողից կամ

					վերջինիս ներկայացուցչից երաշխիքային նամակ կամ համապատասխանության սերտիֆիկատ:

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Марг-Фармация ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՍՄԳԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/46 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1	Անոթային և պրոկտոլոգիական լազերային վիրահատական համակարգ	Lasotronix	SMART SG3	LASOTRONIX LTD.	Անոթային EVLT և պրոկտոլոգիական լազերային վիրահատական համակարգ: Տիպը՝ դիոդային լազեր՝ լազերի տեսակը՝ դիոդ, կիսահաղորդիչ, երկակի ալիքային երկարության: Ալիքի երկարությունը՝ 1470±10 նմ և 635±10 նմ: Նվազագույն հզորությունը՝ 15 Վտ: Դիրքավորման ճառագայթի հզորությունը՝ ոչ ավել քան 1,4մՎտ: Դիրքավորման ճառագայթի ալիքի երկարությունը՝ 630-690 նմ տիրույթում: Գործառնական ռեժիմները՝ առնվազն շարունակական, մոդուլացված, մեկ

						պուլսային: Պուլսացիայի ժամանակը՝ ստորին շեմը ոչ ավել քան 50 մկվ , վերին շեմը ոչ պակաս քան 10 վրկ տիրույթում: Առաքման միջոցը՝ օպտիկամանրաթելային: Օպտիկամանրաթելի միակցիչը՝ SMA 905 տիպի, նախատեսված 400 մկմ-ից մինչև 800 մկմ միջուկների համար: Լարի երկակությունը առնվազն 150սմ: Մեկնարկը՝ առնվազն ոտքի անջատիչով: Էկրանը՝ առնվազն 7 դյույմ TFT, սենսորային կառավարմամբ: Հատուկ անոթային ծրագրային ռեժիմի առկայություն: Հատուկ ծրագրային ռեժիմի առկայություն պրոկտոլոգիական միջամտությունների համար: Սառեցման համակարգը՝ ջերմաէլեկտրական հովացում առանց ակտիվ օդափոխության կամ հեղուկ մետաղական հովացում: Տագնապի ազդանշաններ բոլոր ռեժիմներում առնազն՝ ոտքի անջատիչի կորուստ, օպտիկամանրաթելի կորուստ, անվտանգության անջատարը միացված է, լազերը սառն է, լազերը գերտաք է: Բժշկական սարքի դաս՝

						IIb: Լազերային անվտանգության դաս՝ 4: Էլեկտրական անվտանգության դաս՝ առնվազն դաս I տիպ B, EN60601-1 I դաս: Պաշտպանության աստիճանը՝ առնվազն IPX6: Էլեկտրամատակարարումը՝ 100-240 VAC; 50/60 Հց: Սարքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, արտադրությունը ոչ վաղ քան 2026թ.: Լրակազմում ներառի լիարժեք աշխատանքի համար նախատեսված բոլոր պարագաները, այդ թվում առնվազն բազմակի օգտագործման օպտիկամանրաթելի 2 կոմպլեկտ, անվտանգության ակնոցներ բժշկի և հիվանդի համար, մանրաթելի ներմուծման կաթեթր 14G, պրոկտոլոգիական թերապևտիկ ծայրակալ, ոտքի անջատիչ, օպտիկական մանրաթելի սպասարկման հավաքածու: Երաշխիքը առնվազն 12 ամիս: Որակի վկայագրեր առնվազն, ISO 13485:2016, ISO 14971, MDR 2017/745: Պայմանագրով նախատեսվում է, որ Վաճառողը Գնորդին ներկայացնի նաև ապրանքն արտադրողից կամ

					վերջինիս ներկայացուցչից երաշխիքային նամակ կամ համապատասխանության սերտիֆիկատ: