ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Անալիզ-Մեդ ՍՊԸ-ն ՇՄԳԹ2Պ-ԷԱՃԱՊՁԲ 26/20 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	SK6100	SK6100	Լիովին Ավտոմատ բիոքիմիական վերլուծիչ	Sinothinker (Չինաստան	Ավտոմատ բիոքիմիական վերլուծիչ Թողունակությունը 120 տեստ /ժամ արագությամբ Չափման մեթոդաբանություն՝ ծայրակետ, ֆիքսված ժամանակ, կինետիկ: Կատարվող հետազոտություններ՝ ոչ պակաս քան ASAT,ALAT,Glucose, Crea,Urea,UA,Chol,TG,Alb,TP,Microalbumin, Bil T,Bil D, HDL,LDL,Ethanol, Lactate,Urine proteine, Bile acid, Amylase, ALP,GGT,LDH,CK,CK-MB,HBDH,Lipase, ACP,Cholinesterase, Ca arsenazo, Mg,Fe,UIBC, Phosphorus, IgA,IgM,IgG,IgE, CRP,RF, ASo,C3,C4,Apolipoprotein,,Transferin,

						AntithrombinIII,HbA1C, D-Dimer, Cystatin C, Ferritin, Myoglobin, AFP, α1 microglobulin Չափման մեթոդներ՝ ֆոտոմետրիա (կալորիմետրիա, UV-test, տուրբոդիմետրիա) Քննության մեթոդներ՝ բիքրոմատիկ փորձ/ռեագենտ վերահսկում, կինետիկ, ֆիքսված ժամանակ, դիֆերենցված վերջնական կետերով փորձ/ռեագենտ վերահսկում Հաշվարկի մեթոդներ՝ միակետ և բազմակետ ֆակտորով Հաշվարկի ալգորիթմը՝ գծային (ֆակտոր, գծային, գծային ռեգրեսիոն, միջինացված), ոչ գծային,4Pև 5P հնգավալենտ պարամետրային (սիգմոիդ), մուլտի-պարամետր (լոջիտ-լոգ ռեգրեսիեն) Յուրաքանչյուր տեստի համար 4 ստանդարտ. Նմուշ / Վերահսկողություն / Կալիբրատոր-1 Կոնտրոլ-1 Նմուշի տեսակ՝ Սիճուկ, պլազմա, մեզ, ընդհանուր արյուն, և այլն Նմուշների քանակը ՝ 24+5 հատ Նմուծառման ծավալը՝ 2 -30 մկլ/թեստ Շարունակական ներմուծման հնարավորությամբ Նախնական նոսրացում՝ ավտոմատ (ասեղում կամ ռեակցիոն

						փորձանոթում) Հետնոսրացումը՝ ավտոմատ (արտասովոր չափաքանակների, սուբստրանտի չափից ավելի արտաձծման կ պահանջվող քանակից քիչ լինելու դեպքում) Ռեագենտ Ռեագենտ 27 հատ.6մլ և 27 հատ.24մլ ռագենտների համար նախատեսված դիրքերի առկայություն Ռեագենտի ծավալը՝ 10-300 մկլ տիրույթում աշխատելու հնարավորություն, 0.5մկլ ճշգրտությամբ Ռեակցիոն 81 լվացվող կյուվետ Մինիմալ և մաքսիմալ ռեակցիոն ծավալները 150 -750 մկլ Կյուվետների լվացման կայան ՝ առնվազն 8 աստիճան և 6 ասեղներով, 2 տեսակի լվացման շշեր համակարգային և հեղուկ լվացման լուծույթներ Ինկուբատորը՝ 37±0,2 աստիճան օդային տաքացում Ինկուբացիոն ժամանակը՝ առավելագույնը 999 վրկ ներառյալ ինկուբացիոն և ստուգման ժամանակաները Հեղուկի ներբեռնում Հեղուկի տեղափոխման պիպետային արմունկի առկայություն Հեղուկի մակարդակի տվիչների առկայություն յուրաքանչյուր կյուվետի համար

						Զոնդի բախման հայտնաբերման հորիզոնական համակարգի առկայություն Ջրի սպառում ՝ 1լ/ժ (8մլ/տեստ) Ջրի որակը՝ 10uS ֆիլտրացիա, դեստիլացված, դեիոնիզացված Կարդացող համակարգ Օպտիկական համակարգը՝ ինտերֆերենցիոն ֆիլտրեր Լույսի աղբյուրը՝ հալոգեն լամպ Լույսի սպեկտորի տիրույթը առնվազն 340-810նմ 8 ներկառուցված ալիքի երկարություն , 340, 405, 450,510, 546, 578, 630, 700 նմ առկայություն ± 2 նմ սխալի հնարավությամբ Էկրանը 10.4 inch color LCD touch screen Հիշողությունը 100.000 նմուշ Ընդունիչը՝ Սիլիկոնային ֆոտոտվիչ Աբսորբցիայի տիրույթը՝ 0-4.5 OD Չափսերը : 700 x 520 x 600 մմ Քաշը 35 կգ Տվյալների մշակում Սարնարան րեագենտների համար՝ ներկառուցված սարնարանի առկայություն (24 ժամ աշխատելու հնարավորությամբ) Թերմոստատ՝ ներկառուցված թերմոստատի առկայություն 37±0.3°C Աշխատանքային փորձանոթ՝ միանգամյա օգտագործվող

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Անալիզ-Մեդ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՇՄԿՁԲ2Դ-ԷԱՃԱՊՁԲ 26/20 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1					
					Չինական է, նոր, չօգտագործված, կներառի լիարժեք աշխատանքի համար նախատեսված բոլոր պարագաները, տեղադրումը, ուսուցումը, առնվազն 24 ամիս երաշխիքով։ Որակի սերտիֆիկատների պարտադիր առկայություն առնվազն՝ ISO 9001, ISO 13485: 2016, Աշխատանքային համակարգեր՝ հեղուկի մակարդակի որոշում, պաշտպանում բախումից, րեագենտների մնացորդային քանաքների որոշում, նմուշի ավտոմատ նոսրացում, նմուշի ասեղի ներքին և արտաքին լվացում: Հիշողության չսահմանափակվող պրկապություն՝ փորձերի համար, կալիբրացիայի համար, պացիենտների տվյալների համար, QC տվյալների համար, արխիվացիոն կորի համար, Համակարգչին միանալու հնարավորություն Սարքը