ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Ար.մեդտեխնիկա ՍՊԸ-ն ԷԱՃԱՊՁԲ-2026/16-30-ԵՊԲՀ ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի			
	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
3	Ապրանքային նշան	Մակնիշ	Արտադրողի անվանում	Արհեստական շնչառության սարք նախատեսված մեծահասակների և երեխաների համար Արհեստական շնչառության սարք նախատեսված մեծահասակների և մանկական՝ նախատեսված 3 կգ և ավելի քաշ ունեցող պացիենտների համար՝ Hi-Flow թթվածնի ռեժիմով: Կարելի է օգտագործել ինչպես ստացիոնար օգտագործման այնպես էլ ներհիվանդանոցային տեղափոխման համար: Հպումով էկրան Էկրանի նվազագույն չափը՝ առնվազն 8 դյույմ Առավելագույն քաշը (առանց սայլակի)՝ մինչև 5 կգ 360 աստիճան տեսանելի ահազանգային ցուցիչ Օդաճնշական համակարգ Ներկառուցված տուրբին Առավելագույն հոսքը՝ առնվազն 260 լ/րոպե Ներկառուցված նեբուլայզեր Գազամատակարարում Բարձր ճնշման թթվածնի մուտք՝ DISS (CGA 1240) կամ NIST միակցիչով

					Ցածր ճնշման թթվածնի միացման պորտ պրոքսիմալ հոսքի տվիչ Սարքավորման ինտերֆեյսի տարրեր Սարքի կառավարումը իրականացվում է պտտվող մանիպուլյատորի, սենսորային էկրանի և առջևի պանելում տեղադրված արագ մուտքի կոճակների միջոցով: Էլեկտրական բնութագրեր Մուտքային լարում՝ 100-ից 240 VAC, 50/60 Հց (±10%) Ներկառուցված մարտկոց՝ առնվազն 4 ժամ կամ ավելի գործարկման տևողությամբ Շրջակա միջավայրի պահանջներ Ջրի և փոշու պաշտպանություն՝ IP21 Գրաֆիկական օգտվողի ինտերֆեյս Ժամանակային գրաֆիկներ՝ ճնշման, ծավալի և հոսքի համար Թոքերի մեխանիկայի վիզուալիզացիա Գրաֆիկական վիզուալիզացիան ցույց է տալիս, որ հիվանդը կարող է պատրաստ լինել էքստուբացիայի համար Հնարավոր է խոնավացուցիչի կառավարումը ԻՎԼ սարքի միջոցով: Ծավալ-թիրախավորված օդափոխություն, ճնշման վերահսկմամբ Ծավալ-թիրախավորված օդափոխություն սինխրոնիզացված ճնշման վերահսկմամբ Ծավալով ապահովվող շնչառություն (Volume Support Ventilation)՝ երաշխավորված շնչառական ծավալով և երկկողմանի պահուստային ռեժիմով: Ճնշման վերահսկմամբ օդափոխություն Համաժամեցված պարբերական ճնշման վերահսկման օդափոխություն Ճնշման աջակցությամբ օդափոխություն՝ երկուղի պահուստային ռեժիմով (SPONT, CPAP) Երկմակարդակ օդափոխություն Bi-level Շնչուղիների ճնշման թողարկմամբ օդափոխություն (APRV) Ոչ ինվազիվ օդափոխություն (ճնշման աջակցությամբ)՝ Ոչ ինվազիվ օդափոխություն

					(ճնշման աջակցությամբ)՝ ժամանակային ցիկլով շնչառությամբ Բարձր հոսքով թթվածնային թերապիա՝ առնվազն 2–100 լ/ր ծավալով Ադապտիվ աջակցության օդափոխություն կամ համարժեք ռեժիմ Սրտաթոքային վերակենդանացման օդափոխության ռեժիմ Հնարավորություն՝ ավտոմատ շնչառական պարամետրերի կարգավորման ռեժիմ՝ CO_2-ի հեռացման թիրախային արժեքների հասնելու և օքսիգենացիայի բավարար մակարդակի պահպանման նպատակով Օդափոխության կառավարման համակարգ Շնչառական ծավալը կարգավորվող՝ առնվազն 20-ից մինչև 2000 մլ մեծահասակների և մանկական օգտագործման համար Շնչառական (ներշնչման) ճնշումը կարգավորվող՝ առնվազն 3-ից մինչև 60 սմH_2O՝ PEEP/CPAP-ի նկատմամբ Շնչառության հաճախությունը կարգավորվող՝ առնվազն 80 շնչ/րոպե Ներշնչման և արտաշնչման հարաբերակցությունը կարգավորվող՝ առնվազն 1:9-ից մինչև 4:1 կամ ավելի լայն միջակայքով Թթվածնի խտությունը կարգավորվող՝ 21%-ից մինչև 100% Հոսքի ազդանշանի զգայունությունը կարգավորվող՝ առնվազն 0,5 –20 լ/րոպե Սպասարկման ճնշումը կարգավորվող՝ առնվազն 0-ից մինչև 60 սմH_2O՝ PEEP/CPAP-ի նկատմամբ PEEP / CPAP կարգավորվող՝ առնվազն 0-ից մինչև 35 սմH_2O Ճնշման բարձրացման ժամանակը կարգավորվող առնվազն 0-2000 ms Արտաշնչման ազդանշանի զգայունությունը կարգավորվող՝ ներշնչման գագաթնակետային հոսքի առնվազն 5%-ից մինչև 80% Իդեալական մարմնի քաշի հաշվարկ (IBW) Ավտոմատ կերպով ներշնչվող գազային խառնուրդում թթվածնի

					մակարդակի կարգավորում՝ իրական ժամանակի տվյալների հիման վրա հիվանդի SpO_2 ցուցանիշը նախապես սահմանված նպատակային միջակայքում պահպանելու համար՝ օդափոխության ցանկացած ռեժիմում: Հսկման պարամետրեր, առնվազն՝ Հիմնական հսկման պարամետրեր Ճնշում Շնչուղիների գագաթնակետային ճնշում Շնչուղիների (պլատո) ճնշում Շնչուղիների միջին ճնշում PEEP (արտաշնչման վերջնական դրական ճնշում) Շնչառական ծավալը՝ արտահայտված մլ/կգ իդեալական մարմնի քաշով Ներշնչման գագաթնակետային հոսք Արտաշնչման շնչառական ծավալ Ներշնչման շնչառական ծավալ Արտաշնչման րոպեական ծավալ Ինքնաբուխ րոպեական ծավալ Արտահոսքի ծավալ Ներշնչում/արտաշնչում (I:E) հարաբերակցություն Ընդհանուր շնչառական հաճախություն fSpont (ինքնաբուխ շնչառությունների հաճախություն) Ներշնչման ժամանակ Ստատիկ համակերպություն (կոմպլայանս) Շնչուղիների խցանման ճնշում (P0.1) Արտաշնչման ժամանակային հաստատուն Ներշնչման դիմադրություն Արագ և մակերեսային շնչառության ինդեքս (RSB) Չնախատեսված դրական արտաշնչման վերջնական ճնշում (AutoPEEP) CO_2 չափման համակարգ՝ մեծահասակ և մանկական հիվանդների համար SpO_2 չափման համակարգ՝ մեծահասակ և մանկական հիվանդների համար Ահազանգեր Ապնոեի (շնչառության դադարի) ահազանգ Շնչառական համակարգում առավելագույն և նվազագույն ճնշման սահման Առավելագույն և նվազագույն րոպեական ծավալի

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Ар.Медтехника ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԷԱՃԱՊՁԲ-2026/16-30-ԵՊԲՀ ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар			
	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
3				սահման Առավելագույն և նվազագույն շնչառական ծավալի սահման Թթվածնի բարձր/ցածր խտություն Բարձր շնչառական հաճախություն Բարձր րոպեական ծավալ Անջատում (շնչառական համակարգից) Էլեկտրամատակարարման խափանում Մարտկոցի ցածր լարում / մարտկոցը չի աշխատում մատակարարելիս՝ առնվազն՝ ISO 13485 և ISO 9001, CE սերտիֆիկատների առկայություն: Պետք է համապատասխանի Directive 93/42/EEC անվտանգության սերտիֆիկատին Լրակազմ Վիրահատական շնչառության սարք 1 հատ Սայլակ 1 հատ Մեծահասակների շնչառական կոնտուր առնվազն 15 հատ Արտաշնչման փական առնվազն 2 հատ Հոսքի սենսոր առնվազն 10 հատ Թթվածնի սենսոր 1 հատ Կապնոգրաֆիայի սենսոր՝ ուղիղ հոսքում (mainstream) 1 հատ Կապնոգրաֆիայի սենսորի ադապտեր 1 հատ Խոնավացուցիչ 1 հատ Սարքավորումը նոր է, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմանբ: Երաշխիքային ժամկետը տեղադրման պահից ոչ պակաս, քան՝ 24 ամիս: Սարքի տեղադրումը, մոնտաժը, կարգավորումները, փորձարկումը և բժշկական անձնակազմին շահագործման եղանակների ուսուցումն իրականացվելու են սարքն արտադրող ընկերության կողմից սերտիֆիկացված մասնագետի կողմից: Մասնագետի գործող սերտիֆիկատի առկայությունը պարտադիր է: Երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ծագող տեխնիկական խնդիրների լուծումը իրականացվելու է սարքն արտադրող ընկերության կողմից սերտիֆիկացված մասնագետի կողմից: Սարքը

				տեղադրելուց հետո պետք է բերվի վերջնական աշխատանքային վիճակի: