ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Կոնցեռն-Էներգոմաշ ՓԲԸ-ն ԷԱՃԱՊՁԲ-2026/16-29-ԵՊԲՀ ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի			
	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
74	Leon Plus	Leon Plus	Lowenstein	Անզգայացման սարք նախատեսված մեծահասակների և նորածինների համար, միկրոպրոցեսորային կառավարմամբ, պնևմատիկ ինհալացիոն համակարգով, որը համալրված է՝ արտաշնչման և ներշնչման հոսքի տվիչով: Ներկառուցված վակուումի համարգ: Էլեկտրոնային PEEP կարգաբերումով: Համակարգի ինքնաստուգման թեստը 4 րոպե: Սարքը օժտված է արտահոսքի սենսորով, անզգայացնող գազի տիպի ավտոմատ իդենտիֆիկացիայով, պարամագնետիկ թթվածնի տվիչով, ներկառուցված դարակներով: Գոլորշացուցիչները փոփոխական շրջանցիկ, ամբողջությամբ փոխհատուցվող մեթոդով: Շնչառության ծավալը՝ 3 -1600 մլ միջակայքում, ներշնչման դադարը 0-90% միջակայքում, շնչառության հաճախականությունը՝ 4-80 շնչ/րոպե միջակայքում,

				ներշնչման հոսքը՝ 180 լ/ր, պասիվ անզգայացնող գազի հեռացում, CO2-ի կոնցենտրացիայի արտացոլում ներկառուցված մոնիտորին, արտաշնչման ծավալի հաշվարկում էլեկտրոնային անեմոմետրիկ մեթոդով, թթվածնի տվիչի արձագանքը՝ 0,45վ, աշխատանքը ներկառուցված մարտկոցներից՝ 100ր: Դիտարկման հնարավորությունները՝ թայմերի առկայություն բոլոր ռեժիմներում, ներկառուցված 15 դյույմանոց մոնիտոր: Կորերի արտացոլման հնարավորության առկայություն՝ ճնշում, հոսք, ծավալ, CO2, հալոտան, իզոֆլուրան, էնֆլուրան, սևոֆլուրան, դեսֆլուրան, թթվածին: Գրաֆիկական և թվային տրենդների առակայություն - Ppeak, Pmean, PEEP, MV, CO2 insp. / exp., O2 insp. / exp., ազդող նյութի, դիմադրություն, ստատիկ/դինամիկ համապասխանություն: Տագնապների պահպանում և արտահանում: Սարքը հնարավորություն ունի հետևյալ ցուցմունքների արտացոլման՝ ստատիկ/դինամիկ համապատասխանություն, CO2/C, Ppeak, Pplateau, Pmean, PEEP, MV, MV calculated, MV spontaneous%, VTi, Vte, Leak%, Frequency total, spontaneous, Frequency CO2, Ti spontaneous, Tinspiratoric, Texpiratoric, I : E, CO2, O2, Agent: Լրակազմ՝ Անզգայացման սարք 1 հատ, Գոլորշացուցիչներ 2 հատ, որնցից 1-ը իզոֆլյուրան և մյուսը՝ սևոֆլուրան, «Freshgas» պորտ 1 հատ, խնամյալի մոնիտոր 1 հատ: Սարքավորումը ունի՝ ISO13485 որակի հավաստագիր, ինչպես նաև CE Mark (Directive 93/42/EEC): Սարքավորումը նոր է, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմանբ: Երաշխիքային ժամկետը տեղադրման պահից՝ 24 ամիս:

				Սարքի տեղադրումը, մոնտաժը, կարգավորումները, փորձարկումը և բժշկական անձնակազմին շահագործման եղանակների ուսուցումն իրականացվելու են սարքն արտադրող ընկերության կողմից սերտիֆիկացված մասնագետի կողմից: Մասնագետի գործող սերտիֆիկատի առկայությունը պարտադիր է: Երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ծագող տեխնիկական խնդիրների լուծումը իրականացվելու է սարքն արտադրող ընկերության կողմից սերտիֆիկացված մասնագետի կողմից: Սարքը տեղադրելուց հետո պետք է բերվի վերջնական աշխատանքային վիճակի:

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Концерн-Энергомаш ЗАО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԷԱՃԱՊՁԲ-2026/16-29-ԵՊԲՀ ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар			
	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
74				