ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

"ՏԵԽՆՈ-Մ" ՍՊԸ-ն ՍՄԿԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/50 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
2	Meditech (CHINA)	Meditech (CHINA)	EKG3A	Qingdao Meditech Medical Equipment Co Ltd (CHINA)	ԷՍԳ շարժական Ձայնագրող ԷՍԳ արտածումներ. 12 ստանդարտ արտածումներ Ձայնագրող կանալներ. 1/3-ի օգտագործողի ընտրությամբ Թվային դիսփլեյ. Անկյունագիծը՝ 8"" Արտածումների փոխումը. ձեռքով և ավտոմատ Ձգայունություն, մմ / մվ՝ 5, 10, 20, ավտոմատ Կարգաբերման ազդանշան. ավտոմատ և ձեռքով Ֆունկցիաներ. ստանդարտ ԷՍԳ պարամետրերի ավտոմատ չափում և ավտոմատ մեկնաբանություն, բոլոր արտածումները, միջին ճշգրտված HR, միջին RR միջակայք,

						QRS տևողություն, QT միջակայք և QTc միջակայք, R [V5], [V6] և S [V1], P, R, T առանցքներ Հաճախականությունների սահմանը, Hz ախտորոշիչ. Դեֆիբրիլյացիայի պաշտպանություն ըստ AAMI / IEC 60601-2-25: 2011 ստանդարտներ Չֆիլտրացված՝ 0,05... 150 Հց Ձայնագրման եղանակը՝ ջերմային թուղթ Տարլուծումը՝ 8 կետ / մմ Ձայնագրող թուղթ՝ 80մմ x 30մ Ձայնագրման արագությունը՝ մմ / վրկ՝ 5 /10 / 25/50 օգտագործողի կողմից ընտրելի Ներքին վերալիցքավորվող մարտկոց Մարտկոցի գործարկման ժամանակը. 90 րոպե Միացման ձևը՝ ստանդարտ Էլեկտրոսնուցում՝ 220-240 Վ, 50/60 Հց Ռուսերեն և անգլերեն մենյուի առկայություն Աքսեսուարներ 1. Հիվանդի մալուխ 2. Կրծքավանդակի վերջույթների 6 էլեկտրոդ 3. 4 վերջույթների էլեկտրոդներ 4. 1 շիշ ԷՍԳ գել 5. 2 թղթի փաթույթ Այլ պայմաններ. Տեղադրում և մեկնարկ Աշխատակազմի ուսուցում տեղում Օգտագործման ձեռնարկ անգլերեն Սարքավորումը նոր է,

					չօգտագործված Լրակազմը ներառում է բոլոր անհրաժեշտ լրացուցիչ սարքերը և պարագաները, որոնք անհրաժեշտ են լիարժեք գործունեության համար Երաշխիքը՝ 24 ամիս Որակի վկայականներ (առկայություն) 1. ISO13485 2. 93/42/EEC դիրեկտիվայով պահանջվող բոլոր անհրաժեշտ փորձարկումներն անցած CE սերտիֆիկատ:

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО "ТЕХНО-М" в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՍՄԿԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/50 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
2	Meditech (CHINA)	Meditech (CHINA)	EKG3A	Qingdao Meditech Medical Equipment Co Ltd (CHINA)	ԷՍԳ շարժական Ձայնագրող ԷՍԳ արտածումներ. 12 ստանդարտ արտածումներ Ձայնագրող կանալներ. 1/3-ի օգտագործողի ընտրությամբ Թվային դիսփլեյ. Անկյունագիծը՝ 8"" Արտածումների փոխումը. ձեռքով և ավտոմատ Զգայունություն, մմ / մվ՝ 5, 10, 20, ավտոմատ Կարգաբերման ազդանշան. ավտոմատ և ձեռքով Ֆունկցիաներ. ստանդարտ ԷՍԳ պարամետրերի ավտոմատ չափում և ավտոմատ մեկնաբանություն, բոլոր արտածումները, միջին ճշգրտված HR, միջին RR միջակայք,

						QRS տևողություն, QT միջակայք և QTc միջակայք, R [V5], [V6] և S [V1], P, R, T առանցքներ Հաճախականությունների սահմանը, Hz ախտորոշիչ. Դեֆիբրիլյացիայի պաշտպանություն ըստ AAMI / IEC 60601-2-25: 2011 ստանդարտներ Չֆիլտրացված՝ 0,05... 150 Հց Ձայնագրման եղանակը՝ ջերմային թուղթ Տարլուծումը՝ 8 կետ / մմ Ձայնագրող թուղթ՝ 80մմ x 30մ Ձայնագրման արագությունը՝ մմ / վրկ՝ 5 /10 / 25/50 օգտագործողի կողմից ընտրելի Ներքին վերալիցքավորվող մարտկոց Մարտկոցի գործարկման ժամանակը. 90 րոպե Միացման ձևը՝ ստանդարտ Էլեկտրոսնուցում՝ 220-240 Վ, 50/60 Հց Ռուսերեն և անգլերեն մենյուի առկայություն Աքսեսուարներ 1. Հիվանդի մալուխ 2. Կրծքավանդակի վերջույթների 6 էլեկտրոդ 3. 4 վերջույթների էլեկտրոդներ 4. 1 շիշ ԷՍԳ գել 5. 2 թղթի փաթույթ Այլ պայմաններ. Տեղադրում և մեկնարկ Աշխատակազմի ուսուցում տեղում Օգտագործման ձեռնարկ անգլերեն Սարքավորումը նոր է,

					չօգտագործված Լրակազմը ներառում է բոլոր անհրաժեշտ լրացուցիչ սարքերը և պարագաները, որոնք անհրաժեշտ են լիարժեք գործունեության համար Երաշխիքը՝ 24 ամիս Որակի վկայականներ (առկայություն) 1. ISO13485 2. 93/42/EEC դիրեկտիվայով պահանջվող բոլոր անհրաժեշտ փորձարկումներն անցած CE սերտիֆիկատ: