ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Ֆելիքս Հակոբյան Յուրիկի Ա/Ձ-ն ԵԲԳԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/88 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի			
	ֆիրմային անվանումը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
14	Aurolab	Polycryl 6-0	Aurolab	Արհեստական, ներծծվող վիրաբուժական թել՝ պատրաստված պոլիգլիկոլաթթվից (Polyglycolic Acid, PGA) , երկու ատրավմատիկ ասեղներով, ստերիլ: Թելի հաստություն (USP)՝ 6/0: Թելի բաղադրություն՝ 100% պոլիգլիկոլաթթու: Թելի կառուցվածքը՝ հյուսված, գույնը՝ մանուշակագույն: Թելի ծածկույթը՝ պոլիկապրոլակտոն և ստեարատ կալցի կամ համարժեք: Ամրության պահպանումը՝ մոտ 75–78 % 14-րդ օրը, 60–70 % 21-րդ օրը սկզբնական ամրությունից: Ամբողջությամբ ներծծվում է հիդրոլիզի միջոցով 60–90 օրվա ընթացքում: Թելի երկարությունը ոչ պակաս, քան՝ 45 սմ (18″): Ասեղը՝ բարձրորակ չժանգոտվող մակնիշի պողպատից, սիլիկոնային ծածկույթով, երկու կտրող կողմերով, ատրավմատիկ: Ասեղի տեսակը շպատելանման(Spatula) կրկնակի կողային սրվածքով:

				Ասեղների երկարությունը՝ 8 մմ, տրամագիծը՝ 0.33 մմ, կորությունը՝ 1/4 շրջագիծով։, Ֆորմատ՝ 1 հատ թել 2 ասեղով: Պետք է լինի նոր, չօգտագործված: FDA հաստատված և CE վկայականը պարտադիր է։

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ИП Феликс Акопян в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԵԲԳԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/88 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар			
	фирменное наименование	марка	наименование производителя	технические характеристики
14				