ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

«ՄՈԴԵՌԻ» ՍՊԸ-ն ՍԳԼ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/110 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	FSN Medical Technologies	FSN	FM-F2701DG	Foreseeson Custom Displays, Inc.	Բժշկական մոնիտոր՝ նախատեսված էնդոսկոպիկ, ֆլյուորոսկոպիկ, ուլտրաձայնային և այլ վիրաբուժական միջամտությունների ընթացքում ստացվող տեսապատկերների բարձր հստակությամբ ցուցադրման համար: . Ընդհանուր տեխնիկական բնութագրեր .Էկրանի անկյունագիծը՝ 27 դյույմ .Էկրանի տեխնոլոգիան OLED լուսավորմամբ .Պատկերի թույլատրելիությունը՝ 3840 × 2160 պիքսել (4K UHD): .Վերարտադրվող գույների քանակը՝ 1.07 միլիարդ: .Պայծառությունը՝ 540

						կդ/մ² .Կոնտրաստի հարաբերակցությունը՝ 1,000,000:1 (տիպային արժեք)։ .Արձագանքման ժամանակը՝ 1 մվ-ից պակաս (տիպային արժեք) .Տեսադիտման անկյունները՝ հորիզոնական՝ առնվազն 178°, ուղղահայաց՝ առնվազն 178°։ .Էկրանի մակերեսը՝հակամատնահետք և հակաանդրադարձնող ծածկույթ .Գունային ստանդարտների աջակցություն՝ BT.709 և BT.2020։ . Smart Input գործառույթ՝ հիմնական տեսաազդանշանի կորստի կամ անջատման դեպքում նախապես ընտրված պահուստային տեսաազդանշանի աղբյուրին ավտոմատ անցնելու հնարավորություն։ . Պատկերի ցուցադրման ռեժիմներ՝ Single, PIP (Picture-in-Picture), PBP (Picture-by-Picture), Triple և Quad՝ միաժամանակ մի քանի տեսաազդանշան տարբեր դասավորություններով ցուցադրելու հնարավորությամբ։ . Պատկերի կարգավորման հնարավորություններ՝ պայծառության, կոնտրաստի,

						գունային հագեցվածության, գունային տարածության և գամմայի կարգավորում, ներառյալ DICOM գամմայի ընտրությունը: 2. Տեսաազդանշանների մուտքեր և ելքեր Մոնիտորը պետք է ապահովի տեսաազդանշանների միացում՝ բժշկական տարբեր սարքավորումների հետ համատեղելիությունն ապահովելու համար: · 2 × HDMI 2.0 մուտք: · 1 × DisplayPort 1.4 (SST) մուտք: · 2 × 3G/12G SDI մուտք: · 2 × 3G/12G SDI ելք: · 1 × HDMI 2.0 ելք: 1. Տեսաազդանշանի աղբյուրների արագ հայտնաբերում և ավտոմատ ճանաչում: 2. Ներկառուցված ժամանակային պարամետրերի ընդարձակ աղյուսակներ՝ տարբեր տեսաազդանշանների հետ համատեղելիության ապահովման համար: 3. Միաժամանակ մի քանի տեսաազդանշանների ցուցադրման և Picture-by-Picture ռեժիմի աջակցություն: 4. Պաշտպանվածության աստիճանը՝ IP33, ինչպես նաև ամբողջ պարագծով հարվածակլանիչ պաշտպանիչ եզրագիծ՝

						պատահական հարվածներից մոնիտորի և բժշկական անձնակազմի պաշտպանության համար 3. Մոնիտորը պետք է ապահովի պատկերի կարգավորման հետևյալ հնարավորությունները՝ · Պատկերի պտտում՝ 90°, 180° և 270° անկյուններով · Պատկերի հայելային արտապատկերում՝ հորիզոնական և ուղղահայաց ուղղություններով · Պատկերի բարձր հստակության և գունային ճշգրիտ վերարտադրման ապահովում · Տարբեր տեսաազդանշանների ճկուն դասավորության հնարավորություն 4.Էլեկտրասնուցման և ընդհանուր տեխնիկական տվյալներ · Սնուցման լարումը՝ AC 100–240 Վ, 50/60 Հց · Էլեկտրաէներգիայի առավելագույն սպառումը՝ ոչ ավելի, քան՝ 130 Վտ։ · Լրացուցիչ սարքավորումների սնուցման ելքեր՝ DC 5 V / 2 A and DC 12 V / 2 A 5. Մատակարարման լրակազմ · Բժշկական մոնիտոր · Օգտագործման ձեռնարկ · AC/DC սնուցման ադապտեր · Էլեկտրական սնուցման մալուխ · DisplayPort մալուխ · HDMI մալուխ · SDI մալուխ · M4 ամրացման պտուտակներ

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО "Модери" в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՍԳԼ-ԷԱՀԱ-ՊԱՔ-26/110 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1	FSN Medical Technologies	FSN	FM-F2701DG	Foreseeson Custom Displays, Inc.	Технические характеристики медицинского монитора Медицинский монитор предназначен для отображения изображений высокой чёткости, получаемых в ходе эндоскопических, флюороскопических, ультразвуковых и других хирургических вмешательств. 1. Общие технические характеристики - Диагональ экрана: 27 дюймов. - Технология дисплея: OLED. - Разрешение экрана: 3840 × 2160 пикселей (4K

"Բժշկական սարքի՝ կիրառելի կարգավորող պահանջներին համապատասխանությունը հավաստող փաստաթղթերի առկայություն, ներառյալ MDR (EU) 2017/745 պահանջներին համապատասխանության հավաստագրի առկայություն: Ապրանքը պետք է լինի նոր և չօգտագործված: Երաշխիք առնվազն 1 տարի"

						UHD). - Количество отображаемых цветов: 1,07 миллиарда. - Яркость: 540 кд/м². - Контрастность: 1 000 000:1 (типичное значение). - Время отклика: менее 1 мс (типичное значение). - Углы обзора: по горизонтали — не менее 178°, по вертикали — не менее 178°. - Поверхность экрана: покрытие с защитой от отпечатков пальцев и антибликовое покрытие. - Поддерживаемые цветовые стандарты: BT.709 и BT.2020. - Функция Smart Input: возможность автоматического переключения на предварительно выбранный резервный источник видеосигнала в случае потери или отключения основного видеосигнала. - Режимы отображения изображения: Single, PIP (Picture-in-Picture), PBP (Picture-by-Picture), Triple и Quad с возможностью одновременного отображения нескольких видеосигналов в различных конфигурациях. - Возможности настройки изображения: регулировка яркости, контрастности, насыщенности

						цвета, цветового пространства и гаммы, включая выбор гаммы DICOM. 2. Входы и выходы видеосигналов Монитор должен обеспечивать подключение видеосигналов для совместимости с различным медицинским оборудованием. - 2 × HDMI 2.0 — вход. - 1 × DisplayPort 1.4 (SST) — вход. - 2 × 3G/12G SDI — вход. - 2 × 3G/12G SDI — выход. - 1 × HDMI 2.0 — выход. Дополнительные требования: - Быстрое обнаружение и автоматическое распознавание источников видеосигнала. - Наличие расширенных встроенных таблиц временных параметров для обеспечения совместимости с различными видеосигналами. - Поддержка одновременного отображения нескольких видеосигналов и режима Picture-by-Picture. - Степень защиты: IP33, а также наличие ударопоглощающего защитного бортика по всему периметру для защиты монитора и медицинского персонала от случайных ударов. 3.

						Возможности настройки изображения Монитор должен обеспечивать следующие функции настройки изображения: - Поворот изображения на 90°, 180° и 270°. - Зеркальное отображение изображения по горизонтали и вертикали. - Обеспечение высокой чёткости изображения и точной цветопередачи. - Возможность гибкого расположения различных видеосигналов на экране. 4. Электропитание и общие технические характеристики - Напряжение питания: AC 100–240 В, 50/60 Гц. - Максимальная потребляемая мощность: не более 130 Вт. - Дополнительные выходы питания: DC 5 В / 2 А и DC 12 В / 2 А. 5. Комплект поставки - Медицинский монитор. - Руководство пользователя. - Адаптер питания AC/DC. - Кабель электропитания. - Кабель DisplayPort. - Кабель HDMI. - Кабель SDI. - Крепёжные винты M4. 6. Соответствие нормативным требованиям и гарантия Наличие документов, подтверждающих

					соответствие медицинского изделия применимым нормативным требованиям, включая сертификат соответствия требованиям Регламента (ЕС) 2017/745 (MDR). Товар должен быть новым и неиспользованным. Гарантийный срок: не менее 1 года.