ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Իվաֆարմ ՍՊԸ-ն ԱՐԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/13 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	էլեկտրավիրաբուժական սարք	էլեկտրավիրաբուժական սարք	էլեկտրավիրաբուժական սարք	էլեկտրավիրաբուժական սարք	Էլեկտրաբուժական սարք Էլեկտրավիրաբուժական սարք, որը պետք է ապահովի ոչ պակաս քան հետևյալ ֆունկցիաները. Միաբևեռ և երկբևեռ կտրում Միաբևեռ և երկբևեռ կոագուլացիա Աբլացիա Անոթների հատում Պետք է հնարավոր լինի էլեկտրավիրաբուժական սարքին միացնել արգոն-պլազմային մոդուլ Պետք է հնարավոր լինի էլեկտրավիրաբուժական սարքը կիրառել էնդոսկոպիկ պոլիպեկտոմիայի, պապիլոտոմիայի և էնդոսկոպիկ ռետրոգրադ

						խոլանգիոպանկրեատոգրաֆիայի (ERCP, Endoscopic Retrograde Cholangiopancreatography) ժամանակ Պետք է հնարավոր լինի էլեկտրավիրաբուժական սարքը կիրառել արյունատար անոթների լիգացիայի համար Պետք է ունենա կտրվածքի ոչ պակաս քան 5 աշխատանքային ռեժիմ Պետք է ունենա կոագուլացիայի ոչ պակաս քան 5 աշխատանքային ռեժիմ Պետք է ունենա երկբևեռ ոչ պակաս քան 2 աշխատանքային ռեժիմ Պետք է ունենա ոչ պակաս քան 2 աշխատանքային ռեժիմ անոթների լիգացիայի համար Պետք է ունենա ոչ պակաս քան 2 աշխատանքային ռեժիմ աբլացիայի համար Պետք է ունենա երկբևեռ ռեժիմի ավտոստարտ/ավտոստոպ հնարավորություն Առավելագույն ելքային հզորությունը միաբևեռ կտրման ռեժիմի համար՝ ոչ պակաս քան 360 Վտ Առավելագույն ելքային հզորությունը միաբևեռ կոագուլացիայի ռեժիմի համար՝ ոչ պակաս քան 200 Վտ Առավելագույն ելքային հզորությունը երկբևեռ կտրման ռեժիմի համար՝ ոչ պակաս

						քան 120 Վտ Առավելագույն ելքային հզորությունը երկբևեռ կոագուլացիայի ռեժիմի համար՝ ոչ պակաս քան 120 Վտ Անվտանգություն. Չեզոք էլեկտրոդի անվտանգության շղթա կամ NEM (Չեզոք էլեկտրոդի մոնիտորինգ) կամ REM (հակադարձ էլեկտրոդի հսկողություն)՝ վերահսկում է հիվանդի և չեզոք էլեկտրոդի միջև շփման տարածքի չափը Վատ կոնտակտը պետք է ծանուցվի տեսողական և ձայնային տագնապով և ուժի անհապաղ նվազեցմամբ Դասակարգում և տեսակ. I - CF - արտահոսք հիվանդի վրա ոչ ավելի քան 10μA Ելքային շղթա. Լողացող - պաշտպանված դեֆիբրիլյատորային միջամտություններից: HF արտահոսքը համաձայն IEC 60601-2-2 Անվտանգությունը համաձայն EN60601-1, EN60601-2-2 Կարգավորումներ. Պարամետրերի կարգավորումներն առջևի վահանակի վրա Էլեկտրոսնուցում. Սնուցումը 220-240Վ, 50/60 Հց Պարագաներ. ոչ պակաս քան Պետք է ունենա երկթաթային ոտնակ՝

					միաբևեռ կտրման և միաբևեռ կոագուլացիայի համար Բազմակի կամ մեկանգամյա օգտագործման երկկոճակ բռնակ Երկթաթային ոտնակ, մեկթաթային ոտնակ Սիլիկոնային չեզոք էլեկտրոդ կամ համարժեք - 1 հատ 10 էլեկտրոդի հավաքածու՝ դանակ x2, գնդակ x2, օղակ x2, ասեղ x2, ասեղ անկյունով x2: Պետք է ունենա երկբևեռ ունելի Բազմակի օգտագործման երկբևեռ ունելիային մալուխ Բազմակի կամ մեկանգամյա օգտագործման գործիք անոթների լիգացիայի համար - 1 հատ Այլ. Տեղադրում և մեկնարկ Աշխատակազմի ուսուցում տեղում Օգտագործման ձեռնարկ հայերեն կամ անգլերեն կամ ռուսերեն Սարքավորումը պետք է լինի նոր, չօգտագործված Լրակազմը ներառում է բոլոր անհրաժեշտ լրացուցիչ սարքերը և պարագաները, որոնք անհրաժեշտ են լիարժեք գործունեության համար Երաշխիքը ոչ պակաս քան 24 ամիս Որակի վկայականներ (առկայություն) 1. ISO13485 կամ համարժեք

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Ивафарм ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԱՐԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/13 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1					