ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Դեզսերվիս ՍՊԸ-ն ՍՄԳԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-27/3 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
10	Ակկու-Չեկ պերֆորմա թեստ-երիզներ	ROCHE	Accu-Chek Performa	ROCHE Diagnostics	ԱԿկու-Չեք պերֆորմա սարքի համար նախատեսված թեստ-երիզներ: Նմուշի տեսակը՝մազանոթային արյուն Չափման մեթոդ՝էլեկտրոքիմիական Չափման միջակայքը՝ 0.6-33.3 մմոլ/լ Չափման ժամանակահատվածը՝ 5վրկ Արյան ծավալը՝0.6 մկլ Կալիբրացիա՝համակարգը կալիբրավորված է ըստ երակային արյան, որը հիմնված է հեքսոկինազային մեթոդի վրա և համապատասխանում է NIST չափորոշիչին, Mut. Q- GDH 2 կայուն թթվածնի ազդեցության հանդեպ,

					Թեստ-երիզների ժամկետը չի փոփոխվում անկախ սրվակի բացման պայմանից: Համակարգը համապատասխանում է EN ISO 15197:2013, CE0088 չափորոշիչների պահանջներին: Մասնակիցը պետք է ներկայացնի հավաստագրեր արտադրողի ձևաթղթով: Հանձնման պահին ապրանքը պետք է ունենա առնվազն 1 (մեկ) տարի պիտանելության ժամկետ:

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО ДЕЗСЕРВИС в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՍՍԳԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-27/3 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
10	Тест-полоски для глюкометра Accu-Chek Performa	ROCHE	Accu-Chek Performa	ROCHE Diagnostics	Тест-полоски для прибора Accu-Chek Performa. Тип образца: капиллярная кровь. Метод измерения: электрохимический. Диапазон измерения: 0,6-33,3 ммоль/л. Время измерения: 5 с. Объем крови: 0,6 мкл. Калибровка: система откалибрована по венозной крови на основе гексокиназного метода и соответствует стандарту NIST, Mut. Q-GDH 2, устойчивому к воздействию кислорода. Срок годности тест-полосок не изменяется независимо от условий

					вскрытия флакона. Система соответствует требованиям стандартов EN ISO 15197:2013, CE0088. Участник должен предоставить сертификаты на бланке производителя. На момент поставки срок годности продукта должен составлять не менее 1 (одного) года.