ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Սերէլտ ՍՊԸ-ն ՅԱԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-27/09 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի		
	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
6	HG-IG չինաստան	Nanjing Ocean Industry CO.LTD	Թածնի վարդակի հավաքածու: Հավաքածուն իր մեջ ներառում է. թթվածնի վարդակ՝ DISS տիպի, պատի վրա ամրացվող պլաստիկե կաղապարով, ներքին և արտաքին բրոնզաձույլ փականներով: Թթվածնի ծախսաչափ՝ DISS տիպի մուտքայի և ելքային միացումներով, մինչև 15լ/րոպե առավելագույն թողունակությամբ, 0.5լ/րոպե քայլի գծանշումներով: Թթվածնի խոնավացուցիչ՝ պլաստիկ տարայով, մինչև 0.7ատմ աշխատանքային ճնշումով, ելքային խողովակի խցանման դեպքում ձայնային ազդանշանի առկայությամբ, տարայի վրա ջրի քանակի առավելագույն և նվազագույն գծանշումների առկայություն, լատեքս չպարունակող նյութից: Մոնտաժային աշխատանքները կատարվելու են բժշկական թթվածնի համար նախատեսված պղնձե խողովակների միջոցով: Պղնձե խողովակների արտաքին տրամագիծը՝ 10մմ, պատերի հաստությունը՝ 0.7մմ, միաձույլ՝ առանց կարի: Թթվածնային փականների մուտքային և ելքային անցքերի տրամագիծը՝ 10մմ: Աշխատանքային ճնշումը՝ ոչ պակաս, քան 20 բար: Բոլոր վարդակները կտեղադրվեն նույն

			հիվանդասեյակում, իսկ թթվածնի ընդհանուր գծին կարող ենք միանալ հիվանդասենյակի արտաքին պատի վրայով անցնող թթվածնային խողովակից: Առաջարկում ներառված է նշված մոնտաժային աշխատանքների համար անհրաժեշտ բոլոր պարագաները: Մոնտաժային աշխատանքների արժեքը ներառված է հավաքածուի արժեքի մեջ:

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО СЕРЭЛТ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЭЦЧ-ЕЦЖЦПЭЕ-27/09 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар		
	марка	наименование производителя	технические характеристики
6	HG-IG, Китай	Nanjing Ocean Industry CO.LTD	Комплект кислородных форсунок. В комплект входят: кислородная форсунка типа DISS с настенным пластиковым корпусом, с внутренним и наружным бронзовыми клапанами; расходомер кислорода с входным и выходным патрубками типа DISS, с максимальным расходом до 15 л/мин, с ступенчатой разметкой 0,5 л/мин; кислородный увлажнитель с пластиковым контейнером, с рабочим давлением до 0,7 атм, со звуковым сигналом в случае засорения выходной трубы, с максимальной и минимальной разметкой количества воды на контейнере, изготовленный из материала, не содержащего латекс. Монтажные работы должны проводиться с использованием медных труб, предназначенных для медицинского кислорода. Наружный диаметр медных труб составляет 10 мм, толщина стенки не менее 0,7 мм, цельные, без швов. Диаметр входного и выходного отверстий кислородных клапанов составляет 10 мм. Рабочее давление не менее 20 бар. Все форсунки должны быть установлены в одном помещении, и возможно подключение к общей

			кислородной линии от кислородной трубы, проходящей через внешнюю стену помещения. В комплект должны входить все необходимые принадлежности для указанных монтажных работ. Стоимость монтажных работ должна быть включена в цену комплекта.