ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԳՈՒԴ ԼԱՅՖ ՊԼՅՈՒՍ ՍՊԸ-ն ՅԱԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-27/09 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի		
	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
6	YF-DIZD	YUFENG MEDICALEQUIPMENT. CO.LTD	Թթվածնի վարդակի հավաքածու: Հավաքածուն իր մեջ ներառում է. թթվածնի վարդակ՝ DISS տիպի, պատի վրա ամրացվող պլաստիկե կաղապարով, ներքին և արտաքին բրոնզաձույլ փականներով: Թթվածնի ծախսաչափ՝ DISS տիպի մուտքայի և ելքային միացումներով, մինչև 15լ/րոպե առավելագույն թողունակությամբ, 0.5լ/րոպե քայլի գծանշումներով: Թթվածնի խոնավացուցիչ՝ պլաստիկ տարայով, մինչև 0.7атմ աշխատանքային ճնշումով, ելքային խողովակի խցանման դեպքում ձայնային ազդանշանի առկայությամբ, տարայի վրա ջրի քանակի առավելագույն և նվազագույն գծանշումների առկայություն, լատեքս չպարունակող նյութից: Մոնտաժային աշխատանքները կկատարվեն բժշկական թթվածնի համար նախատեսված պղնձե խողովակների միջոցով: Պղնձե խողովակների արտաքին տրամագիծը՝ 10մմ, պատերի հաստությունը՝ ոչ պակաս 0.7մմ, միաձույլ՝ առանց կարի: Թթվածնային փականների մուտքային և ելքային անցքերի տրամագիծը՝ 10մմ: Աշխատանքային ճնշումը՝ 20 բար: Բոլոր վարդակները կտեղադրվեն նույն

			հիվանդասեյակում, իսկ թթվածնի ընդհանուր գծին հնարավոր է կլինի միանալ հիվանդասենյակի արտաքին պատի վրայով անցնող թթվածնային խողովակից: Հավաքածուն ներառում է նշված մոնտաժային աշխատանքների համար անհրաժեշտ բոլոր պարագաները: Մոնտաժային աշխատանքների արժեքը ներառված է հավաքածուի արժեքի մեջ:

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ԳՈՒԴ ԼԱՅՖ ՊԼՅՈՒՍ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՅԱԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-27/09 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар		
	марка	наименование производителя	технические характеристики
6	YF-DIZD	YUFENG MEDICALEQUIPMENT. CO.LTD	Блок подачи кислорода. В состав блока входят: кислородный клапан (стандарта DISS) в пластиковом настенном корпусе, оснащенный внутренними и внешними бронзовыми клапанами; кислородный расходомер с входным и выходным соединениями типа DISS, рассчитанный на максимальный расход до 15 л/мин с шагом шкалы 0,5 л/мин; а также кислородный увлажнитель, состоящий из пластиковой емкости, рассчитанной на рабочее давление до 0,7 атм. Увлажнитель оснащен звуковым сигналом, срабатывающим при закупорке выходной трубки, имеет отметки максимального и минимального уровня воды и изготовлен из материалов, не содержащих латекса. Монтаж осуществляется с использованием медных трубопроводов, предназначенных для медицинского кислорода; трубы должны быть бесшовными, иметь наружный диаметр 10 мм и толщину стенки не менее 0,7 мм. Диаметр входных и выходных отверстий кислородных клапанов составляет 10 мм. Рабочее давление — 20 бар. Все точки подачи

			кислорода устанавливаются в одной палате; подключение к основной кислородной магистрали выполняется посредством трубопровода, проложенного вдоль наружной стены помещения. В комплект входят все принадлежности, необходимые для проведения монтажных работ. Стоимость монтажа включена в цену комплекта.