ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Դեզսերվիս ՍՊԸ-ն ՀՀԱՆԳԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-27/16 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
33	Ստրիպ Կոնտուր Պլյուս	Bayer Healthcare AG	Contour Plus	© Copyright 2025 Ascensia Diabetes Care Holdings AG	Թեստ-երիզներ՝ նախատեսված Contour Plus գլյուկոմետրի համար: Չափման մեթոդ՝ էլեկտրաքիմիական Չափման միջակայքը՝ 0.6-33.3 մմոլ/լ Չափման ժամանակահատվածը՝ 5 վրկ Արյան ծավալը՝ 0.6 մկլ Աշխատանքային ջերմաստիճան՝ 5 -45 °C Խոնավություն՝ 10% - 93% Գործառնական բարձրություն՝մինչև 6300մ ծովի մակարդակից: Արյան ծավալի անբավարարության դեպքում 30վրկ ընթացքում արյուն ավելացնելու երկրորդ հնարավորություն (Second chance) Ճշգրտությունը՝ համակարգը

					համապատասխանում է ISO 15197 չափորոշիչների պահանջներին: Արտադրողի կողմից հաստատված արտոնագիր:

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО ДЕЗСЕРВИС в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀԱՆԳԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-27/16 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
33	Стрип Contour Плюс	Bayer Healthcare AG	Contour Plus	© Copyright 2025 Ascensia Diabetes Care Holdings AG	Тест-полоски для глюкометра Contour Plus. Метод измерения: электрохимический Диапазон измерения: 0,6-33,3 ммоль/л Время измерения: 5 сек, объем крови: 0,6 мкл Рабочая температура: 5-45 °C Влажность: 10%-93% Рабочая высота: до 6300 м над уровнем моря. В случае недостаточного объема крови предоставляется вторая попытка долить кровь в течение 30 секунд (вторая попытка). Точность: система соответствует требованиям стандарта ISO 15197.

					Лицензировано производителем.