ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Դեզսերվիս ՍՊԸ-ն ՀՀԱՆԳԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-27/16 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
34	Ակկու-Չեկ պերֆորմա թեստ-երիզներ	ROCHE	Accu-Chek Performa	ROCHE Diagnostics	Թեստ-երիզներ՝ նախատեսված Accu-Chek Performa գլյուկոմետրի համար: Չափման մեթոդ՝ էլեկտրաքիմիական: Չափման միջակայքը՝ 0.6-33.3 մմոլ/լ: Չափման ժամանակահատվածը՝ 5 վրկ: Արյան ծավալը՝ 0.6 մկլ: Աշխատանքային ջերմաստիճան՝ 5 -45 °C Խոնավություն՝ 10% - 93% Ճշգրտությունը համակարգը համապատասխանումէ ISO 15197 չափորոշիչների պահանջներին: Արտադրողի կողմից հաստատված արտոնագիր:

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО ДЕЗСЕРВИС в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀԱՆԳԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-27/16 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
34	Стрип Accu-Chek Performa	ROCHE	Accu-Chek Performa	ROCHE Diagnostics	Тест-полоски для глюкометра Accu-Chek Performa. Метод измерения: электрохимический. Диапазон измерения: 0,6–33,3 ммоль/л. Время измерения: 5 с. Объем крови: 0,6 мкл. Рабочая температура: 5–45 °C. Влажность: 10–93%. Точность: система соответствует требованиям стандарта ISO 15197. Лицензировано производителем.