ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԿարդիոԼայֆ բժշկական կենտրոն-ն ՄԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/26 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
2	կարդիոմոնիտոր	կարդիոմոնիտոր	կարդիոմոնիտոր	կարդիոմոնիտոր	Հիվանդի մոնիտոր (կարդիոմոնիտոր)։ Առնվազն մինչև 11 համաժամանակյա պարամետրերի չափման հնարավորության առկայություն։ Սենսորային էկրանով և լուսավորվող կոճակներով։ Պետք է ունենա հնարավորություն գործելու արտաքին մկնիկի և ստեղնաշարի միջոցով։ Թմրամիջոցների դոզայի հաշվարկ, օդափոխման հաշվարկ, օքսիգենացիայի հաշվարկ, տիտրացման աղյուսակի ցուցադրում և հեմոդինամիկ հաշվարկ։ Լրացուցիչ լիթիում

						իոնային մարտկոց, կրկնակի մարտկոցի խցիկ, մարտկոցից աշխատանքի ժամանակը մինչև ոչ պակաս քան 8 ժամ: LCD էկրան, էկրանի չափը ոչ պակաս քան 12 դյույմ, ոչ պակաս քան 1280×800 պիքսել տարլուծումով: Կորերի քանակը ոչ պակաս քան 9, իսկ կորերի ձևը, գույնը և դիրքը պետք է լինեն կարգավորելի: Պետք է հագեցած լինի ցուցադրման առնվազն 7 ձևաչափով, ներառյալ ստանդարտ էկրանը, կարճ տենդենցը, մեծ տառատեսակ, այլ մահճակալների դիտում, NIBP վերստուգիչ, 7 առաջատար կանալ և այլն: Ստանդարտ պարամետր (առնվազն). ECG, Resp, Double-Spo2, CCHD, NIBP, PR, 2-TEMP, Glasgow Coma Index: Ընտրովի (առնվազն). IBP, CO2 (հիմնական հոսք, կողային հոսք, միկրո հոսք), AG (հիմնական հոսք, կողային հոսք), EEG, Masimo Rainbow Spo2 միացման հնարավորություն: ԷՍԳ՝ 3/5/6 առաջատար կանալ, ընտրովի 12 առաջատարի հնարավորություն: Պետք է հնարավոր լինի ընտրել մոնիտորինգ, ախտորոշում և

						շահագործման ռեժիմներ: Պետք է կարողանա դիմակայել էլեկտրամիոգրաֆիայի, դեֆիբրիլյացիայի և այլնի միջամտությանը: Սրտի կծկումների չափման միջակայք. Մեծահասակներ՝ նվազագույնը 10 BPM ~ 300 BPM տիրույթում; Երեխաներ և նորածիններ՝ նվազագույնը 10 BPM ~ 350 BPM տիրույթում: Սրտի կծկումների չափման ճշգրտություն. ± 1% կամ ± 1 bpm (որն ավելի մեծ է): Ոչ պակաս, քան 23 տեսակի ռիթմի վերլուծություն: Ոչ պակաս քան 7-ալիքի ST-SEGMENT վերլուծության գործառույթ, նվազագույնը մինչև 12-ալիքի ST վերլուծություն: CMRR ոչ պակաս, քան 110 դԲ: Ցուցադրման արագությունները առնվազն 6.25 մմ/վ, 12.5 մմ/վ, 25 մմ/վ, 50 մմ/վ: ST քարտեզի առկայություն: QT/QTC վերլուծության գործառույթ: Շնչառություն. կրծքային դիմադրության մեթոդ, շնչառության հաճախականության դիտարկման միջակայք՝ առնվազն 0 ~ 150 rpm, շնչառության հաճախականության չափման ճշգրտություն՝ ± 2 rpm կամ

						± 2% (որն ավելի մեծ է)։ SPO2. Pulse-Tone գործառույթ, SPO2- ի մոնիտորինգի միջակայքը՝ 0 ~ 100%, SPO2 չափման ճշգրտություն. ± 2% (70 ~ 100% SPO2)։ Երկակի SPO2 ռեժիմի առկայություն, միևնույն ժամանակ ձեռքի և ոտքի արյան թթվածին չափում, CCHD գործառույթի առկայություն։ Pulse Rate. Pulse Rate չափման միջակայքը՝ առնվազն 20 bpm ~ 250 bpm, ճշգրտություն. ± 1% կամ ± 1BPM, (որն ավելի մեծ է)։ NIBP. չափիչ միջակայքը՝ մեծահասակների համար առնվազն 10-270 mmhg, երեխաների համար առնվազն 10-235mmhg, նորածինների համար առնվազն 10-135mmhg։ Մեծահասակների, երեխաների և նորածինների սեգմենտացված ճնշման պաշտպանություն։ Չափման ռեժիմը. ձեռքով, պարբերական, արագ։ Պարբերական չափման ինտերվալները առնվազն 1/2/2.5/3/5/10/15/20/30 րոպե, 1/1.5/2/3/4/8 ժամ։ STAT չափման գործառութ, ցիկլը առավելագույնը 5 րոպե։ Ջերմաստիճանի

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ԿարդիոԼայֆ բժշկական կենտրոն в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՍԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/26 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
2					մոնիտորինգ. երկկողմանի մարմնի ջերմաստիճանի մոնիտորինգ, տարբերության ցուցադրմամբ: Չափիչ միջակայքը՝ 0 ~ 50 ℃, ճշգրտություն. ± 0,1 ℃: Տագնապ. 360 աստիճանի ձայնային ազդանշանային գործառույթ՝ ձայնի մակարդակի կարգավորմամբ: Ֆիզիոլոգիական և տեխնիկական անկախ ազդանշանային ցուցիչներ: Բուժքույրի կանչի հնարավորություն: Հիշողությունները՝ ոչ պակաս քան 168 ժամ Trend պահուստ և վերանայում, նվազագույնը 128 պարամետրերի պահպանում, NIBP չափման արդյունքների պահպանում: Ցանց և կապ. միակցիչները առնվազն, USB 2 հատ, RJ45 1 հատ, Extension Module Port 1 հատ: Պետք է ունենա հնարավորություն միացված լինելու կենտրոնական մոնիտորինգի համակարգին՝ լարով, անլար և հիբրիդային մեթոդներով: Պետք է ունենա հնարավորություն կապված լինել հիվանդի տվյալների կառավարման և զննման ծրագրակազմին՝ որոնում,

					վերլուծություն, հիվանդի տվյալներ, իրականացնելու և A4 թղթի վրա տպելու հնարավորությամբ: Արտադրողը պետք է ունենա որակի և համապատասխանության վկայագրեր, առնվազն՝ 1. ISO13485, 2. EU MDR 2017/745 կամ CE 93/42/EEC կամ FDA: Սարքը պետք է լինի նոր և չօգտագործված: Սարքի հետ պետք է տրամադրվեն բոլոր անհրաժեշտ պարագաները լիարժեք աշխատանքի համար: Սարքի տեղադրումը, գործարկումը և անձնակազմի ուսուցումը պետք է իրականացվի մատակարարի կողմից: Երաշխիքային ժամկետ՝ առնվազն 2 տարի և ետերաշխիքային սպասարկում: