ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԼԵՎՄԵԴ ՍՊԸ-ն ՍՄՍԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/33 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	Օրթոպեդիկ օսցիլյատոր	RUIJIN	Օրթոպեդիկ օսցիլյատոր	WUHU RUIJIN MEDICAL INSTRUMENT & DEVICE CO.,LTD	1 33141211/43 Օրթոպեդիկ օսցիլյատոր "Օրթոպեդիկ օսցիլյատորի հավաքածուն օգտագործվում է ոսկրային հյուսվածքներ հատելու համարելքային հզորությունը՝ 150 Վտ ±10%, տատանումների կարգավորվող հաճախականությունը՝ 0–18,000 տատանում/րոպե, տատանման անկյունը՝ 4° ±0.5°, աղմուկի մակարդակը՝ ոչ ավելի, քան 75 դԲ(A)։ Մարտկոցը՝ առնվազն 3000 մԱժ։ Լիցքավորիչի սնուցումը՝ 220 Վ, 50 Հց։ Հիմնական գործիքային բլոկի

					ավտոկլավացման հնարավորություն՝ մինչև 135°C՝ արտադրողի հրահանգի համաձայն: Հավաքածուն բաղկացած է օրթոպեդիկ օսցիլյատորից՝ 1 հատ, մարտկոցներից՝ 2 հատ, լիցքավորիչից, մարտկոցի ասեպտիկ տեղադրման օղակներից՝ 2 հատ, տարբեր չափերի սղոցային դանակներից, տեղափոխման պատյանից, ավտոկլավացման համար նախատեսված ստերիլիզացիոն քեյսից՝ 1 հատ և լիարժեք շահագործման համար անհրաժեշտ պարագաներ: Սարքավորումը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Երաշխիք՝ առնվազն 12 ամիս: CE և ISO 13485 սերտիֆիկատների առկայությունը պարտադիր է:

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ЛЕВМЕД ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՍՄՍԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/33 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1	Օրթոպեդիկ օսցիլյատոր	RUIJIN	Օրթոպեդիկ օսցիլյատոր	WUHU RUIJIN MEDICAL INSTRUMENT & DEVICE CO.,LTD	1 33141211/43 Օրթոպեդիկ օսցիլյատոր "Օրթոպեդիկ օսցիլյատորի հավաքածուն օգտագործվում է ոսկրային հյուսվածքներ հատելու համարելքային հզորությունը՝ 150 Վտ ±10%, տատանումների կարգավորվող հաճախականությունը՝ 0–18,000 տատանում/րոպե, տատանման անկյունը՝ 4° ±0.5°, աղմուկի մակարդակը՝ ոչ ավելի, քան 75 դԲ(A)։ Մարտկոցը՝ առնվազն 3000 մԱժ։ Լիցքավորիչի սնուցումը՝ 220 Վ, 50 Հց։ Հիմնական գործիքային բլոկի

					ավտոկլավացման հնարավորություն՝ մինչև 135°C՝ արտադրողի հրահանգի համաձայն: Հավաքածուն բաղկացած է օրթոպեդիկ օսցիլյատորից՝ 1 հատ, մարտկոցներից՝ 2 հատ, լիցքավորիչից, մարտկոցի ասեպտիկ տեղադրման օղակներից՝ 2 հատ, տարբեր չափերի սղոցային դանակներից, տեղափոխման պատյանից, ավտոկլավացման համար նախատեսված ստերիլիզացիոն քեյսից՝ 1 հատ և լիարժեք շահագործման համար անհրաժեշտ պարագաներ: Սարքավորումը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Երաշխիք՝ առնվազն 12 ամիս: CE և ISO 13485 սերտիֆիկատների առկայությունը պարտադիր է: