ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԼԵՎՄԵԴ ՍՊԸ-ն ՍՄՍԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/33 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
2	Կաննուլացված օրթոպեդիկ շաղափի հավաքածու	RUIJIN	Կաննուլացված օրթոպեդիկ շաղափի հավաքածու	WUHU RUIJIN MEDICAL INSTRUMENT & DEVICE CO.,LTD	Կաննուլացված էլեկտրական օրթոպեդիկ շաղափ՝ նախատեսված ոսկրային հյուսվածքների հորատման: Շաղափը պետք է ունենա սնամեջ կառուցվածք և պտտման արագության կարգավորման հնարավորություն: Գայլիկոնի բռնիչի ամրացման տրամագծերի միջակայքը՝ 0.8–7.9 մմ կամ ավելի լայն, կաննուլացված անցքի տրամագիծը՝ մինչև 4.2 մմ: Հորատման ելքային հզորությունը՝ 150 Վտ ±10%, պտույտների թիվը՝ 0–1000 պտույտ/րոպե, անվանական պտտման մոմենտը՝ առնվազն 4 Նմ,

						առանցքային շեղումը՝ ոչ ավելի, քան 0.15 մմ, աղմուկի մակարդակը՝ ոչ ավելի, քան 65 դԲ(A)։ Մարտկոցները՝ լիթիումային, վերալիցքավորվող, 14.4 Վ, առնվազն 3000 մԱժ։ Լիցքավորիչի սնուցումը՝ 220 Վ, 50 Հց ։ Հիմնական գործիքային բլոկը պետք է ենթակա լինի ավտոկլավացման մինչև 135°C ջերմաստիճանում՝ արտադրողի հրահանգի համաձայն։ Հավաքածուն բաղկացած է շաղափից՝ 1 հատ, վերալիցքավորվող մարտկոցներից՝ 2 հատ, մարտկոցների ասեպտիկ տեղադրման օղակներից՝ 2 հատ, լիցքավորիչից՝ 1 հատ, գայլիկոնի բռնիչի բանալիից՝ 1 հատ, տեղափոխման համար նախատեսված ալյումինե պատյանից՝ 1 հատ, ավտոկլավացման համար նախատեսված ստերիլիզացիոն քեյսից՝ 1 հատ, և լիարժեք շահագործման համար անհրաժեշտ պարագաներ։ Սարքավորումը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ։ Երաշխիք՝ առնվազն 12 ամիս։ CE և

					ISO 13485 սերտիֆիկատների առկայությունը պարտադիր է:

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ЛЕВМЕД ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՍՄՍԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/33 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
2	Կաննուլացված օրթոպեդիկ շաղափի հավաքածու	RUIJIN	Կաննուլացված օրթոպեդիկ շաղափի հավաքածու	WUHU RUIJIN MEDICAL INSTRUMENT & DEVICE CO.,LTD	Կաննուլացված էլեկտրական օրթոպեդիկ շաղափ՝ նախատեսված ոսկրային հյուսվածքների հորատման: Շաղափը պետք է ունենա սնամեջ կառուցվածք և պտտման արագության կարգավորման հնարավորություն: Գայլիկոնի բռնիչի ամրացման տրամագծերի միջակայքը՝ 0.8–7.9 մմ կամ ավելի լայն, կաննուլացված անցքի տրամագիծը՝ մինչև 4.2 մմ: Հորատման ելքային հզորությունը՝ 150 Վտ ±10%, պտույտների թիվը՝ 0–1000 պտույտ/րոպե, անվանական պտտման մոմենտը՝ առնվազն 4 Նմ,

						առանցքային շեղումը՝ ոչ ավելի, քան 0.15 մմ, աղմուկի մակարդակը՝ ոչ ավելի, քան 65 դԲ(A)։ Մարտկոցները՝ լիթիումային, վերալիցքավորվող, 14.4 Վ, առնվազն 3000 մԱժ։ Լիցքավորիչի սնուցումը՝ 220 Վ, 50 Հց ։ Հիմնական գործիքային բլոկը պետք է ենթակա լինի ավտոկլավացման մինչև 135°C ջերմաստիճանում՝ արտադրողի հրահանգի համաձայն։ Հավաքածուն բաղկացած է շաղափից՝ 1 հատ, վերալիցքավորվող մարտկոցներից՝ 2 հատ, մարտկոցների ասեպտիկ տեղադրման օղակներից՝ 2 հատ, լիցքավորիչից՝ 1 հատ, գայլիկոնի բռնիչի բանալիից՝ 1 հատ, տեղափոխման համար նախատեսված ալյումինե պատյանից՝ 1 հատ, ավտոկլավացման համար նախատեսված ստերիլիզացիոն քեյսից՝ 1 հատ, և լիարժեք շահագործման համար անհրաժեշտ պարագաներ։ Սարքավորումը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ։ Երաշխիք՝ առնվազն 12 ամիս։ CE և

					ISO 13485 սերտիֆիկատների առկայությունը պարտադիր է: