

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՌՈՍԱ ՍՊԸ-ն ԷԱՃԱՊՁԲ-2021/15-3-ԵՊԲՀ ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի		
	ապրանքային նշանը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
16	MAGLUMI Anti TPO	Snibe Diagnostic	Maglumi 800 վերլուծիչի համար նախատեսված, Maglumi Anti TPO որոշման թեստ հավաքածու (Maglumi Anti TPO): Օրիգինալ: Մեթոդ` Էլեկտրոխիմիլումինեսցենստային: Ֆորմատ` 100 թեստ տուփում, կալիբրատոր, կոնտրոլ/ հատ: Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ: Նոր, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Պահպանման պայմանները` 2-8°C ջերմաստիճանում: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն: For In Vitro Diagnostic: Պայմանագրի գործողության ընթացքում եթե Պատվիրատուի կողմից գնման առարկայի պահանջը ներկայացվել է ոչ ամբողջ խմբաքանակի համար, ապա գնման առարկայի չմատակարարված, մնացորդային խմբաքանակի մասով պայմանագիրը լուծվում է:







## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ΠΠΩ ΟΠΣ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ΕΥΔΟΠΩΡ-2021/15-3-ΕΠΡΣ ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар		
	товарный знак	наименование производителя	технические характеристики
16			