

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

«Սեյրան Բալասյան Արթուրի» ԱԶ-ն ՎԱՇՎՏՄ-ԷԱՃԱՊԶԲ-21/11 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
4	ՈՂՕ-400	ՈՂՕ-400	ՈՂՕ-400	ՈՂՕ-400	<p>Հեղուկ ածխաջրածնային գազի նմուշ վերցնելու սարք գործարանային փաթեթավորմամբ, մետաղյա, 0,5 լ, համաձայն ԳՕՍՏ 14921-78, աշխատանքային առավելագույն ճնշումը - ոչ պակաս 5 ՄՊա, աշխատանքային ծավալը - 500 խոր. սմ, փորձարկման ճնշումը - ոչ պակաս 6 ՄՊա, նմուշառման ջերմաստիճանը՝ -35 -ից +80 °C : Երաշխիքային ժամկետը առնվազն 2 տարի:</p>







## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ИП Сейран Баласян в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЧЦСЧСУ-ЕЦХЦПЗР-21/11 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
4	ПГО-400	ПГО-400	ПГО-400	ПГО-400	Устройство для отбора проб жидких углеводородных газов в заводской упаковке, металлическое, 0,5 л, по ГОСТ 14921-78, максимальное рабочее давление - не менее 5 МПа, рабочий объем - глубина 500. см, испытательное давление - не менее 6 МПа, температура отбора проб - от -35 до +80 ° С. Гарантийный срок не менее 2 лет.