

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Ար.մեդտեխնիկա ՍՊԸ-ն ԷԱՃԱՊԶԲ-2022/16-1-ԵՊԲՀ ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի համար | Առաջարկվող ապրանքի |                           |   |
|-----------------|--------------------|---------------------------|---|
|                 | ապրանքային նշանը   | արտադրողի անվանումը       | տեխնիկական բնութագիրը   |
| 2               | 5264644            | Sumitomo Heavy Industries | <p>GE Brivo MR355 մագնիսառեզոնանսային տոմոգրաֆիկ համալիրի կոմպրեսորի աբսորբեր- Sumitomo F50 հելիումի կոմպրեսորի աբսորբեր ֆիլտր: Օրիգինալ: Նշանակությունը՝ յուղային գոլորշիներից գազի մաքրում: Ակտիվացված ածուխի շերտի առկայություն: Բարձր ճնշման տակ հելիումի առկայություն: Հելիում գազի մաքրությունը ` 99,999%: Ներքին ճնշումը շրջակա միջավայրի 20°C ջերմաստիճանի դեպքում `1,6-1,65ՄՊա: Զաշի թույլատրելի միջակայքը 10 - 12կգ: Brivo MR355 մագնիսառեզոնանսային համակարգի հետ համատեղելիություն Կատալոգային համարը ըստ արտադրողի՝ 5264644: Պահեստամասը նոր է, չօգտագործված: Տեղադրումը և հետագա սպասարկումը կիրականացվի GE Healthcare ընկերության կողմից սերտիֆիկացված մասնագետի կողմից: Առաջարկի արժեքի ներառված են կարգավորումները: Կոմպրեսորի ադսորբենտը տեղադրելուց հետո սարքը պետք է բերվի աշխատանքային վիճակի:</p> |







## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

Ар.Медтехника ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЕЦДЦПЗР-2022/16-1-БПРЗ ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар |                               |                            |
|------------|--------------------|-------------------------------|----------------------------|
|            | товарный знак      | наименование<br>производителя | технические характеристики |
| 2          |                    |                               |                            |