

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Լեմուր ՍՊԸ-ն ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊԶԲ-21/185 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
4	Hanna HI-2020	Hanna	HI-2020	Hanna Instruments Inc.	pH-մետր, pH տիրույթը: -2.000 -16.000, -2.00 - 16.00; $\pm 1000$ մՎ pH կատարողականությունը 0.001 pH, 0.01 pH; 0.1մՎ, pH-ի ճշտությունը 25 °C(°F) -ում $\pm 0.01$ pH, $\pm 0.002$ pH; $\pm 0.2$ մՎ, pH-ի ստուգաչափումը ավտոմատ է, մինչև 3 միավոր (5 միավոր*) ստուգաչափում, 5 ստանդարտ (7 ստանդարտ*), հասանելի բուժերներ (1.68*, 4.01 կամ 3.00, 6.86, 7.01, 9.18, 10.01, 12.45*) և 2 հատուկ բուժեր







## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ООО <<ЛЕМУР>> в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом БТЛ-ЕЦДЦПДР-21/185 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
4	Hanna HI-2020	Hanna	HI-2020	Hanna Instruments Inc.	pH-метр, диапазон pH. -2,000 -16,000, -2,00 - 16,00; $\pm 1000$ мВ pH 0,001 pH, 0,01 pH; 0,1 мВ, точность pH при 25 ° C (° F): $\pm 0,01$ pH, $\pm 0,002$ pH; $\pm 0,2$ мВ, калибровка pH автоматическая, до $\leq 3$ единиц (5 единиц *), 5 стандартных (7 стандартных *), доступные буферы (1,68 *, 4,01 или 3,00, 6,86, 7,01, 9,18, 10,01, 12,45 *) $\leq 2$ специальных буфера