

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Մարգ Ֆարմացիա ՍՊԸ-ն ԷԱՃԱՊԶԲ-2022/8-1-ԵՊԲՀ ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի		
	ապրանքային նշանը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
2	Surgical Science LS.91007	Surgical Science	<p>«Հիստերեկտոմիա» Ծրագրային մոդուլ` օրիգինալ, նախատեսված LapSim, LS.LapSim-H, «Surgical Science» հակադարձ շոշափելի զգայունությամբ լապարոսկոպիկ վիրտուալ սիմուլյատորի համար` առկայություն:</p> <p>Լապարոսկոպիկ հիստերեկտոմիայի իրականացման փուլերի` առնվազն 4 տարբերակի առկայություն` Էկրանի վրա ցուցադրվող գործիքներ` Առկայություն. Դիսեկտոր Գրասպեր (բռնող սեղմիչ) Մկրատ Արտածծիչ ԲՀ-Էլեկտրոդ-կեռիկ Կլիպ-ապլիկատոր Ուլտրաձայնային սկալպել Ձախ կողմից արգանդի անոթների մոբիլիզացիայի և կապման գնահատումն իրականացվում է առնվազն 16 չափանիշների համաձայն` Առկայություն. - ընդհանուր ժամանակ(վրկ) - ձախ գործիքի հետագծի երկարություն (մ) - ձախ գործիքի անկյուն (աստիճան) - աջ գործիքի հետագծի երկարություն (մ) - աջ գործիքի անկյուն (աստիճան) - ձախ գործիքը տեսադաշտից դուրս է (№) - ձախ գործիքը տեսադաշտից դուրս է (վրկ) - աջ գործիքը տեսադաշտից դուրս է (№) - աջ գործիքը տեսադաշտից դուրս է (վրկ) - ձախ միզաձորանի այրվածք - աջ միզաձորանի այրվածք - միզապարկի այրվածք</p>

- զարկերակի ճիշտ հատում - երակի ճիշտ հատում - թիրախային տարածքից դուրս այրվածքների քանակը - թիրախային տարածքից դուրս այրվածքների հասցման տևողությունը: Աջ կողմից արգանդի անոթների մոբիլիզացիայի և կապման գնահատումն իրականացվում է առնվազն 16 չափանիշների համաձայն՝ Առկայություն. - ընդհանուր ժամանակը (վրկ) - ձախ գործիքի հետագծի երկարություն (մ) - ձախ գործիքի անկյուն (աստիճան) - աջ գործիքի հետագծի երկարություն (մ) - աջ գործիքի անկյուն (աստիճան) - ձախ գործիքը տեսադաշտից դուրս է (№) - ձախ գործիքը տեսադաշտից դուրս է (վրկ) - աջ գործիքը տեսադաշտից դուրս է (№) - աջ գործիքը տեսադաշտից դուրս է (վրկ) - ձախ միզածորանի այրվածք - աջ միզածորանի այրվածք - միզապարկի այրվածք - զարկերակի ճիշտ հատում - երակի ճիշտ հատում - թիրախային տարածքից դուրս այրվածքների քանակը - թիրախային տարածքից դուրս այրվածքների տևողությունը: Հեշտոցային մանժետի հատման գնահատումն իրականացվում է առնվազն 14 չափանիշների համաձայն՝ Առկայություն. - ընդհանուր ժամանակ (վրկ) - ձախ գործիքի հետագծի երկարություն (մ) - ձախ գործիքի անկյուն (աստիճան) - աջ գործիքի հետագծի երկարություն (մ) - աջ գործիքի անկյուն (աստիճան) - ձախ գործիքը տեսադաշտից դուրս է (№) - ձախ գործիքը տեսադաշտից դուրս է (վրկ) - աջ գործիքը տեսադաշտից դուրս է (№) - աջ գործիքը տեսադաշտից դուրս է (վրկ) - ձախ միզածորանի այրվածք - աջ միզածորանի այրվածք - միզապարկի այրվածք - թիրախային տարածքից դուրս այրվածքների քանակ - թիրախային տարածքից դուրս այրվածքների տևողություն: Հեշտոցային մանժետի կարման գնահատումն իրականացվում է առնվազն 10 չափանիշների համաձայն՝ Առկայություն. - ընդհանուր ժամանակ (վրկ) - ձախ գործիքի հետագծի երկարություն (մ) - ձախ գործիքի անկյուն (աստիճան) - աջ գործիքի հետագծի երկարություն (մ) - աջ գործիքի անկյուն (աստիճան) - ճիշտ հանգույցների քանակ (№) - ձախ գործիքը տեսադաշտից դուրս է (№) - ձախ գործիքը տեսադաշտից դուրս է (վրկ) - աջ գործիքը տեսադաշտից դուրս է (№) - աջ գործիք

			<p>տեսադաշտից դուրս է (վրկ) եթե առկա են հղումներ ֆիրմային անվանմանը, արտոնագրին, էքզիզին կամ մոդելին, ծագման երկրին կամ կոնկրետ աղբյուրին կամ արտադրողին կիրառական է «կամ համարժեք» արտահայտությունը:</p>
--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Марг-Фармация ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЕЦДЦПЗР-2022/8-1-ЕПРЗ ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар		
	товарный знак	наименование производителя	технические характеристики
2	-----	-----	-----