

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Մարզ Ֆարմացիա ՍՊԸ-ն ԷԱՃԱՊԶԲ-2022/8-1-ԵՊԲՀ ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի		
	ապրանքային նշանը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
3	Surgical Science LS.91009	Surgical Science	<p>«Նեֆրեկտոմիա» Ծրագրային մոդուլ՝ օրիգինալ, նախատեսված LapSim, LS.LapSim-H, «Surgical Science» հակադարձ շոշափելի զգայունությամբ լապարոսկոպիկ վիրտուալ սիմուլյատորի համար՝ առկայություն:</p> <p>Լապարոսկոպիկ նեֆրեկտոմիայի կատարման փուլերը՝ առնվազն 3 տարբերակ՝ Առկայություն: Երիկամի դիսեկցիա, Երիկամի կլիպավորում, Համակցված վիրահատություն՝ Առկայություն Էկրանի վրա ցուցադրվող գործիքներն են՝ Առկայություն. Դիսեկտոր Գրասպեր (բռնող սեղմիչ) Մկրատ Արտածծիչ ԲՀ Էլեկտրոդ-կեռիկ Կլիպ-ապլիկատոր Վարժությունների գնահատման պարամետրերը ներառում են՝ Առկայություն/Наличие Երիկամի դիսեկցիա Գնահատման պարամետրերը ներառում են առնվազն 9 չափանիշ՝ Ընդհանուր ժամանակ (վրկ) Ձախ գործիքի հետագծի երկարություն (մ) Ձախ գործիքի անկյուն (աստիճան) Աջ գործիքի հետագծի երկարություն (մ) Աջ գործիքի անկյուն (աստիճան) Ձախ գործիքը տեսադաշտից դուրս է (№) Ձախ գործիքը տեսադաշտից դուրս է (վրկ) Աջ գործիքը տեսադաշտից դուրս է (№) Աջ գործիքը տեսադաշտից դուրս է (վրկ)</p>

			<p>Երիկամի կլիպավորում Գնահատման պարամետրերը ներառում են առնվազն 15 չափորոշիչներ՝ Ընդհանուր ժամանակ (վրկ) Կորսված կլիպսեր (№) Լիգավորված է (%) Կտրված է (%) Պատռված է (%) Ձախ գործիքի հետագծի երկարություն (մ) Ձախ գործիքի անկյուն (աստիճան) Աջ գործիքի հետագծի երկարություն (մ) Աջ գործիքի անկյուն (աստիճան) Ձախ գործիքը տեսադաշտից դուրս է (№) Ձախ գործիքը տեսադաշտից դուրս է (վրկ) Աջ գործիքը տեսադաշտից դուրս է (№) Աջ գործիքը տեսադաշտից դուրս է (վրկ) Առավելագույն վնասը ձգման(պրկման) ժամանակ Արյան կորուստ (մլ) Համակցված վիրահատություն: Գնահատման պարամետրերը ներառում են առնվազն 15 չափորոշիչներ՝ Ընդհանուր ժամանակ (վրկ) Կորսված կլիպսեր (№) Լիգավորված է (%) Կտրված է (%) Պատռված է (%) Ձախ գործիքի հետագծի երկարություն (մ) Ձախ գործիքի անկյուն (աստիճան) Աջ գործիքի հետագծի երկարություն (մ) Աջ գործիքի անկյուն (աստիճան) Ձախ գործիքը տեսադաշտից դուրս է (№) Ձախ գործիքը տեսադաշտից դուրս է (վրկ) Աջ գործիքը տեսադաշտից դուրս է (№) Աջ գործիքը տեսադաշտից դուրս է (վրկ) Առավելագույն վնասը ձգման ժամանակ Արյան կորուստ (մլ): Եթե առկա են հղումներ ֆիրմային անվանմանը, արտոնագրին, էսքիզին կամ մոդելին, ծագման երկրին կամ կոնկրետ աղբյուրին կամ արտադրողին կիրառական է «կամ համարժեք» արտահայտությունը:</p>
--	--	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

Марг-Фармация ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЕЦДЦПЗР-2022/8-1-ЕПРЗ ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар		
	товарный знак	наименование производителя	технические характеристики
3	-----	-----	-----