

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Մեդտեխսերվիս ՍՊԸ-ն ԱՍՀՆ-ՊՈԱԿ-ԷԱՃԱՊԶԲ-21/44-1 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
2	CQ-218A	CQ-218A	CQ-218A	Guangdong Chuang Qi Medical Equipment Co., Ltd, China	Կոմպլեկտ, հզորությունը 220վ, 50հց, 680VA, Ջրի ճնշումը: 0.2 MPa~0.4MPa Օդի ճնշումը : 0.55MPa~0.6MPa լամպի առկայություն ուժեղ և թույլ լույս, Suction համակարգ: Ջրի-օդի փոխանակման ֆունկցիայի առկայություն: Ատամնաբույժի բլոկ` Գործիքների ներքևի հոսք, առնվազն 5 գործիք` բոլոր տեսակի ծայրակալներով /ուղիղ, անկյունային, տուրբինային/ և միկրոմոտոր Յտուրբինային ճկափող M4` ոչ օպտիկամանրաթելային Նեգատոսկոպ Պնևմատիկ արգելակ

Մեծ ու հարմարավետ գործիքների սեղան Կառավարման վահանակ՝ առնվազն 13 կոճակով Բժշկի աթոռ՝ Մեջքի աջակցություն, հիմքում աստղանիշ՝ 5 անիվի վրա, բազկաթռռի գույնին համապատասխան Օգնականի բլոկ՝ Օգնականի մոդուլ՝ 4 գործիքների համար Կառավարման վահանակ՝ առնվազն 8 կոճակով ջրային-օդային ատրճանակ, թքարտածծիչի թույլ և ուժեղ արտածծիչներ Պոլիմերիզացիոն լամպ Հիդրաբլոկ՝ Կերամիկական թքաման Կաթսա ջրի ջեռուցման համար Բազկաթռռ՝ Կառավարման ոտնակ Ձախ արմնկակալ Գլխիկ՝ կրկնակի հողակապով Լամպ՝ Սենսորային, LED լուսատու Լամպի ռոտացիայի 3 առանցք, պաշտպանիչ Էկրան Հզորությունը՝ 13000 - 15000 (յուլքս) Լրակազմը ներառում է նաև՝ Կոմպրեսոր՝ անադմուկ, անյուղ (առնվազն՝ 35 լիտրանոց), սնուցումը՝ 220 Վ AC, 50 Հց հզորությամբ: Գործող կոմպրեսորի ձայնային ճնշման մակարդակը չի գերազանցում 55 ԴԲ: Հարմարեցված ուլտրաձայնային

				<p>սքեյլեր (առնվազն 5 գլխիկ) Ներբերանային տեսախցիկ և մոնիտոր Տեխնիկական պարամետրերը՝ Ցանցային լարումը՝ 220Վ AC Ցանցային հաճախականությունը՝ 50 Հց Էլեկտրաէներգիայի առավելագույն սպառում՝ 800 Վտ ± 10% Ապահովիչներ՝ հիմնական Էլեկտրամատակարարում՝ FR1-20 φ5 × 20 5A Ատամնաբուժական աթոռի ակտիվացման տևողությունը՝ ոչ ավել քան 2 րոպե Բարձր արագությամբ տուրբինի առավելագույն արագությունն առնվազն՝ 300000 պ/ր Ցածր արագությամբ շարժիչի առավելագույն պտույտները առնվազն՝ 20000 պ/ր Մուտքային օդի ճնշումը՝ 0,55~0,6 ՄՊա Մուտքային ջրի ճնշումը՝ 0,2~0,4 ՄՊա Մատակարարման ժամանակ տրվում է երաշխիք՝ 12 ամիս:</p>
--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Մեդիտիստրիսի ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՍՍՀԼ-ՊՈՍԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-21/44-1
ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
2	CQ-218A	CQ-218A	CQ-218A	Guangdong Chuang Qi Medical Equipment Co., Ltd, China	Комплект, мощность 220 В, 50 Гц, 680ВА, Напор воды. 0,2 МПа ~ 0,4 МПа Давление воздуха. Лампа 0,55 МПа ~ 0,6 МПа Доступна в условиях сильного и слабого освещения, система всасывания. Наличие функции водо-воздухообмена. Блок стоматолога: Инструментальный поток вниз, не менее 5 инструментов со всеми типами сопел (прямые, угловые, турбинные) и микромотором 3 турбинных шланга М4, неволокнистый Негатоскоп Пневматический тормоз Большой и

удобный стол для инструментов
Панель управления минимум с 13 кнопками
Кресло врача: Опора спинки, звезда на 5 колесах у основания, под цвет кресла
Блок помощника: Модуль-помощник на 4 инструмента
Панель управления минимум с 8 кнопками
водовоздушный пистолет, слабые и сильные экстракторы
Полимеризационная лампа
Гидравлический блок:
Плевательница из керамики. Котел для водяного отопления
Кресло: Педаль управления Левый подлокотник Голова с двойным шарниром
Лампа: Сенсорный, светодиодный светильник 3 оси вращения, защитный экран, Мощность: 13000-15000 (люкс). В комплект входят: Компрессор: бесшумный, нежирный (не менее 35 литров), питание: 220 В переменного тока, 50 Гц. Уровень звукового давления работающего компрессора не превышает 55 дБ.
Настроенный ультразвуковой скалер (минимум 5 насадок).
Интраоральная камера и монитор

				<p>Технические характеристики: Напряжение сети: 220 В переменного тока Частота сети: 50 Гц Максимальная потребляемая мощность: 800 Вт ± 10% Предохранители: основной источник питания: FR1-20 ф5 × 20 5А Продолжительность активации кресла не более 2 минут. Максимальная частота вращения высокоскоростной турбины не менее 300000 об / мин. Максимальная частота вращения низкооборотного двигателя не менее 20000 об / мин. Давление воздуха на входе: 0,55 ~ 0,6 МПа Давление воды на входе: 0,2 ~ 0,4 МПа На момент доставки выдается гарантия на срок 12 месяцев.</p>
--	--	--	--	--