

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՊՐՈՖՏԵՍՏ ՍՊԸ-ն ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-2022/6 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի համար | Առաջարկվող ապրանքի | | | | |
|--------------------|-----------------------|---------------------|---------|------------------------|---|
| | Ֆիրմային անվանումը | ապրանքային նշանը | մակնիշը | արտադրողի անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը |
| 1 | - | - | - | - | <p>Բազմաշերտանի պարուրային համակարգչային տոմոգրաֆ ընդհանուր և հատուկ կլինիկական հետազոտությունների համար Գենտրի, դետեկտոր Ապերտուրայի տրամագիծը՝ ոչ պակաս քան 700մմ</p> <p>Լազերային տեղայնացման առկայություն Իզոկենտրոնի և կիզակետի հեռավորությունը՝ ոչ պակաս քան 590մմ Երկու կողմերից գենտրիի ղեկավարման առկայություն Գենտրիի քաշը՝ ոչ ավել, քան 1350կգ Ստացվող շերտերի քանակը ոչ պակաս քան 32</p> <p>Դետեկտորի Էլեմենտների</p> |

ընդհանուր քանակը՝ ոչ պակաս քան 21000 Դետեկտորի էլեմենտի չափը, մեկ իրական շերտի ստացման հաստությունը՝ ոչ ավելի քան 0.625մմ 360° լրիվ պտույտով սկանավորման մինիմալ ժամանակը՝ ոչ ավելի քան 0,6վրկ Հետազոտվող օբյեկտի չափսերից կախված սկանավորման դաշտի չափսերի ծրագրավորման հնարավորությունն Սկանավորման ընթացքում կտրվածքի մինիմալ կոլիմացիա՝ ոչ ավելի քան 0,625մմ Սկանավորման մաքսիմալ դաշտը՝ ոչ պակաս քան 500մմ. Գեներատոր և ռենտգեն խողովակ Բարձր հաճախության գեներատորի առկայությունն Գեներատորի ելքային հզորությունը՝ ոչ պակաս քան 50 կՎտ Լարումը, ոչ պակաս քան՝ 80-135կՎ տիրույթում Մինիմալ հոսանքը՝ ոչ ավելի քան 20մԱ Մաքսիմալ հոսանքը՝ ոչ պակաս քան 300մԱ Ճառագայթման չափաբաժնի իջեցման ծրագրի առկայությունն Ռենտգեն խողովակի ջերմակրությունը՝ ոչ պակաս քան 5000000 ջերմային միավոր Մեծ ֆոկուսային հետքի չափսերը՝ ոչ

ավելի քան 1,8x1,5 (IEC ստանդարտ)
Փոքր ֆոկուսային հետքի չափսերը՝
ոչ պակաս քան 0,7x0,7 (IEC
ստանդարտ) Ադապտացված
ֆիլտրացիայի առկայությունը 2D և
3D ռեժիմներում Համակարգչային
տոմոգրաֆիայի ծավալի դոզայի
ինդեքսի առկայություն Դոզայի
կարգավորման առկայություն Սեղան
Հեռակառավարվող հիդրավլիկ
սեղան, նաև ձեռքով կառավարվող
Ուղղահայաց շարժման միջակայքը՝
ոչ պակաս քան 40սմ, Մինիմալ
բարձրությունը հատակից ոչ ավելի
քան 51սմ Մաքսիմալ բարձրությունը
հատակից ոչ պակաս քան 90սմ
Անհրաժեշտ արքեսուլարների
հավաքածու, գլխատակի
հարմարանք, բարձեր, ներքնակ
Ձեռքի համար երկկողմանի
հենարան Սեղանի ծածկի լայնքը՝ ոչ
պակաս քան 400մմ. Սեղանի
մաքսիմալ ծանրաբեռնվածությունը՝
ոչ պակաս քան 205կգ, Պարուրածև
սկանավորում Սկանավորման
մաքսիմալ երկարությունը՝ ոչ
պակաս քան 1700մմ Գենտրիի
թեքվածության դեպքում
պարուրածև սկանավորման

հնարավորություն Օպերատորական վահանակ Մոնիտորը գունավոր հեղուկ-բյուրեղային ոչ պակաս քան 19" անկյունագծով Մոնիտորի Էկրանի թույլատվությունը՝ ոչ պակաս քան 1280x1024 Օպերատիվ հիշողությունը՝ ոչ պակաս քան 32 Գբայթ Կոշտ սկավառակը՝ ոչ պակաս, քան 915 Գբայթ DVD սկավառակակրի առկայություն Պատկերի պարամետրեր Տարածական լուծումը ոչ պակաս քան 14 գույգ տող/ սմ Տվյալների հավաքագրման մատրիցան՝ ոչ պակաս քան 512x512 Պատկերի մատրիցան՝ ոչ պակաս քան 1024x1024 Կոնտրաստի կարգավորման հնարավորություն Ցածր կոնտրաստային թողունակությունը 0,3%-ի դեպքում ոչ ավելի քան 5մմ Աքսեսուարներ Կապարապատ ապակու առկայություն ոչ պակաս քան 90 x 100 սմ Անխափան սնուցման սարքի առկայություն Հգորությունը, ոչ պակաս, քան 60կՎԱ, համապատասխան տոմոգրաֆիկ համակարգի Ավտոնոմիայի ժամանակը, ոչ պակաս քան 8 րոպե

| | | | | | |
|--|-------------------------------|----------------------|--|--|--|
| <p>ООО ПРОФТЕСТ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом << LU EU/2022/6</p> | | | <p align="center">ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ</p> <p align="center">предлагаемого товара</p> | <p>представляет полное описание предлагаемого им товара.</p> | <p>Տեսակը՝ առցանց, գործարանային գելային տեսակի մարտկոցներով ԱՍԱ-ն պետք է համապատասխանի առնվազն հետևյալ ստանդարտներին՝ IEC/EN62040-1, IEC/EN60950-1, IEC/EN 62040-3, IEC61000-4-2, IEC61000-4-3, IEC61000-4-4, IEC61000-4-5, IEC61000-4-6, IEC61000-4-8</p> |
| <p>Номер лота</p> | <p>фирменное наименование</p> | <p>товарный знак</p> | <p>Предлагаемый товар</p> <p>марка</p> | <p>наименование производителя</p> | <p>Հօգտագործված էրակազմ և պարագաներ էրակազմի տեխնիկական բոլոր անհրաժեշտ լրացուցիչ տարրերը և պարագաները, որոնք</p> |
| <p>1</p> | | | | | <p>անհրաժեշտ են լիարժեք գործունեության համար Որակի վկայականներ ISO13485 կամ ISO 9001 կամ համարժեք CE Mark կամ FDA կամ համարժեք Թվային տպիչի առկայություն, ժապավենի չափերը՝ ոչ պակաս քան 8 x 10 դյույմ, 10 x 12 դյույմ, 10 x 14 դյույմ, 14 x 17 դյույմ</p> |
| | | | | | <p>Առնվազն երկու ակտիվ պահոցներով տարբեր չափի ժապավեններ տպելու համար Արդյունավետություն. 14 x 17 դյույմ չափի համար, առնվազն՝ 75 ժապավեն / ժամ թողունակությունը, ոչ պակաս, քան՝ 100 մայկրոն</p> |

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | Կոնտրաստ, առնվազն՝ 14 բիթ Տարողունակությունը, առնվազն՝ 100 ժապավեն Սևուցման աղբյուր՝ 220V / 50Hz Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված |
|--|--|--|--|--|--|