

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Անիկո ֆարմ ՍՊԸ -ն ԷԱՃԱՊԶԲ-2022/16-14-ԵՊԲՀ ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի		
	ապրանքային նշանը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
10	Կանյուլա քթի թթվածնային	CHANGZHOU STANDARD MEDICAL DEVICES CO.,LTD	Պատրաստված է փափուկ, ատրավմատիկ PVC-ից (պոլիվինիլքլորիդից): Խողովակի ներքին լուսանցքը խոնավանալուց կամ տաքանալուց չի փակվում: Ամրացվում է ականջների վրայով: Հարմարավետ տեղադրվում է հիվանդի քթանցքների մեջ: Չի առաջացնում վերքեր երկարատև օգտագործման ժամանակ: Քթանցքը մտնող խողովակները փափուկ են: Չի պարունակում լատեքս: Նոր է, չօգտագործված: Հանձնելու պահին պիտանելիության ժամկետի առնվազն 1/2-րդի առկայություն:

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Анико Фарм ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЕԱՃԱՊՁԲ-2022/16-14-ԵՊԲՀ ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар		
	товарный знак	наименование производителя	технические характеристики
10	Կանյուլա քթի թթվածնային	CHANGZHOU STANDARD MEDICAL DEVICES CO.,LTD	Պատրաստված է փափուկ, ատրավմատիկ PVC-ից (պոլիվինիլքլորիդից): Խողովակի ներքին լուսանցքը խոնավանալուց կամ տաքանալուց չի փակվում: Ամրացվում է ականջների վրայով: Հարմարավետ տեղադրվում է հիվանդի քթանցքների մեջ: Չի առաջացնում վերքեր երկարատև օգտագործման ժամանակ: Քթանցքը մտնող խողովակները փափուկ են: Չի պարունակում լատեքս: Նոր է, չօգտագործված: Հանձնելու պահին պիտանելիության ժամկետի առնվազն 1/2-րդի առկայություն: