

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԱՐ-Մեդիկա ՍՊԸ-ն ԷԱՃԱՊՁԲ-2022/16-15-ԵՊԲՀ ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի		
	ապրանքային նշանը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
16	Emerge	Բոստոն Սայենտիֆիկ	<p>Ցածր պրոֆիլային բալոնային կաթետեր կորոնար անգիոպլաստիկայի համար: Կազմված է սրածայր նեյլոնե դիստալ մասից, ունի ռենտգենոկոնտրաստ նշանակիրներ, երկսեգմենտային շաֆթ՝ ճկուն դիստալ մասով և կոշտ միջին և պրոքսիմալ մասերով: Push տեսակի կամ համարժեք մոդիֆիկացիայում շաֆթը ներկայացված է միայն կոշտ դիստալ, միջին և պրոքսիմալ մասերով: Push տեսակի մոդիֆիկացիայի առկայությունը բալոնների փոքր տրամագծերի դեպքում՝ 1.2, 1.5 մմ: Կախված վիրահատվող անոթի ֆիզիոլոգիական առանձնահատկություններից բալոնի պահանջվող երկարություններն են՝ 8, 12, 15, 20, 30 մմ: Կախված վիրահատվող անոթի ֆիզիոլոգիական առանձնահատկություններից բալոնի պահանջվող տրամագծերն են՝ 1.2, 1.5, 2.00, 2.25, 2.50, 2.75, 3.00, 3.25, 3.50, 3.75, 4.00 մմ: Մուտքային պրոֆիլը՝ 0.017"/0.43 մմ : Բալոնի ծածկույթը՝ հիդրոֆիլիկ: Կաթետերի շաֆթի արտաքին տրամագիծը՝ Պրոքսիմալ - 3.2F, Դիստալ - 2.3 F/ 2.4 F, Բալոնի նյութը՝ Optileap տեսակի: Նոմինալ ճնշումը՝ 6 մթն.: Պայթման</p>

			<p>ճնշումը՝ 12 -18 մթն. (կախված չափերից): Ցանկացած մատակարարված խմբաքանակի համար CE MARK կամ FDA որակի վկայականների առկայությունը պարտադիր է:Նոր է, չօգտագործված, գործարանային ստերիլ փաթեթավորմամբ: Ներառում է տեխնիկական ցուցանիշները, առանձնահատկությունները և օգտագործման կանոնները՝ գործարանային ձեռնարկի ձևով: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազն 70%-ի առկայություն: Պատվիրատուն իրավունք ունի ըստ անհրաժեշտության վերադարձնել կամ փոխել ապրանքի չափսը այլ չափսով, եթե առկա է ապրանքի ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազն 50%-ը:</p>
--	--	--	--





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ООО Ар-Медика в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЕԱՃԱՊՁԲ-2022/16-15-ԵՊԲՀ ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар		
	товарный знак	наименование производителя	технические характеристики
16	Emerge	Բոստոն Սայենսիֆիկ	<p>Ցածր պրոֆիլային բալոնային կաթետեր կորոնար անգիոպլաստիկայի համար: Կազմված է սրածայր նեյլոնե դիստալ մասից, ունի ռենտգենոկոնտրաստ նշանակիրներ, երկսեգմենտային շաֆթ՝ ճկուն դիստալ մասով և կոշտ միջին և պրոքսիմալ մասերով: Push տեսակի կամ համարժեք մոդիֆիկացիայում շաֆթը ներկայացված է միայն կոշտ դիստալ, միջին և պրոքսիմալ մասերով: Push տեսակի մոդիֆիկացիայի առկայությունը բալոնների փոքր տրամագծերի դեպքում՝ 1.2, 1.5 մմ: Կախված վիրահատվող անոթի ֆիզիոլոգիական առանձնահատկություններից բալոնի պահանջվող երկարություններն են՝ 8, 12, 15, 20, 30 մմ: Կախված վիրահատվող անոթի ֆիզիոլոգիական առանձնահատկություններից բալոնի պահանջվող տրամագծերն են՝ 1.2, 1.5, 2.00, 2.25, 2.50, 2.75, 3.00, 3.25, 3.50, 3.75, 4.00 մմ: Մուտքային պրոֆիլը՝ 0.017"/0.43 մմ : Բալոնի ծածկույթը՝ հիդրոֆիլիկ: Կաթետերի շաֆթի արտաքին տրամագիծը՝ Պրոքսիմալ - 3.2F, Դիստալ - 2.3 F/ 2.4 F, Բալոնի նյութը՝ Optileap տեսակի: Նոմինալ ճնշումը՝ 6 մթն.: Պայթման</p>

			<p>ճնշումը՝ 12 -18 մթն. (կախված չափերից): Ցանկացած մատակարարված խմբաքանակի համար CE MARK կամ FDA որակի վկայականների առկայությունը պարտադիր է:Նոր է, չօգտագործված, գործարանային ստերիլ փաթեթավորմամբ: Ներառում է տեխնիկական ցուցանիշները, առանձնահատկությունները և օգտագործման կանոնները՝ գործարանային ձեռնարկի ձևով: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազն 70%-ի առկայություն: Պատվիրատուն իրավունք ունի ըստ անհրաժեշտության վերադարձնել կամ փոխել ապրանքի չափսը այլ չափսով, եթե առկա է ապրանքի ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազն 50%-ը:</p>
--	--	--	--