

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԹԱԳՀԷՄ ՍՊԸ-ն ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/61 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
16	Ավտոմատ պիպետներ	Ավտոմատ պիպետներ	Ավտոմատ պիպետներ	Գերմանիա	Փոփոխական չափերի միկրոպիպետների հավաքածու 0,5-1000 մկլ ծավալը (մկլ)՝ 0,5-10; 2-20; 20-200; 100-1000 (մեկական հատ) Ավտոմատ պիպետները պետք է լինեն ամբողջությամբ ավտոկլավացվող՝ 121°C ջերմաստիճանում: Մեկ ձեռքով ծավալը կարգավորելու հնարավորություն: Ծայրակալները հեռացնող համակարգի երկարության կարգավորման հնարավորություն: Հեշտությամբ ստուգաչափման հնարավորություն: Հարվածների և

ուլտրամանուշակագույն ճառագայթների նկատմամբ դիմացկունություն: Ծավալի չափման մոդուլի 360° պտույտի հնարավորություն: 0,5-10 մկ պիպետի՝ Բաժանումը՝ 0.01 մկ: Ճշտությունը (սխալի տոկոսը). նվազագույն ծավալի դեպքում՝ ոչ ավել քան $\pm 2,5\%$; միջին ծավալի դեպքում՝ ոչ ավել քան $\pm 1.8\%$, առավելագույն ծավալի դեպքում՝ ոչ ավել քան $\pm 1.0\%$: Ճշգրտությունը (շեղման գործակիցը)՝ նվազագույն ծավալի դեպքում՝ ոչ ավել քան $\pm 1.8\%$; միջին ծավալի դեպքում՝ ոչ ավել քան $\pm 1.2\%$; առավելագույն ծավալի դեպքում՝ ոչ ավել քան $\pm 0.5\%$: 2-20 մկ պիպետի՝ Բաժանումը՝ 0.02 մկ: Ճշտությունը (սխալի տոկոսը). նվազագույն ծավալի դեպքում՝ ոչ ավել քան $\pm 2.5\%$; միջին ծավալի դեպքում՝ ոչ ավել քան $\pm 1.8\%$, առավելագույն ծավալի դեպքում՝ ոչ ավել քան $\pm 1.0\%$: Ճշգրտությունը (շեղման գործակիցը)՝ նվազագույն ծավալի դեպքում՝ ոչ ավել քան $\pm 1.7\%$; միջին ծավալի դեպքում՝ ոչ ավել քան $\pm 1.0\%$; առավելագույն ծավալի

դեպքում ոչ ավել քան $\pm 0.5\%$:
20-200 մկլպիպետի՝ Բաժանումը՝ 0.2
մկլ: Ճշտությունը (սխալի տոկոսը).
Նվազագույն ծավալի դեպքում՝ ոչ
ավել քան $\pm 1.5\%$; միջին ծավալի
դեպքում ոչ ավել քան $\pm 1.1\%$,
առավելագույն ծավալի դեպքում ոչ
ավել քան $\pm 0.6\%$: Ճշգրտությունը
(շեղման գործակիցը)՝ նվազագույն
ծավալի դեպքում ոչ ավել քան \pm
 0.6% ; միջին ծավալի դեպքում ոչ
ավել քան $\pm 0.4\%$; առավելագույն
ծավալի դեպքում ոչ ավել քան \pm
 0.2% : 100-1000 մկլպիպետի՝
Բաժանումը՝ 1 մկլ: Ճշտությունը
(սխալի տոկոսը). նվազագույն
ծավալի դեպքում՝ ոչ ավել քան \pm
 1.5% ; միջին ծավալի դեպքում ոչ
ավել քան $\pm 1.0\%$, առավելագույն
ծավալի դեպքում ոչ ավել քան \pm
 0.5% : Ճշգրտությունը (շեղման
գործակիցը)՝ նվազագույն ծավալի
դեպքում ոչ ավել քան $\pm 0.5\%$; միջին
ծավալի դեպքում ոչ ավել քան \pm
 0.4% ; առավելագույն ծավալի
դեպքում ոչ ավել քան $\pm 0.2\%$:
Սարքը պետք է ունենա առնվազն 3
տարվա գործարանային երաշխիք:
Արտադրանքը պետք է ունենա CE

				IVD 98/79 EEC: Արտադրողը պետք է ունենա ISO 9001, ISO 13485 և ISO17025 որակի հավաստագրեր: Սարքը պետք է լինի Եվրոպական արտադրության: Տեխնիկական բնութագրերի հետ ներկայացնել դրանք հաստատող փաստաթղթեր:
--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО ТАГ ГЭМ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом БТЛ-БЦДЦТДР-22/61 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
16					