

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Մեդպրո ՍՊԸ-ն ԷԱՃԱՊՁԲ-2022/4-6-ԵՊԲՀ ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի		
	ապրանքային նշանը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
50	INO602	ակռո բիոտեք	Կղանքում Նորովիրուսի հակածնի հայտաբերման իմունոքրոմատոգրաֆիկ թեստ-կասետ: Ֆորմատ` 1 թեստ- կասետ/հատ: Յուրաքանչյուր թեստ -կասետն առանձին փաթեթավորմամբ: Հավաքածուն պարունակում է յուրաքանչյուր թեստին համապատասխան քանակով պլաստմասե կաթոցիկ, առնվազն 1 տեսակի անհրաժեշտ էքստրակցիոն լուծույթներ: Նոր է, չօգտագործված: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն: Պահպանման պայմանները 2-30oC ջերմաստիճանում:







## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

Участник УПС в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЕЦДЦПДР-2022/4-6-БПРЗ ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар		
	товарный знак	наименование производителя	технические характеристики
50	INO602	акро биотек	Иммунохроматографическая тест-касета для определения антигенов к Норовирусу в кале. Формат 1 тест-касета/шт. Каждая тест-касета отдельно упакована. Набор содержит пластмассовую пипетку, по крайней мере 1 вида экстракционного растворов, в соответствующем количестве для каждого теста. Должна быть новой неиспользованной. Наличие 1/2 от всего срока годности на момент доставки. Условия хранения: при температуре 2-30°C.