

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Կոնցեն-Էներգոմաշ ՓԲԸ-ն ԷԱՃԱՊԶԲ-2022/16-29-ԵՊԲՀ ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի		
	ապրանքային նշանը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
36	NEOPLASTIN CI +5	Diagnostica Stago	<p>Stago ընկերության Start 4 անալիզատորի պրոթրոմբինային ժամանակի որոշման համար նախատեսված թեստ հավաքածու՝ Նեոպլաստին CI Պլուս / Neoplastine CI Plus/: Օրիգինալ: Մեթոդ՝ մակարոդելիոլային ժամանակի որոշումը ըստ վիսկոզոմետրիկ չափման հիման վրա: Ֆորմատ՝ 6 x 5մլ/հատ, 300 թեստ, եթե թեստավորումը կատարվի Start 4 սարքի վրա օգտագործելով ընկերության կողմից տրված SOP (standart operation procedure) փաստաթուղթը: Neoplastine CI Plus թեստը զգայուն չէ մինչև 1 IU/ml ոչ ֆրակցին հեպարինի և մինչև 1.5 IU/ml anti-Xa ցածրմոլեկուլային կշիռ ունեցող հեպարինի նկատմամբ: Նոր է, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Պահպանման պայմանները 2-8°C ջերմաստիճան: Մատակարարման պահին պիտանիության ժամկետի 1/2-րդի առկայություն: Ցանկացած մատակարարված խմբաքանակի համար ISO, CE Mark որակի վկայականների առկայություն:</p>







## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

Концерн-Энергомаш ЗАО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЕЦДЦПДР-2022/16-29-ЕПР< ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар		
	товарный знак	наименование производителя	технические характеристики
36			