

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԱՆՆԱՐԿԱ ՍՊԸ-ն ԷԱՃԱՊՁԲ-2022/16-29-ԵՊԲՀ ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի		
	ապրանքային նշանը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
64	LF52	Zhuhai Vision Medical Technology Co. Ltd	<p>-Ուղիղ դիտման հնարավորությամբ (0°) -Տեսադաշտը ` 120° -Կտրուկության խորություն տիրույթը - 3 - 120 մմ -Դիստալ ծայրի տրամագիծը - 5.1մմ</p> <p>-Ներմղվող խողովակի տրամագիծը - 5.2մմ -Դիստալ հատվածի ճկման դիապազոնը`- 180° - վեր 130°- ներքև - Ընդհանուր երկարությունը /աշխատանքային երկարությունը - 980մմ/600 մմ, -Գործիքային խողովակի ներքին տրամագիծը - 2.5մմ -Նվազագույն տեսանելի հեռավորությունը դիստալ հատվածի ծայրից - 3 մմ -Ներկառուցված գունավոր հեղուկբյուրեղային մոնիտոր, Էկրանի անկյունագիծը - 5 դույմ, - Ներկառուցված LED /լուսադիոդային/ լույսի աղբյուր -Հիշողության քարտի վրա պատկերի (թողունակությունը` 1600x1200 պիկսել) և տեսպատկերի (թողունակությունը 1080x800 պիկսել) գրանցման հնարավորություն - Էներգապահովումը- լիցքավորվող մարկտոցից, անդադար մարտկոցի աշխատանքի հնարավորությունը` 240 րոպե: Նոր է, չօգտագործված:</p> <p>Առաջարկի արժեքի մեջ ներառված են` տեղադրումը, մոնտաժը, կարգավորումները, բժշկական անձնակազմին օգագործման եղանակներին</p>

			ծանոթացնելը: Երաշխիքային ժամկետը տեղադրման պահից 12 ամիս: Տեղադրելուց հետո սարքը բերվելու է աշխատանքային վիճակի: Հավաստագրեր՝ ISO13485, CE:
--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

АННАРКА ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЕЦДЦПДР-2022/16-29-ЕПР< ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар		
	товарный знак	наименование производителя	технические характеристики
64			