

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Մեդպրո ՍՊԸ-ն ԷԱՃԱՊԶԲ-2022/16-29-ԵՊԲՀ ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի		
	ապրանքային նշանը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
49	Ջասչեկ	Առկո բիոտեք	Կղանքում Հելիկոբակտեր Պիլորիի հակաձնի հայտնաբերման իմունոքրոմատոգրաֆիկ թեստ-կասետ: Ֆորմատ` 1 թեստ- կասետ/հատ: Յուրաքանչյուր թեստ -կասետն առանձին փաթեթավորմամբ: Յուրաքանչյուր թեստ -կասետն իր համապատասխան լուծիչով: Նոր է, չօգտագործված: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն: Պահպանման պայմանները 2-30oC ջերմաստիճանում:

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Մեղքրո ՄՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԷԱՃԱՊՁԲ-2022/16-29-ԵՊԲՀ ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар		
	товарный знак	наименование производителя	технические характеристики
49	джасчек	Арко биотэк	Иммунохроматографическая тест-кассета для обнаружения в кале антигена Хеликобактер Пилори. Формат - 1 тест-кассета/шт. Каждая тест-кассета в отдельной упаковке. Каждая тест-кассета с соответствующим растворителем. Новый, неиспользованный, в заводской упаковке. Имеет по крайней мере 1/2 от всего срока годности на момент доставки. Условия хранения при температуре 2-30 °С.