

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Ինտերմեդ Գրուպ ՍՊԸ-ն ԷԱՃԱՊԶԲ-2022/16-29-ԵՊԲՀ ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի համար | Առաջարկվող ապրանքի | | |
|-----------------|--------------------|---------------------|---|
| | ապրանքային նշանը | արտադրողի անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը |
| 64 | MAF-TM2 | OLYMPUS | <p>Վիդեոբրոնխոսկոպ MAF-TM կամ համարժեք -Դիտման անկյունը (ուղղությունը)- 0° (ուղիղ դիտում) -Տեսադաշտը - 90° -Կտրուկության խորությունը-3-50 մմ -Դիստալ ծայրի տրամագիծը -5.1մմ -Ներմղվող խողովակի տրամագիծը - 5.2մմ -Դիստալ հատվածի ճկման դիապազոնը`- 180° -վեր, 130°- ներքև -Ընդհանուր երկարությունը /աշխատանքային երկարությունը - 910մմ/600 մմ -Գործիքային խողովակի ներքին տրամագիծը - ոչ պակաս 2.6մմ -Նվազագույն տեսանելի հեռավորությունը դիստալ հատվածի ծայրից-3 մմ -Ներկառուցված գունավոր հեղուկբյուրեղային մոնիտոր, Էկրանի անկյունագիծը - 3.5 դույմ -Ներկառուցված LED /լուսադիոդային/ լույսի աղբյուր -Հիշողության քարտի վրա պատկերի (թողունակությունը 1600x1200 պիկսել) և տեսպատկերի (թողունակությունը 640x480 պիկսել) գրանցման հնարավորություն -Էներգապահովումը- լիցքավորվող մարկտոցից, անդադար մարտկոցի աշխատանքի հնարավորությունը` 60 րոպե : Նոր է, չօգտագործված: Առաջարկի արժեքի մեջ ներառված են` տեղադրումը, մոնտաժը,</p> |

| | | | |
|--|--|--|---|
| | | | կարգավորումները, բժշկական անձնակազմին օգագործման եղանակներին ծանոթացնելը: Երաշխիքային ժամկետը տեղադրման պահից 12 ամիս: Որակի հավաստագրեր՝ ISO, EU-DOC |
|--|--|--|---|

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО Интермед Груп в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЕԱՃԱՊՁԲ-2022/16-29-ԵՊԲՀ
ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар | | |
|------------|--------------------|----------------------------|---|
| | товарный знак | наименование производителя | технические характеристики |
| 64 | MAF-TM2 | OLYMPUS | <p>Վիդեոբրոնխոսկոպ MAF-TM կամ համարժեք -Դիտման անկյունը (ուղղությունը)- 0° (ուղիղ դիտում) -Տեսադաշտը - 90° -Կտրուկության խորությունը-3-50 մմ -Դիստալ ծայրի տրամագիծը -5.1մմ -Ներմղվող խողովակի տրամագիծը - 5.2մմ -Դիստալ հատվածի ճկման դիապազոնը`- 180° -վեր, 130°- ներքև -Ընդհանուր երկարությունը /աշխատանքային երկարությունը - 910մմ/600 մմ -Գործիքային խողովակի ներքին տրամագիծը - ոչ պակաս 2.6մմ -Նվազագույն տեսանելի հեռավորությունը դիստալ հատվածի ծայրից-3 մմ -Ներկառուցված գունավոր հեղուկբյուրեղային մոնիտոր, Էկրանի անկյունագիծը - 3.5 դույմ -Ներկառուցված LED /լուսադիոդային/ լույսի աղբյուր -Հիշողության քարտի վրա պատկերի (թողունակությունը 1600x1200 պիկսել) և տեսպատկերի (թողունակությունը 640x480 պիկսել) գրանցման հնարավորություն -Էներգապահովումը- լիցքավորվող մարկտոցից, անդադար մարտկոցի աշխատանքի հնարավորությունը` 60 րոպե : Նոր Է, չօգտագործված: Առաջարկի արժեքի մեջ ներառված են` տեղադրումը, մոնտաժը,</p> |

| | | |
|--|--|---|
| | | կարգավորումները, բժշկական անձնակազմին օգագործման եղանակներին ծանոթացնելը: Երաշխիքային ժամկետը տեղադրման պահից 12 ամիս: Որակի հավաստագրեր՝ ISO, EU-DOC |
|--|--|---|