

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Կոնցեն-Էներգոմաշ ՓԲԸ-ն ԷԱՃԱՊԶԲ-2022/16-44-ԵՊԲՀ ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի համար | Առաջարկվող ապրանքի |         |                     |   |
|-----------------|--------------------|---------|---------------------|---|
|                 | ապրանքային նշանը   | մակնիշը | արտադրողի անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը   |
| 17              | Hamilton Medical   | Battery | Hamilton Medical    | <p>Մարտկոց նախատեսված Hamilton C1 արհեստական շնչառության սարքի համար, լիթիում իոն քիմիական պարունակությամբ, լարումը 10.8 վոլտ, նոմինալ հզորությունը՝ 6.7 Ամպեր/ժամ, տիպիկ հզորությունը՝ 6.6 ամպեր/ժամ.: Տեղադրումը, թեստավորումը և կարգավորումները Hamilton C1 արհեստական շնչառության սարքն արտադրող ընկերության որակավորված մասնագետի կողմից: Մասնագետի գործող սերտիֆիկատի առկայություն: Երաշխիքային ժամկետը տեղադրման պահից 1 տարի: Ապրանքը նոր է, չօգտագործված</p> |







## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

Концерн-Энергомаш ЗАО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЕЦДЦПДР-2022/16-44-ЕПР< ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар |       |                               |                            |
|------------|--------------------|-------|-------------------------------|----------------------------|
|            | товарный знак      | марка | наименование<br>производителя | технические характеристики |
| 17         |                    |       |                               |                            |