

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Մեդտեխսերվիս ՍՊԸ-ն ՀՀԱՄ-ԷԱՃԱՊԶԲ-22/25 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
2	Biocare iE 12A	Biocare iE 12A	Biocare iE 12A	Shenzhen Biocare Bio-Medical Equipment Co., Ltd, China	Էլեկտրոսրտագիր 12 կանալանի: Շարժական Ձայնագրող ԷՍԳ արտածումներ. 12 ստանդարտ արտածումներ Ձայնագրող կանալներ. 1/3/6/12-ի օգտագործողի ընտրությամբ LCD դիսփլեյ. անկյունագիծը ոչ պակաս քան 10" Արտածումների փոխումը. ձեռքով և ավտոմատ Չգայունություն, մմ/մվ՝ ոչ պակաս քան 5, 10, 20, ավտոմատ Կարգաբերման ազդանշան. ավտոմատ և ձեռքով ԷՍԳ չափումներ՝ բոլոր արտածումները, միջին, ճշգրտված HR-ի միջին RR PR- ի միջակայքում QRS տևողություն QT

ընդմիջում և QTc միջակայք, Hodges, Bazzet և Fridericia-ի բանաձևերով առավելագույն R [V5] կամ [V6] և S [V1, Սոկոլով-Լինոն ինդեքս P, R, T առանցք Հաճախականությունների սահմանը, Hz ախտորոշիչ.

Դեֆիբրիլյացիայի պաշտպանությունը ստ AAMI / IEC 60601-2-25: 2011 ստանդարտներ Չֆիլտրացված՝ ոչ պակաս քան 0,05... 150 Հգ Ձայնագրիչ. INOP-ի կառավարումն անկախ յուրաքանչյուր էլեկտրոդի և պեյսմեյկերի հայտնաբերման համար Ձայնագրման եղանակը՝ ջերմային թուղթ Տարլուծումը առնվազն՝ 8 կետ / մմ Ձայնագրող թուղթ՝ 210mm*140mm-140թ Ձայնագրման արագությունը՝ մմ / վրկ՝ 5 / 10/ 25/50 օգտագործողի կողմից ընտրելի Ներքին վերալիցքավորվող մարտկոց Մարտկոցի գործարկման ժամանակը. ոչ պակաս քան 90 րոպե Միացման ձևը՝ ստանդարտ կամ կաբերա էլեկտրոսնուցումը՝ 220 Վ / 50 Հգ Ռուսերեն և անգլերեն մենյուի առկայություն Աքսեսուարներ 1.Հիվանդի մալուխ 2.Կրծքավանդակի վերջույթների 6

				<p>Էլեկտրոդ 3. 4 վերջույթների Էլեկտրոդներ 4. 1 շիշ ԷՍԳ գել 5. 2 թղթի փաթույթ Հավաքածու և պարագաներ Լրակազմում ներառված են բոլոր անհրաժեշտ լրացուցիչ սարքերը և պարագաները, որոնք անհրաժեշտ են լիարժեք գործունեության համար Տեղադրման և փորձարկման աշխատանքներ Աշխատակազմի ուսուցում տեղում՝ մասնագետի կողմից Երաշխիք՝ ոչ պակաս քան 12 ամիս Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված Որակի վկայականներ (առկայություն) ISO կամ համարժեք CE Mark (Directive 93/42/EEC կամ FDA կամ համարժեք)</p>
--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Մեղստեխնիկայի ՍՊԸ-ն որպես մասնակցի մասնակցելով էլեկտրոնային աուկցիոնին՝ ըստ կոդի ՀՀԱՄ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/25 ներքև ներկայացնում է առաջարկվող առարկայի մանրամասն նկարագրությունը:

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
2	Biocare iE 12A	Biocare iE 12A	Biocare iE 12A	Shenzhen Biocare Bio-Medical Equipment Co., Ltd, China	Էլեկտրոսրտագիր 12 կանալանի: Շարժական Ձայնագրող ԷՍԳ արտածումներ. 12 ստանդարտ արտածումներ Ձայնագրող կանալներ. 1/3/6/12-ի օգտագործողի ընտրությամբ LCD դիսփլեյ. անկյունագիծը ոչ պակաս քան 10" Արտածումների փոխումը. ձեռքով և ավտոմատ Չգայունություն, մմ/մվ՝ ոչ պակաս քան 5, 10, 20, ավտոմատ Կարգաբերման ազդանշան. ավտոմատ և ձեռքով ԷՍԳ չափումներ՝ բոլոր արտածումները, միջին, ճշգրտված HR-ի միջին RR PR-ի միջակայքում QRS տևողություն QT

ընդմիջում և QTc միջակայք, Hodges, Bazzet և Fridericia-ի բանաձևերով առավելագույն R [V5] կամ [V6] և S [V1, Սոկոլով-Լինոն ինդեքս P, R, T առանցք Հաճախականությունների սահմանը, Hz ախտորոշիչ.

Դեֆիբրիլյացիայի պաշտպանությունը ստ AAMI / IEC 60601-2-25: 2011 ստանդարտներ Չֆիլտրացված՝ ոչ պակաս քան 0,05... 150 Հգ Ձայնագրիչ. INOP-ի կառավարումն անկախ յուրաքանչյուր էլեկտրոդի և պեյսմեյկերի հայտնաբերման համար Ձայնագրման եղանակը՝ ջերմային թուղթ Տարլուծումը առնվազն՝ 8 կետ / մմ Ձայնագրող թուղթ՝ 210mm*140mm-140թ Ձայնագրման արագությունը՝ մմ / վրկ՝ 5 / 10/ 25/50 օգտագործողի կողմից ընտրելի Ներքին վերալիցքավորվող մարտկոց Մարտկոցի գործարկման ժամանակը. ոչ պակաս քան 90 րոպե Միացման ձևը՝ ստանդարտ կամ կաբերա էլեկտրոսնուցումը՝ 220 Վ / 50 Հգ Ռուսերեն և անգլերեն մենյուի առկայություն Աքսեսուարներ 1.Հիվանդի մալուխ 2.Կրծքավանդակի վերջույթների 6

				<p>Էլեկտրոդ 3. 4 վերջույթների Էլեկտրոդներ 4. 1 շիշ ԷՍԳ գել 5. 2 թղթի փաթույթ Հավաքածու և պարագաներ Լրակազմում ներառված են բոլոր անհրաժեշտ լրացուցիչ սարքերը և պարագաները, որոնք անհրաժեշտ են լիարժեք գործունեության համար Տեղադրման և փորձարկման աշխատանքներ Աշխատակազմի ուսուցում տեղում՝ մասնագետի կողմից Երաշխիք՝ ոչ պակաս քան 12 ամիս Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված Որակի վկայականներ (առկայություն) ISO կամ համարժեք CE Mark (Directive 93/42/EEC կամ FDA կամ համարժեք)</p>
--	--	--	--	--