

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԱՆՆԱՐԿԱ ՍՊԸ-ն ՀՀԼՄ-ԷԱՃԱԴՁԲ-22/36 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	անզգայացման սարքեր	անզգայացման սարքեր	անզգայացման սարքեր	անզգայացման սարքեր	Անզգայացման սարքավորում: Անզգայացման սարք՝ նախատեսված մեծահասակների, երեխաների և նորածինների համար, միկրոպրոցեսորային կառավարմամբ, պնևմատիկ ինհալացիոն համակարգով: Ներկառուցված վակուումի համակարգ: Էլեկտրոնային գազերի խառնիչի առկայություն՝ ոչ պակաս քան 0~10լ/ր տիրույթում: Ներկառուցված՝ առնվազն 15.6դյույմ1366x768 պիքսել տարլուծումով սենսորային LCD TFT մոնիտորով: Էլեկտրոնային PEEP

կարգաբերումով՝ առնվազն 0□30սմ  
H2O տիրույթում: Համակարգի  
ինքնաստուգման թեստը՝ ոչ ավել  
քան 5 րոպե: Ներկառուցված  
խնամյալի մոնիտորի հենակ,  
շարժվող բոլոր ուղղություններով,  
ամրացված սարքին շարժական  
բազկով: Հավելյալ խնամյալի  
մոնիտոր որը հանդիսանում է  
անզգայացման սարքի անբաժան  
մասը, սինխրոնիզացված է  
անզգայացման սարքի հետ և  
արտադրված է անզգայացման  
սարքի արտադրողի կողմից՝  
առնվազն 15 դյույմ 1366x768 պիքսել  
տարլուծումով սենսորային LCD TFT,  
առնվազն 8 կոր, NIBP չափման  
տիրույթը ոչ պակաս քան  
20-270մմսս , ECG CMRR ոչ պակաս  
քան 100դԲ, 2Temp, SpO2, RR  
0-150շ/ր, PR տիրույթը 30-254 գ/ր,  
MEWS ցուցանիշի արտացոլումով:  
Անզգայացման սարքը օժտված է  
արտահոսքի թեստով, անզգայացնող  
գազի տիպի ավտոմատ  
իդենտիֆիկացիայով համաձայն ISO  
21647 պահանջների,  
պարամազնետիկ թթվածնի  
տվիչով(առնվազն 50000

չափումների ապահովում մեկ տվիչով), անզգայացնող գազի և ածխաթթու գազի հիմնական հոսքի տվիչով ոչ ավել քան 1վ գգայունությունով, շարժական, ներկառուցված 2 դարակներով, տեղակայված չորս անտիստատիկ անիվների վրա, որոնցից առնվազն երկուսը արգելակներով են, անզգայացնող գազի պասիվ հեռացումով՝ բացասական ճնշման առնվազն -0.3սմ H2O և հոսքի առնվազն 50լ/ր ցուցանիշներով: Հաղորդակցության մուտքեր՝ USB առնվազն 2հատ, RJ45, RS-232: Առնվազն 3 հատ 220-250Վ վարդակի առկայություն հարակից սարքավորումների միացման համար: Գազերի մուտքերի ստանդարտը՝ ISO 5359 (կամ համարժեք) NIST մուտքերը՝ առնվազն O2, N2O, Air: Շնչառական ծավալը՝ ոչ պակաս քան 5-1500 մլ տիրույթում, ներկառուցված շնչառական հոսքի տաքացման համակարգով, ներշնչման դադարը՝ ոչ պակաս քան 5-60%, շնչառության հաճախականությունը՝ ոչ պակաս քան 4-100, ներշնչման հոսքը՝ ոչ

պակաս քան 140 լ/ր, ներշնչման դադարը ոչ պակաս քան 0,4-5վ տիրույթում, I:E հարաբերությունը առնվազն 4:1 1:10, արտաշնչման հոսքը՝ ոչ պակաս քան 180լ/ր, ճնշման լիմիտը՝ ոչ պակաս քան 10 100սմ H2O, ճնշման վերականգման ժամանակը ոչ պակաս քան 0-2 վ տիրույթում, սպիրոմետրիայի ցիկլի տիպը ոչ պակաս քան՝ P-V, P-F, F-V, Referenceloop, պետք է համալրված լինի հիմնական հոսքի կապնոգրաֆով և գազանալիզատորով, CO2-ի կոնցենտրացիայի և անոթայացնող գազերի արտացոլման հնարավորությունով՝ ներկառուցված մոնիտորին, արտաշնչման ծավալի հաշվարկումով, մինիմալ ավելույար կոնցենտրացիայի ցուցանիշի արտացոլման հնարավորությունով, արտորբենտի կոնտուրի շրջանցման հնարավորությունով, առնվազն 950մլ արտորբենտի տարա, աշխատանքը ներկառուցված մարտկոցից՝ ոչ պակաս քան 120ր: Դիտարկման հնարավորությունները՝

<b>ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ</b>				
<b>предлагаемого товара</b>				
АННАРКА	ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом	представляет полное описание предлагаемого им товара.	<p>շնչառական ծավալը՝ ոչ պակաս քան 0-2500 մլ, FiO2 15-100 տոկոս, շնչառության հաճախականությունը՝ ոչ պակաս քան 0-100, թայմերի առկայություն բոլոր ռեժիմներում: Կորերի արտացոլման հնարավորություն՝ առկա ճնշում, հոսք, ծավալ, թթվածին, ածխաթթու գազ, անոթալյակող գազի միջիմալ ավելոյար կոնցենտրացիա:</p> <p>Տաճաարի ազդանշանները՝ առկա FiO2, Paw, Vt, MV, Rate, Arnea, EtCO2 0-100 մմսս</p> <p>Կարգավորվող: Թորերի արհեստական ռեժիմները</p> <p>ռեժիմները առկա V-CMV, V-SIMV, P-CMV, P-SIMV, PSV, PRVC, Manual/Spontaneous: Հոսանքի աղբյուրը □100-240V□ 50/60 Hz +-3Hz□10A, քաշը՝ ոչ ավել քան 136 կգ, չափերը P x L x Խ՝ 1490մմ X 900մմ X 650մմ (±10մմ): Լրակազմ՝ Մեծահասակների և երեխաների համար նախատեսված շնչառական բազմակի օգտագործման խողովակների հավաքածու: Գոլորշացուցիչ՝ 2 հատ, միացման ստանդարտը՝ Selectatec: Երաշխիք 12 ամիս: Տեղադրում և ուսուցում,</p>	
Номер лота	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя
1				

				օգտագործողի ձեռնարկ: Ապրանքը պետք է լինի նոր, 2022թ արտադրված, չօգտագործված: Որակի և անվտանգության սերտիֆիկատներ՝ ISO 80601-2-55:2011, ISO 13485, IEC 60601-1, CE 93/42EEC MDD կամ FDA կամ համարժեք:
--	--	--	--	---